


DAD: Spectrum (mAU)
mAU
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
200 202 204 206 208 210 212 214 216 218 220 222 224 226 228 230 232 234 236 238 240 242 244 246 248 250 252 254 256 258 260 262 264 266 268 270 272 274 276 278 280 282 284 286 288 290 292 294 296 298300
nm

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\HPLC OQ\Results\2022\6 - JUNHO\HPLC\HPLC CL-62-0052022-06-07 15-26-17-03-00.rslt\2022-06-07 15-26-28-03-00-01.dx		
Nome da amostra:	Branco 01		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC CL-62-005	**Localização:**	P2-A1
Data da Injeção:	2022-06-07 15:27:23-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	Lab
Última alteração:	2022-06-07 16:37:59-03:00		




Nome	Área	Pico Altura	RT [min]

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\HPLC OQ\Results\2022\6 - JUNHO\HPLC\HPLC CL-62-0052022-06-07 15-26-17-03-00.rslt\2022-06-07 15-29-57-03-00-02.dx		
Nome da amostra:	PCIN 01		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC CL-62-005	**Localização:**	P2-A6
Data da Injeção:	2022-06-07 15:30:50-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	Lab
Última alteração:	2022-06-07 16:37:59-03:00		




Nome	Área	Pico Altura	RT [min]
Cafeína	811,8181	85,193	1,735

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\HPLC OQ\Results\2022\6 - JUNHO\HPLC\HPLC CL-62-0052022-06-07 15-26-17-03-00.rslt\2022-06-07 15-33-24-03-00-03.dx		
Nome da amostra:	PCIN 02		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC CL-62-005	**Localização:**	P2-A6
Data da Injeção:	2022-06-07 15:34:17-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	Lab
Última alteração:	2022-06-07 16:37:59-03:00		




Nome	Área	Pico Altura	RT [min]
Cafeína	809,7485	85,202	1,735

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\HPLC OQ\Results\2022\6 - JUNHO\HPLC\HPLC CL-62-0052022-06-07 15-26-17-03-00.rslt\2022-06-07 15-36-50-03-00-04.dx		
Nome da amostra:	PCIN 03		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC CL-62-005	**Localização:**	P2-A6
Data da Injeção:	2022-06-07 15:37:43-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	Lab
Última alteração:	2022-06-07 16:37:59-03:00		




Nome	Área	Pico Altura	RT [min]
Cafeína	807,9543	85,166	1,735

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\HPLC OQ\Results\2022\6 - JUNHO\HPLC\HPLC CL-62-0052022-06-07 15-26-17-03-00.rslt\2022-06-07 15-40-20-03-00-05.dx		
Nome da amostra:	Branco 02		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC CL-62-005	**Localização:**	P2-A1
Data da Injeção:	2022-06-07 15:41:13-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	Lab
Última alteração:	2022-06-07 16:37:59-03:00		




Nome	Área	Pico Altura	RT [min]

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\HPLC OQ\Results\2022\6 - JUNHO\HPLC\HPLC CL-62-0052022-06-07 15-26-17-03-00.rslt\2022-06-07 15-43-46-03-00-06.dx		
Nome da amostra:	PCIN 04		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC CL-62-005	**Localização:**	P2-A6
Data da Injeção:	2022-06-07 15:44:39-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	Lab
Última alteração:	2022-06-07 16:37:59-03:00		




Nome	Área	Pico Altura	RT [min]
Cafeína	810,1398	85,418	1,736

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\HPLC OQ\Results\2022\6 - JUNHO\HPLC\HPLC CL-62-0052022-06-07 15-26-17-03-00.rslt\2022-06-07 15-47-14-03-00-07.dx		
Nome da amostra:	PCIN 05		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC CL-62-005	**Localização:**	P2-A6
Data da Injeção:	2022-06-07 15:48:08-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	Lab
Última alteração:	2022-06-07 16:37:59-03:00		




Nome	Área	Pico Altura	RT [min]
Cafeína	811,0261	85,260	1,735

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\HPLC OQ\Results\2022\6 - JUNHO\HPLC\HPLC CL-62-0052022-06-07 15-26-17-03-00.rslt\2022-06-07 15-50-42-03-00-08.dx		
Nome da amostra:	PCIN 06		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC CL-62-005	**Localização:**	P2-A6
Data da Injeção:	2022-06-07 15:51:35-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	Lab
Última alteração:	2022-06-07 16:37:59-03:00		




Nome	Área	Pico Altura	RT [min]
Cafeína	810,5366	84,987	1,735

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\HPLC OQ\Results\2022\6 - JUNHO\HPLC\HPLC CL-62-0052022-06-07 15-26-17-03-00.rslt\2022-06-07 15-54-09-03-00-09.dx
Nome da amostra:	Branco 03
Descrição:	
Quantidade de Amostra:	0,000
Tipo de Amostra:	Amostra
Instrumento:	HPLC CL-62-005
Localização:	P2-A1
Data da Injeção:	2022-06-07 15:55:03-03:00
Injeção:	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx
Volume de Injeção:	10,000
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx
Operador de aquis.:	Lab
Última alteração:	2022-06-07 16:37:59-03:00




Nome	Área	Pico Altura	RT [min]

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\HPLC OQ\Results\2022\6 - JUNHO\HPLC\HPLC CL-62-0052022-06-07 15-26-17-03-00.rslt\2022-06-07 15-57-36-03-00-10.dx		
Nome da amostra:	LDUV 01		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC CL-62-005	**Localização:**	P2-A1
Data da Injeção:	2022-06-07 15:58:33-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	Lab
Última alteração:	2022-06-07 16:37:59-03:00		




Nome	Área	Pico Altura	RT [min]

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\HPLC OQ\Results\2022\6 - JUNHO\HPLC\HPLC CL-62-0052022-06-07 15-26-17-03-00.rslt\2022-06-07 16-01-07-03-00-11.dx		
Nome da amostra:	LDUV 02		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC CL-62-005	**Localização:**	P2-A2
Data da Injeção:	2022-06-07 16:01:58-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	Lab
Última alteração:	2022-06-07 16:37:59-03:00		




Nome	Área	Pico Altura	RT [min]
Cafeína	259,0312	27,148	1,740

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\HPLC OQ\Results\2022\6 - JUNHO\HPLC\HPLC CL-62-0052022-06-07 15-26-17-03-00.rslt\2022-06-07 16-04-34-03-00-12.dx		
Nome da amostra:	LDUV 03		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC CL-62-005	**Localização:**	P2-A3
Data da Injeção:	2022-06-07 16:05:28-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	Lab
Última alteração:	2022-06-07 16:37:59-03:00		




Nome	Área	Pico Altura	RT [min]
Cafeína	540,3257	57,133	1,738

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\HPLC OQ\Results\2022\6 - JUNHO\HPLC\HPLC CL-62-0052022-06-07 15-26-17-03-00.rslt\2022-06-07 16-08-02-03-00-13.dx		
Nome da amostra:	LDUV 04		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC CL-62-005	**Localização:**	P2-A4
Data da Injeção:	2022-06-07 16:08:54-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	Lab
Última alteração:	2022-06-07 16:37:59-03:00		




Nome	Área	Pico Altura	RT [min]
Cafeína	808,1033	85,335	1,738

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\HPLC OQ\Results\2022\6 - JUNHO\HPLC\HPLC CL-62-0052022-06-07 15-26-17-03-00.rslt\2022-06-07 16-11-30-03-00-14.dx		
Nome da amostra:	LDUV 05		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC CL-62-005	**Localização:**	P2-A5
Data da Injeção:	2022-06-07 16:12:25-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	Lab
Última alteração:	2022-06-07 16:37:59-03:00		




Nome	Área	Pico Altura	RT [min]
Cafeína	1035,8435	109,936	1,738

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\HPLC OQ\Results\2022\6 - JUNHO\HPLC\HPLC CL-62-0052022-06-07 15-26-17-03-00.rslt\2022-06-07 16-14-58-03-00-15.dx		
Nome da amostra:	LIIN 01		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC CL-62-005	**Localização:**	P2-A6
Data da Injeção:	2022-06-07 16:15:49-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	0,100
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	Lab
Última alteração:	2022-06-07 16:37:59-03:00		




Nome	Área	Pico Altura	RT [min]
Cafeína	7,0353	0,791	1,723

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\HPLC OQ\Results\2022\6 - JUNHO\HPLC\HPLC CL-62-0052022-06-07 15-26-17-03-00.rslt\2022-06-07 16-18-23-03-00-16.dx		
Nome da amostra:	LIIN 02		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC CL-62-005	**Localização:**	P2-A6
Data da Injeção:	2022-06-07 16:19:14-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	5,000
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	Lab
Última alteração:	2022-06-07 16:37:59-03:00		




Nome	Área	Pico Altura	RT [min]
Cafeína	404,2150	42,389	1,733

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\HPLC OQ\Results\2022\6 - JUNHO\HPLC\HPLC CL-62-0052022-06-07 15-26-17-03-00.rslt\2022-06-07 16-21-53-03-00-17.dx		
Nome da amostra:	LIIN 03		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC CL-62-005	**Localização:**	P2-A6
Data da Injeção:	2022-06-07 16:22:51-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	Lab
Última alteração:	2022-06-07 16:37:59-03:00		




Nome	Área	Pico Altura	RT [min]
Cafeína	810,5895	85,391	1,738

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\HPLC OQ\Results\2022\6 - JUNHO\HPLC\HPLC CL-62-0052022-06-07 15-26-17-03-00.rslt\2022-06-07 16-25-25-03-00-18.dx		
Nome da amostra:	LIIN 04		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC CL-62-005	**Localização:**	P2-A6
Data da Injeção:	2022-06-07 16:26:20-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	15,000
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	Lab
Última alteração:	2022-06-07 16:37:59-03:00		




Nome	Área	Pico Altura	RT [min]
Cafeína	1217,5474	128,972	1,741

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\HPLC OQ\Results\2022\6 - JUNHO\HPLC\HPLC CL-62-0052022-06-07 15-26-17-03-00.rslt\2022-06-07 16-28-54-03-00-19.dx		
Nome da amostra:	LIIN 05		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC CL-62-005	**Localização:**	P2-A6
Data da Injeção:	2022-06-07 16:29:55-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	20,000
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	Lab
Última alteração:	2022-06-07 16:37:59-03:00		




Nome	Área	Pico Altura	RT [min]
Cafeína	1628,3607	173,126	1,749

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\HPLC OQ\Results\2022\6 - JUNHO\HPLC\HPLC CL-62-0052022-06-07 16-59-23-03-00.rslt\2022-06-07 16-59-34-03-00-01.dx		
Nome da amostra:	Gradiente AB		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC CL-62-005	**Localização:**	P2-A1
Data da Injeção:	2022-06-07 17:00:16-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Gradiente AB.amx	**Volume de Injeção:**	0,100
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	Lab
Última alteração:	2022-06-08 13:19:54-03:00		




Nome	Área	Pico Altura	RT [min]
20%	20507,0166	130,743	3,165
40%	44226,4577	261,349	6,166
60%	67966,3575	392,545	8,826
80%	91591,6270	522,857	11,938
100%	128489,7923	653,160	15,183

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\HPLC OQ\Results\2022\6 - JUNHO\HPLC\HPLC CL-62-0052022-06-07 16-59-23-03-00.rslt\2022-06-07 17-20-19-03-00-02.dx		
Nome da amostra:	Gradiente CD		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC CL-62-005	**Localização:**	P2-A1
Data da Injeção:	2022-06-07 17:20:58-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Gradiente CD.amx	**Volume de Injeção:**	0,100
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	Lab
Última alteração:	2022-06-08 13:19:54-03:00		



Nome	Área	Pico Altura	RT [min]
20%	20424,6935	128,681	2,774
40%	43154,5259	256,881	6,275
60%	65485,6173	390,637	9,126
80%	93265,6415	522,242	12,100
100%	128370,5957	653,180	15,050