Verde Laboratórios

OS (Ordem de Serviço) Nº. 213/16

Cliente: QUÍMICA GERAL DO NORDESTE S/A		Tel.: 71 3634-0818	Data chamado: 10/10/16
Endereço: R JOAO URSULO RIBEIRO, 640		Bairro: POLO PETROQUÍMICO	CEP: 42810-030
Cidade: CAMAÇARI	UF: BA	CNPJ: 14.727.457/0001-07	Insc..Est.: 02227197
Contato: Ivonete		Depto: Laboratório	Cargo: Supervisora

Técnico responsável pelo serviço:

Equipamento: Caron - Estabilidade	ID/TAG: CC1	**Tipo de Serviço - RIR nº. _____ PIS nº. _____**	
Módulo: 6030-2	N/S: Ø21909-6030-2-38		
Módulo: CRSX 102-4	N/S: Ø21909-CRSX102-4-11		
Módulo:	N/S:	Avulso ☑ / Contrato ☐ / Garantia ☐ / Retrabalho ☐ / Ref. à OS nº: _____	Interno ☐ / Externo ☑	Manutenção Prev. ☐ / Manutenção Corre. ☒ / Qualificação ☐ / Instalação ☐ / Treinamento ☐
Módulo:	N/S:		
Módulo:	N/S:		
Módulo:	N/S:		
Módulo:	N/S:		

Relato feito pelo cliente: Câmara não mantem humidade e perdeu comunicação com software

Diagnóstico detectado: Falta de bombeamento de água para sistema de humidificação e Controladores com problema para efetuar a comunicação com software.

Pendências (descrever o que falta para iniciar o serviço):

Serviços executados: Limpeza do sistema de humidificação, correção de parâmetros do controladores humidade e temperatura. Restabelecimento do sistema de humidificação. Na verificação do modulo de comunicação foi constatado que os controladores estão com avaria neste modulo. A QGN, estará providenciando a compra de novos controladores. Está sendo cotado para a Verde Laboratórios o conversor RS-485 para USB c/ cabo.

CONFIRMAMOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ACIMA.

(Este campo não requer preenchimento quando o serviço for realizado nas instalações da VERDE)

Nome Completo	Cargo	Assinatura
Ivonete Andrade Melo	Supervisão	Ivonete Andrade Melo

TEMPO GASTO NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

DATA	INÍCIO	TÉRMINO	TOTAL DE HORAS DE SERVIÇO	HORAS DE DESLOCAMENTO
17/10	13:00	20:00	7h	—
18/10	07:30	20:00	12,5h	—
19/10	07:30	20:00	12,5h	—
20/10	07:30	16:00	8,5h	—

VISTO DO TÉCNICO:

DATA: 20/10/16

PEÇAS UTILIZADAS NO SERVIÇO

QTD.	DESCRIÇÃO	P/N