


Spectral Scan - 1260 MWD VL [DEAAZ01095]
Absorbance [mAU]
2000
1800
1600
1400
1200
1000
(204, 1876.13)
(273, 1165.265)
(244, 938.607)
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
Wavelength [nm]

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2022\SAL-0166\PCIN\SAL-0166.45 2022-06-07 09-21-41 (GMT -03-00).rslt\Branco 1.dat**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **07/06/2022 09:23:10 (GMT -03:00)**
Impresso: **07/06/2022 09:57:21 (GMT -03:00)**




Resultados MWD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
	Cafeina			**0.000 BDL**

Totais				

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2022\SAL-0166\PCIN\SAL-0166.45 2022-06-07 09-21-41 (GMT -03-00).rslt\PCIN 1
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 07/06/2022 09:27:14 (GMT -03:00)
Impresso: 07/06/2022 09:57:37 (GMT -03:00)




Resultados MWD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.333	1667322	**0.000**

Totais			1667322	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2022\SAL-0166\PCIN\SAL-0166.45 2022-06-07 09-21-41 (GMT -03-00).rslt\PCIN 2
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 07/06/2022 09:31:18 (GMT -03:00)
Impresso: 07/06/2022 09:58:09 (GMT -03:00)




Resultados MWD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.335	1664197	**0.000**

Totais			1664197	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2022\SAL-0166\PCIN\SAL-0166.45 2022-06-07 09-21-41 (GMT -03-00).rslt\PCIN 3
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 07/06/2022 09:35:22 (GMT -03:00)
Impresso: 07/06/2022 09:58:34 (GMT -03:00)




Resultados MWD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.335	1665284	**0.000**

Totais			1665284	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2022\SAL-0166\PCIN\SAL-0166.45 2022-06-07 09-21-41 (GMT -03-00).rslt\Branco 2**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **07/06/2022 09:39:26 (GMT -03:00)**
Impresso: **07/06/2022 09:59:00 (GMT -03:00)**




Resultados MWD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
	Cafeina			**0.000 BDL**

Totais				

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2022\SAL-0166\PCIN\SAL-0166.45 2022-06-07 09-21-41 (GMT -03-00).rslt\PCIN 4
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 07/06/2022 09:43:31 (GMT -03:00)
Impresso: 07/06/2022 09:59:16 (GMT -03:00)




Resultados MWD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.337	1667294	**0.000**

Totais			1667294	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2022\SAL-0166\PCIN\SAL-0166.45 2022-06-07 09-21-41 (GMT -03-00).rslt\PCIN 5
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 07/06/2022 09:47:59 (GMT -03:00)
Impresso: 07/06/2022 09:59:43 (GMT -03:00)




Resultados MWD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.340	1671316	**0.000**

Totais			1671316	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2022\SAL-0166\PCIN\SAL-0166.45 2022-06-07 09-21-41 (GMT -03-00).rslt\PCIN 6
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 07/06/2022 09:52:48 (GMT -03:00)
Impresso: 07/06/2022 10:00:09 (GMT -03:00)




Resultados MWD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.337	1666276	**0.000**

Totais			1666276	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2022\SAL-0166\PCIN\SAL-0166.45 2022-06-07 09-21-41 (GMT -03-00).rslt\Branco 3**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **07/06/2022 09:56:53 (GMT -03:00)**
Impresso: **07/06/2022 10:00:50 (GMT -03:00)**




Resultados MWD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
	Cafeina			**0.000 BDL**

Totais				

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2022\SAL-0166\LDUV\SAL-0166.45 2022-06-07 10-03-10 (GMT -03-00).rslt\LDUV 1.dat**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **07/06/2022 10:04:39 (GMT -03:00)**
Impresso: **07/06/2022 10:13:25 (GMT -03:00)**




Resultados MWD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
	Cafeina			**0.000 BDL**

Totais				

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2022\SAL-0166\LDUV\SAL-0166.45 2022-06-07 10-03-10 (GMT -03-00).rslt\LDUV 2**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **07/06/2022 10:08:43 (GMT -03:00)**
Impresso: **07/06/2022 10:13:43 (GMT -03:00)**




Resultados MWD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.338	575486	**0.000**

Totais			575486	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2022\SAL-0166\LDUV\SAL-0166.45 2022-06-07 10-03-10 (GMT -03-00).rslt\LDUV 3**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **07/06/2022 10:12:46 (GMT -03:00)**
Impresso: **07/06/2022 10:16:11 (GMT -03:00)**




Resultados MWD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.342	1186091	**0.000**

Totais			1186091	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2022\SAL-0166\LDUV\SAL-0166.45 2022-06-07 10-03-10 (GMT -03-00).rslt\LDUV 4**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **07/06/2022 10:16:48 (GMT -03:00)**
Impresso: **07/06/2022 10:20:41 (GMT -03:00)**




Resultados MWD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.342	1727593	**0.000**

Totais			1727593	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2022\SAL-0166\LDUV\SAL-0166.45 2022-06-07 10-03-10 (GMT -03-00).rslt\LDUV 5**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **07/06/2022 10:20:47 (GMT -03:00)**
Impresso: **07/06/2022 10:24:12 (GMT -03:00)**




Resultados MWD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.338	2291744	**0.000**

Totais			2291744	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2022\SAL-0166\LIIN\SAL-0166.45 2022-06-07 10-25-55 (GMT -03-00).rslt\LIIN 1.dat**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **07/06/2022 10:26:42 (GMT -03:00)**
Impresso: **07/06/2022 10:31:30 (GMT -03:00)**




Resultados MWD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
	Cafeina			**0.000 BDL**

Totais				

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2022\SAL-0166\LIIN\SAL-0166.45 2022-06-07 10-25-55 (GMT -03-00).rslt\LIIN 2**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **07/06/2022 10:30:42 (GMT -03:00)**
Impresso: **07/06/2022 10:37:22 (GMT -03:00)**




Resultados MWD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.332	866198	**0.000**

Totais			866198	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2022\SAL-0166\LIIN\SAL-0166.45 2022-06-07 10-25-55 (GMT -03-00).rslt\LIIN 3**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **07/06/2022 10:34:43 (GMT -03:00)**
Impresso: **07/06/2022 10:40:03 (GMT -03:00)**




Resultados MWD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.340	1727534	**0.000**

Totais			1727534	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2022\SAL-0166\LIIN\SAL-0166.45 2022-06-07 10-25-55 (GMT -03-00).rslt\LIIN 4**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **07/06/2022 10:38:50 (GMT -03:00)**
Impresso: **07/06/2022 10:45:38 (GMT -03:00)**




Resultados MWD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.340	2587197	**0.000**

Totais			2587197	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2022\SAL-0166\LIIN\SAL-0166.45 2022-06-07 10-25-55 (GMT -03-00).rslt\LIIN 5
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 07/06/2022 10:42:58 (GMT -03:00)
Impresso: 07/06/2022 10:46:23 (GMT -03:00)




Resultados MWD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.350	3441814	**0.000**

Totais			3441814	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Grad AB.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2022\SAL-0166\Grad AB\Grad AB 01.rslt\SAL-0166.45 2022-06-07 12-07-18 (GMT -03-00).dat**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **07/06/2022 12:07:58 (GMT -03:00)**
Impresso: **07/06/2022 12:35:14 (GMT -03:00)**




Resultados MWD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Altura*	*Concentração NORM*
1	20 %	3.472	204392	**0.000**
2	40 %	5.830	404646	**0.000**
3	60 %	10.197	612744	**0.000**
4	80 %	13.242	817927	**0.000**
5	100 %	16.185	1016332	**0.000**

Totais			3056041	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Grad CD.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2022\SAL-0166\Grad CD\Grad CD 01.rslt\SAL-0166.45 2022-06-07 12-36-12 (GMT -03-00).dat**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **07/06/2022 12:36:52 (GMT -03:00)**
Impresso: **07/06/2022 13:01:48 (GMT -03:00)**



Resultados MWD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Altura*	*Concentração NORM*
1	20 %	3.932	206081	**0.000**
2	40 %	7.045	412557	**0.000**
3	60 %	9.922	617137	**0.000**
4	80 %	12.858	819427	**0.000**
5	100 %	16.087	1018187	**0.000**

Totais			3073389	**0.000**