
| Certificado Nº: 207/25 -RELB | Início da Qualificação: 05/05/2025 | Página 1 de 3 | |
|---|---|---|---|

**Resultado obtido na altura do pico**

| | ALTURA DO PICO (mAU) |
|---|---|
| Resultado: | 180,8410 |

Chromatogram





Integration Results

| No. | Peakname | RetentionTime min | Area mAU*min | Height mAU | Relative Area % | Rel.Height % | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cafeína | 0,738 | 5,9498 | 180,841 | 97,43 | 99,16 | n.a. |
| Total: | | | 5,950 | 180,841 | 97,430 | 99,163 | |

| Certificado Nº: 207/25 -RELB | Início da Qualificação: 05/05/2025 | Página 2 de 3 |
|---|---|---|

**Resultado obtido no teste de sinal/ruído**

| Resultado: | Ruído (mAU) |
|---|---|
| VALOR MÁXIMO: | 0,1430 |
| VALOR MÍNIMO: | 0,1180 |
| | Ruído |
| | 0,0250 |



| Certificado Nº: 207/25 -RELB | Início da Qualificação: 05/05/2025 | Página 3 de 3 |
|---|---|---|

**Resultado obtido no teste estabilidade da linha de base**

| Estabilidade da Linha de Base | Diferença 20 min | Diferença 60 min |
|---|---|---|
| VALOR MÁXIMO: | 0,1500 | 0,6000 |
| VALOR MÍNIMO: | -0,0500 | |
| **Resultado:** | 0,2000 | |

