
Chromatogram



Channel & Peak Information Table

Chromatogram Name Repetibilidade_001_01-CH1
Sample Name
Channel Name CH1

#	Peak Name	CH	tR [min]	Area [μV·sec]	Height [μV]	Area%	Height%	Quantity	NTP	Resolution	Symmetry Factor	Warning
1	Cafeina	1	1.233	735089	145100	100.000	100.000	N/A	1376	N/A	1.149	

Chromatogram Name Repetibilidade_001_02-CH1
Sample Name
Channel Name CH1

#	Peak Name	CH	tR [min]	Area [μV·sec]	Height [μV]	Area%	Height%	Quantity	NTP	Resolution	Symmetry Factor	Warning
1	Cafeina	1	1.232	734740	145271	100.000	100.000	N/A	1377	N/A	1.139	

Chromatogram Name Repetibilidade_001_03-CH1
Sample Name
Channel Name CH1

#	Peak Name	CH	tR [min]	Area [μV·sec]	Height [μV]	Area%	Height%	Quantity	NTP	Resolution	Symmetry Factor	Warning
1	Cafeina	1	1.232	735973	145812	100.000	100.000	N/A	1381	N/A	1.150	

Chromatogram Name Repetibilidade_001_04-CH1
Sample Name
Channel Name CH1

#	Peak Name	CH	tR [min]	Area [μV·sec]	Height [μV]	Area%	Height%	Quantity	NTP	Resolution	Symmetry Factor	Warning
1	Cafeina	1	1.232	733439	145104	100.000	100.000	N/A	1379	N/A	1.133	

Chromatogram Name Repetibilidade_001_05-CH1
Sample Name
Channel Name CH1

#	Peak Name	CH	tR [min]	Area [μV·sec]	Height [μV]	Area%	Height%	Quantity	NTP	Resolution	Symmetry Factor	Warning
1	Cafeina	1	1.232	733693	145240	100.000	100.000	N/A	1381	N/A	1.142	

Chromatogram Name Repetibilidade_001_06-CH1
Sample Name
Channel Name CH1

#	Peak Name	CH	tR [min]	Area [μV·sec]	Height [μV]	Area%	Height%	Quantity	NTP	Resolution	Symmetry Factor	Warning
1	Cafeina	1	1.232	754563	149563	100.000	100.000	N/A	1385	N/A	1.132	

Chromatogram Name Repetibilidade_001_07-CH1
Sample Name
Channel Name CH1

#	Peak Name	CH	tR [min]	Area [μV·sec]	Height [μV]	Area%	Height%	Quantity	NTP	Resolution	Symmetry Factor	Warning
1	Cafeina	1	1.232	749788	149012	100.000	100.000	N/A	1393	N/A	1.128	

Chromatogram Name Repetibilidade_001_08-CH1
Sample Name
Channel Name CH1

#	Peak Name	CH	tR [min]	Area [μV·sec]	Height [μV]	Area%	Height%	Quantity	NTP	Resolution	Symmetry Factor	Warning
1	Cafeina	1	1.230	743363	147542	100.000	100.000	N/A	1385	N/A	1.145	

Chromatogram Name Repetibilidade_001_09-CH1
Sample Name
Channel Name CH1

#	Peak Name	CH	tR [min]	Area [μV·sec]	Height [μV]	Area%	Height%	Quantity	NTP	Resolution	Symmetry Factor	Warning
1	Cafeina	1	1.230	749464	148869	100.000	100.000	N/A	1387	N/A	1.139	

Chromatogram Name Repetibilidade_001_10-CH1
Sample Name
Channel Name CH1

#	Peak Name	CH	tR [min]	Area [μV·sec]	Height [μV]	Area%	Height%	Quantity	NTP	Resolution	Symmetry Factor	Warning
1	Cafeina	1	1.232	742251	147526	100.000	100.000	N/A	1393	N/A	1.140	