Teste de Fluxo

de Aceitação	
% Deviation:	3,00
% RSD:	2,00

Fluxos a serem medidos	
Fluxo 1 ml/min	0,5
Fluxo 2 ml/min	1,0
Fluxo 3 ml/min	2,0

BOMBA A

	Fluxo 0,5		Fluxo 1,0		Fluxo 2,0	
1	0,4970	0,5	0,9990	1,0	2,0220	2,0
2	0,4950	0,5	0,9990	1,0	2,0250	2,0
3	0,4960	0,5	0,9990	1,0	2,0260	2,0
4	0,4960	0,5	0,9990	1,0	2,0260	2,0
5	0,4980	0,5	0,9990	1,0	2,0250	2,0
6	0,4980	0,5	0,9920	1,0	2,0280	2,0
7	0,4960	0,5	0,9950	1,0	2,0290	2,0
8	0,4960	0,5	0,9960	1,0	2,0250	2,0
9	0,4960	0,5	0,9970	1,0	2,0250	2,0
10	0,4960	0,5	0,9980	1,0	2,0250	2,0
Média do Fluxo:	0,4964		0,9989		2,0256	
Desvio Padrao:	0,0010		0,0024		0,0019	
% RSD	0,2015		0,2403		0,0938	
% DESVIO	-0,7200		-0,1100		1,2800	

Teste	Realizado bomba A