
UV Lamp On | Blank Scan


Sample Scan | from 200 | to 300 | step 1 | Export Data



Spectral Scan - 1260 VWD [DEABB13551]

UV Lamp On | Blank Scan


Sample Scan | from 200 | to 300 | step 1 | Export Data



Spectral Scan - 1260 VWD [DEABB13551]


UV Lamp On | Blank Scan

Sample Scan | from 200 | to 300 | step 1 | Export Data




UV Lamp On | Blank Scan

Sample Scan | from 200 | to 300 | step 1 | Export Data



Teste de Linearidade do Injetor (LIIN)

Nome do Método: C:\HP06\Métodos\Qualificação\Qualificação.met
Data: C:\HP06\Data\Qualificação 2023\PCIN 001.rslt\Branco PCIN 001.dat
Usuário: Jéssica Vanessa Ribeiro de Moura Alves (Jéssica)
Adquirido: 17/05/2023 11:27:57 (GMT -03:00)
Impresso: 17/05/2023 12:30:05 (GMT -03:00)




Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	4,343	54693	**0,000**
Totais			54693	**0,000**

Teste de Linearidade do Injetor (LIIN)

Nome do Método: C:\HP06\Métodos\Qualificação\Qualificação.met
Data: C:\HP06\Data\Qualificação 2023\PCIN 001.rslt\PCIN 001.dat
Usuário: Jéssica Vanessa Ribeiro de Moura Alves (Jéssica)
Adquirido: 17/05/2023 11:34:14 (GMT -03:00)
Impresso: 17/05/2023 12:30:06 (GMT -03:00)




Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	4,334	14225922	**0,000**
Totais			14225922	**0,000**

Teste de Linearidade do Injetor (LIIN)

Nome do Método: C:\HP06\Métodos\Qualificação\Qualificação.met
Data: C:\HP06\Data\Qualificação 2023\PCIN 001.rslt\PCIN 002.dat
Usuário: Jéssica Vanessa Ribeiro de Moura Alves (Jéssica)
Adquirido: 17/05/2023 11:40:21 (GMT -03:00)
Impresso: 17/05/2023 12:30:08 (GMT -03:00)




Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	4,330	14212269	**0,000**
Totais			14212269	**0,000**

Teste de Linearidade do Injetor (LIIN)

Nome do Método: C:\HP06\Métodos\Qualificação\Qualificação.met
Data: C:\HP06\Data\Qualificação 2023\PCIN 001.rslt\PCIN 003.dat
Usuário: Jéssica Vanessa Ribeiro de Moura Alves (Jéssica)
Adquirido: 17/05/2023 11:46:36 (GMT -03:00)
Impresso: 17/05/2023 12:30:10 (GMT -03:00)




Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	4,333	14192157	**0,000**

Totais			14192157	**0,000**

Teste de Linearidade do Injetor (LIIN)

Nome do Método: C:\HP06\Métodos\Qualificação\Qualificação.met
Data: C:\HP06\Data\Qualificação 2023\PCIN 001.rslt\Branco PCIN 002.dat
Usuário: Jéssica Vanessa Ribeiro de Moura Alves (Jéssica)
Adquirido: 17/05/2023 11:52:47 (GMT -03:00)
Impresso: 17/05/2023 12:30:12 (GMT -03:00)




Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	4,339	47536	**0,000**
Totais			47536	**0,000**

Teste de Linearidade do Injetor (LIIN)

Nome do Método: C:\HP06\Métodos\Qualificação\Qualificação.met
Data: C:\HP06\Data\Qualificação 2023\PCIN 001.rslt\PCIN 004.dat
Usuário: Jéssica Vanessa Ribeiro de Moura Alves (Jéssica)
Adquirido: 17/05/2023 11:59:01 (GMT -03:00)
Impresso: 17/05/2023 12:30:13 (GMT -03:00)




Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	4,332	14279416	**0,000**
Totais			14279416	**0,000**

Teste de Linearidade do Injetor (LIIN)

Nome do Método: C:\HP06\Métodos\Qualificação\Qualificação.met
Data: C:\HP06\Data\Qualificação 2023\PCIN 001.rslt\PCIN 005.dat
Usuário: Jéssica Vanessa Ribeiro de Moura Alves (Jéssica)
Adquirido: 17/05/2023 12:05:14 (GMT -03:00)
Impresso: 17/05/2023 12:30:15 (GMT -03:00)




Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	4,335	14392341	**0,000**
Totais			14392341	**0,000**

Teste de Linearidade do Injetor (LIIN)

Nome do Método: C:\HP06\Métodos\Qualificação\Qualificação.met
Data: C:\HP06\Data\Qualificação 2023\PCIN 001.rslt\PCIN 006.dat
Usuário: Jéssica Vanessa Ribeiro de Moura Alves (Jéssica)
Adquirido: 17/05/2023 12:11:28 (GMT -03:00)
Impresso: 17/05/2023 12:30:17 (GMT -03:00)




Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	4,335	14294450	**0,000**

Totais			14294450	**0,000**

Teste de Linearidade do Injetor (LIIN)

Nome do Método: C:\HP06\Métodos\Qualificação\Qualificação.met
Data: C:\HP06\Data\Qualificação 2023\PCIN 001.rslt\Branco PCIN 003.dat
Usuário: Jéssica Vanessa Ribeiro de Moura Alves (Jéssica)
Adquirido: 17/05/2023 12:17:41 (GMT -03:00)
Impresso: 17/05/2023 12:30:18 (GMT -03:00)




Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	4,338	50793	**0,000**
Totais			50793	**0,000**

Teste de Linearidade do Injetor (LIIN)

Nome do Método: C:\HP06\Métodos\Qualificação\Qualificação.met
Data: C:\HP06\Data\Qualificação 2023\LDUV 002.rslt\LDUV 001.dat
Usuário: Jéssica Vanessa Ribeiro de Moura Alves (Jéssica)
Adquirido: 17/05/2023 13:11:11 (GMT -03:00)
Impresso: 17/05/2023 13:42:42 (GMT -03:00)




Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	4,338	27858	**0,000**
Totais			27858	**0,000**

Teste de Linearidade do Injetor (LIIN)

Nome do Método: C:\HP06\Métodos\Qualificação\Qualificação.met
Data: C:\HP06\Data\Qualificação 2023\LDUV 002.rslt\LDUV 002.dat
Usuário: Jéssica Vanessa Ribeiro de Moura Alves (Jéssica)
Adquirido: 17/05/2023 13:17:25 (GMT -03:00)
Impresso: 17/05/2023 13:42:44 (GMT -03:00)




Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	4,337	4964791	**0,000**
Totais			4964791	**0,000**

Teste de Linearidade do Injetor (LIIN)

Nome do Método: C:\HP06\Métodos\Qualificação\Qualificação.met
Data: C:\HP06\Data\Qualificação 2023\LDUV 002.rslt\LDUV 003.dat
Usuário: Jéssica Vanessa Ribeiro de Moura Alves (Jéssica)
Adquirido: 17/05/2023 13:23:39 (GMT -03:00)
Impresso: 17/05/2023 13:42:46 (GMT -03:00)




Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	4,337	9394291	**0,000**
Totais			9394291	**0,000**

Teste de Linearidade do Injetor (LIIN)

Nome do Método: C:\HP06\Métodos\Qualificação\Qualificação.met
Data: C:\HP06\Data\Qualificação 2023\LDUV 002.rslt\LDUV 004.dat
Usuário: Jéssica Vanessa Ribeiro de Moura Alves (Jéssica)
Adquirido: 17/05/2023 13:29:53 (GMT -03:00)
Impresso: 17/05/2023 13:42:48 (GMT -03:00)




Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	4,338	14184498	**0,000**

Totais			14184498	**0,000**

Teste de Linearidade do Injetor (LIIN)

Nome do Método: C:\HP06\Métodos\Qualificação\Qualificação.met
Data: C:\HP06\Data\Qualificação 2023\LDUV 002.rslt\LDUV 005.dat
Usuário: Jéssica Vanessa Ribeiro de Moura Alves (Jéssica)
Adquirido: 17/05/2023 13:36:09 (GMT -03:00)
Impresso: 17/05/2023 13:42:50 (GMT -03:00)




Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	4,338	18547684	**0,000**
Totais			18547684	**0,000**

Teste de Linearidade do Injetor (LIIN)

Nome do Método: C:\HP06\Métodos\Qualificação\Qualificação.met
Data: C:\HP06\Data\Qualificação 2023\LIIN 001.rslt\LIIN 001.dat
Usuário: Jéssica Vanessa Ribeiro de Moura Alves (Jéssica)
Adquirido: 17/05/2023 13:46:48 (GMT -03:00)
Impresso: 17/05/2023 14:18:28 (GMT -03:00)




Resultados VWD: Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	4,465	82608	**0,000**
Totais			82608	**0,000**

Teste de Linearidade do Injetor (LIIN)

Nome do Método: C:\HP06\Métodos\Qualificação\Qualificação.met
Data: C:\HP06\Data\Qualificação 2023\LIIN 001.rslt\LIIN 002.dat
Usuário: Jéssica Vanessa Ribeiro de Moura Alves (Jéssica)
Adquirido: 17/05/2023 13:53:04 (GMT -03:00)
Impresso: 17/05/2023 14:18:30 (GMT -03:00)




Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	4,332	7237801	**0,000**
Totais			7237801	**0,000**

Teste de Linearidade do Injetor (LIIN)

Nome do Método: C:\HP06\Métodos\Qualificação\Qualificação.met
Data: C:\HP06\Data\Qualificação 2023\LIIN 001.rslt\LIIN 003.dat
Usuário: Jéssica Vanessa Ribeiro de Moura Alves (Jéssica)
Adquirido: 17/05/2023 13:59:21 (GMT -03:00)
Impresso: 17/05/2023 14:18:32 (GMT -03:00)




Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	4,339	14394606	**0,000**
Totais			14394606	**0,000**

Teste de Linearidade do Injetor (LIIN)

Nome do Método: C:\HP06\Métodos\Qualificação\Qualificação.met
Data: C:\HP06\Data\Qualificação 2023\LIIN 001.rslt\LIIN 004.dat
Usuário: Jéssica Vanessa Ribeiro de Moura Alves (Jéssica)
Adquirido: 17/05/2023 14:05:37 (GMT -03:00)
Impresso: 17/05/2023 14:18:34 (GMT -03:00)




Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	4,347	21585286	**0,000**
Totais			21585286	**0,000**

Teste de Linearidade do Injetor (LIIN)

Nome do Método: C:\HP06\Métodos\Qualificação\Qualificação.met
Data: C:\HP06\Data\Qualificação 2023\LIIN 001.rslt\LIIN 005.dat
Usuário: Jéssica Vanessa Ribeiro de Moura Alves (Jéssica)
Adquirido: 17/05/2023 14:11:58 (GMT -03:00)
Impresso: 17/05/2023 14:18:35 (GMT -03:00)




Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	4,353	28788451	**0,000**

Totais			28788451	**0,000**

Teste de Linearidade do Injetor (LIIN)

Nome do Método: **C:\HP06\Métodos\Qualificação\RELB.met**
Data: **C:\HP06\Data\Qualificação 2023\RELB 002.rslt\RELB 002.dat**
Usuário: **Jéssica Vanessa Ribeiro de Moura Alves (Jéssica)**
Adquirido: **17/05/2023 14:29:50 (GMT -03:00)**
Impresso: **17/05/2023 14:51:42 (GMT -03:00)**




Resultados VWD:
Sinal A, 254 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Altura*
1	Cafeína	4,354	16287901	**2488661**
Totais			16287901	**2488661**

Teste de Gradiete da Bomba - Canais A e B (GRAD AB)

Nome do Método: C:\HP06\Métodos\Qualificação\Gradiente AB.met
Data: C:\HP06\Data\Qualificação 2023\GRAD AB 001.rslt\GRAD AB 001.dat
Usuário: Jéssica Vanessa Ribeiro de Moura Alves (Jéssica)
Adquirido: 17/05/2023 15:13:08 (GMT -03:00)
Impresso: 17/05/2023 15:32:50 (GMT -03:00)




Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Altura*	*Concentração ESTD*
2	20%	2,654	749195	**0,000**
3	40%	5,309	1509548	**0,000**
4	60%	8,254	2270489	**0,000**
6	80%	11,500	3018542	**0,000**
7	100%	14,566	3775008	**0,000**

Totais			11322782	**0,000**

Teste de Gradiente da Bomba - Canais C e D (GRAD CD)

Nome do Método: C:\HP06\Métodos\Qualificação\Gradiente CD.met
Data: C:\HP06\Data\Qualificação 2023\GRAD CD 001.rslt\GRAD CD 001.dat
Usuário: Jéssica Vanessa Ribeiro de Moura Alves (Jéssica)
Adquirido: 17/05/2023 15:34:16 (GMT -03:00)
Impresso: 17/05/2023 15:53:05 (GMT -03:00)



Resultados VWD: Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Altura*
1	20%	1,799	733994
2	40%	5,497	1496209
3	60%	8,794	2263598
4	80%	11,651	3016883
5	100%	13,788	3773501

Totais			11284185