

Spectral Scan - 1260 VWD [DEACX21942]
Absorbance [mAU]
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
Wavelength [nm]

[nm],[mAU]
200.00,959.663
201.00,974.609
202.00,984.658
203.00,987.029
204.00,981.167
205.00,969.640
206.00,953.351
207.00,923.139
208.00,895.883
209.00,860.320
210.00,826.115
211.00,772.611
212.00,721.877
213.00,673.165
214.00,638.080
215.00,579.702
216.00,530.375
217.00,493.056
218.00,459.539
219.00,430.166
220.00,397.851
221.00,375.446
222.00,352.677
223.00,333.754
224.00,312.575
225.00,296.695
226.00,286.607
227.00,275.283
228.00,262.270
229.00,252.546
230.00,243.833
231.00,236.490
232.00,227.556
233.00,218.754
234.00,209.806
235.00,200.180
236.00,190.411
237.00,178.522
238.00,169.569
239.00,158.540
240.00,149.145
241.00,138.483
242.00,130.946
243.00,125.535
244.00,121.059
245.00,117.122
246.00,115.559
247.00,114.730
248.00,115.248


249.00,117.866
250.00,120.010
251.00,124.486
252.00,130.953
253.00,139.209
254.00,146.238
255.00,154.273
256.00,161.866
257.00,171.973
258.00,179.797
259.00,188.837
260.00,198.345
261.00,211.150
262.00,221.071
263.00,231.044
264.00,241.185
265.00,253.186
266.00,261.645
267.00,268.880
268.00,276.118
269.00,282.823
270.00,287.730
271.00,291.176
272.00,294.192
273.00,295.013
274.00,294.037
275.00,292.274
276.00,287.225
277.00,279.072
278.00,271.372
279.00,262.971
280.00,253.854
281.00,240.388
282.00,229.271
283.00,215.329
284.00,197.231
285.00,181.260
286.00,163.148
287.00,149.615
288.00,129.520
289.00,114.630
290.00,101.661
291.00,89.450
292.00,78.705
293.00,69.710
294.00,63.150
295.00,55.152
296.00,49.414
297.00,44.006
298.00,40.519

299.00,37.194
300.00,35.015

Relatório de Injeção Única

Agilent


Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC_03_UV-2021-09-21 11-32-37-03-00.rslt\Branco 01.dx		
Nome da amostra:	Branco 01		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC_03_UV	**Localização:**	P2-A1
Data da injeção:	2021-09-21 11:33:29-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000
Método de análise:	*Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2021-09-21 12:15:24-03:00		



Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC_03_UV-2021-09-21 11-32-37-03-00.rslt\PCIN 01.dx		
Nome da amostra:	PCIN 01		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC_03_UV	**Localização:**	P2-A6
Data da injeção:	2021-09-21 11:37:15-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000
Método de análise:	*Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2021-09-21 12:15:24-03:00		




Sinal: VWD1A,Wavelength=273 nm

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,349	BB	0,8292	840,4406	142,0468	100,0000	Cafeína
		Soma	**840,4406**			

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC_03_UV-2021-09-21 11-32-37-03-00.rslt\PCIN 02.dx		
Nome da amostra:	PCIN 02		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC_03_UV	**Localização:**	P2-A6
Data da injeção:	2021-09-21 11:41:01-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000
Método de análise:	*Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2021-09-21 12:15:24-03:00		




Sinal: VWD1A,Wavelength=273 nm

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,350	BB	0,8233	840,1301	142,3505	100,0000	Cafeína
		Soma	**840,1301**			

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC_03_UV-2021-09-21 11-32-37-03-00.rslt\PCIN 03.dx		
Nome da amostra:	PCIN 03		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC_03_UV	**Localização:**	P2-A6
Data da injeção:	2021-09-21 11:44:46-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000
Método de análise:	*Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2021-09-21 12:15:24-03:00		




Sinal: VWD1A,Wavelength=273 nm

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,351	BB	0,9633	840,6628	141,7203	100,0000	Cafeína
		Soma	**840,6628**			

Relatório de Injeção Única

Agilent


Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC_03_UV-2021-09-21 11-32-37-03-00.rslt\Branco 02.dx		
Nome da amostra:	Branco 02		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC_03_UV	**Localização:**	P2-A1
Data da injeção:	2021-09-21 11:48:31-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000
Método de análise:	*Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2021-09-21 12:15:24-03:00		



Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC_03_UV-2021-09-21 11-32-37-03-00.rslt\PCIN 04.dx		
Nome da amostra:	PCIN 04		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC_03_UV	**Localização:**	P2-A6
Data da injeção:	2021-09-21 11:52:17-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000
Método de análise:	*Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2021-09-21 12:15:24-03:00		




Sinal: VWD1A,Wavelength=273 nm

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,357	BB	0,8667	840,6662	141,9879	100,0000	Cafeína
		Soma	**840,6662**			

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC_03_UV-2021-09-21 11-32-37-03-00.rslt\PCIN 05.dx		
Nome da amostra:	PCIN 05		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC_03_UV	**Localização:**	P2-A6
Data da injeção:	2021-09-21 11:56:02-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000
Método de análise:	*Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2021-09-21 12:15:24-03:00		




Sinal: VWD1A,Wavelength=273 nm

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,359	BB	0,8217	840,8944	142,0116	100,0000	Cafeína
		Soma	**840,8944**			

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC_03_UV-2021-09-21 11-32-37-03-00.rslt\PCIN 06.dx		
Nome da amostra:	PCIN 06		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC_03_UV	**Localização:**	P2-A6
Data da injeção:	2021-09-21 11:59:47-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000
Método de análise:	*Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2021-09-21 12:15:24-03:00		




Sinal: VWD1A,Wavelength=273 nm

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,361	BB	0,8527	841,6426	141,5914	100,0000	Cafeína
		Soma	**841,6426**			

Relatório de Injeção Única

Agilent


Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC_03_UV-2021-09-21 11-32-37-03-00.rslt\Branco 03.dx		
Nome da amostra:	Branco 03		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC_03_UV	**Localização:**	P2-A1
Data da injeção:	2021-09-21 12:03:33-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000
Método de análise:	*Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2021-09-21 12:15:24-03:00		



Relatório de Injeção Única

Agilent


Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC_03_UV-2021-09-21 13-59-32-03-00.rslt\LDUV 01.dx		
Nome da amostra:	LDUV 01		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC_03_UV	**Localização:**	P2-A1
Data da injeção:	2021-09-21 14:00:23-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000
Método de análise:	Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2021-09-21 12:49:15-03:00		



Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC_03_UV-2021-09-21 13-59-32-03-00.rslt\LDUV 02.dx		
Nome da amostra:	LDUV 02		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC_03_UV	**Localização:**	P2-A2
Data da injeção:	2021-09-21 14:04:09-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000
Método de análise:	Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2021-09-21 12:49:15-03:00		




Sinal: VWD1A,Wavelength=273 nm

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,444	BB	0,7200	255,5097	39,8841	100,0000	Cafeína
		Soma	**255,5097**			

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC_03_UV-2021-09-21 13-59-32-03-00.rslt\LDUV 03.dx		
Nome da amostra:	LDUV 03		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC_03_UV	**Localização:**	P2-A3
Data da injeção:	2021-09-21 14:07:56-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000
Método de análise:	Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2021-09-21 12:49:15-03:00		




Sinal: VWD1A,Wavelength=273 nm

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,449	BB	0,7800	547,5993	84,1962	100,0000	Cafeína
		Soma	**547,5993**			

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC_03_UV-2021-09-21 13-59-32-03-00.rslt\LDUV 04.dx		
Nome da amostra:	LDUV 04		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC_03_UV	**Localização:**	P2-A4
Data da injeção:	2021-09-21 14:11:41-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000
Método de análise:	Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2021-09-21 12:49:15-03:00		




Sinal: VWD1A,Wavelength=273 nm

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,449	BB	0,8733	806,3121	125,8572	100,0000	Cafeína
		Soma	**806,3121**			

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC_03_UV-2021-09-21 13-59-32-03-00.rslt\LDUV 05.dx		
Nome da amostra:	LDUV 05		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC_03_UV	**Localização:**	P2-A5
Data da injeção:	2021-09-21 14:15:28-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000
Método de análise:	Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2021-09-21 12:49:15-03:00		




Sinal: VWD1A,Wavelength=273 nm

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,448	BB	0,8350	1056,9280	165,4050	100,0000	Cafeína
		Soma	**1056,9280**			

Relatório de Injeção Única

Agilent


Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC_03_UV-2021-09-21 14-21-59-03-00.rslt\LIIN 01.dx		
Nome da amostra:	LIIN 01		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC_03_UV	**Localização:**	P2-A6
Data da injeção:	2021-09-21 14:22:46-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	0,000
Método de análise:	Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2021-09-21 12:49:15-03:00		



Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC_03_UV-2021-09-21 14-21-59-03-00.rslt\LIIN 02.dx		
Nome da amostra:	LIIN 02		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC_03_UV	**Localização:**	P2-A6
Data da injeção:	2021-09-21 14:26:27-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	5,000
Método de análise:	Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2021-09-21 12:49:15-03:00		




Sinal: VWD1A,Wavelength=273 nm

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,438	BB	0,7300	420,8638	65,3476	100,0000	Cafeína
		Soma	**420,8638**			

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC_03_UV-2021-09-21 14-21-59-03-00.rslt\LIIN 03.dx		
Nome da amostra:	LIIN 03		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC_03_UV	**Localização:**	P2-A6
Data da injeção:	2021-09-21 14:30:11-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000
Método de análise:	Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2021-09-21 12:49:15-03:00		




Sinal: VWD1A,Wavelength=273 nm

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,447	BB	0,7933	838,9542	131,5951	100,0000	Cafeína
		Soma	**838,9542**			

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC_03_UV-2021-09-21 14-21-59-03-00.rslt\LIIN 04.dx		
Nome da amostra:	LIIN 04		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC_03_UV	**Localização:**	P2-A6
Data da injeção:	2021-09-21 14:33:58-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	15,000
Método de análise:	Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2021-09-21 12:49:15-03:00		




Sinal: VWD1A,Wavelength=273 nm

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,454	BB	0,9750	1258,3510	198,3108	100,0000	Cafeína
		Soma	**1258,3510**			

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC_03_UV-2021-09-21 14-21-59-03-00.rslt\LIIN 05.dx		
Nome da amostra:	LIIN 05		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC_03_UV	**Localização:**	P2-A6
Data da injeção:	2021-09-21 14:37:49-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	20,000
Método de análise:	Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2021-09-21 12:49:15-03:00		




Sinal: VWD1A,Wavelength=273 nm

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,458	VB	0,8328	1676,7904	268,2755	100,0000	Cafeína
		Soma	**1676,7904**			

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC_03_UV-2021-09-21 15-19-38-03-00.rslt\Gradiente AB.dx		
Nome da amostra:	Gradiente AB		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC_03_UV	**Localização:**	P2-A1
Data da injeção:	2021-09-21 15:20:27-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Gradiente AB.amx	**Volume de injeção:**	0,000
Método de análise:	*Gradiente.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2021-09-21 16:25:39-03:00		




Sinal: VWD1A,Wavelength=273 nm

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
3,202	MM m	3,0261	12451,0075	80,7536	5,5945	20%
6,080	MM m	3,0480	27843,3493	163,6073	12,5105	40%
9,298	MM m	3,0480	43287,8174	246,8215	19,4500	60%
12,258	MM m	2,9603	57095,7447	330,6472	25,6542	80%
15,340	MM m	7,6748	81881,5680	416,5160	36,7909	100%
		Soma	**222559,4870**			

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC_03_UV-2021-09-21 15-19-38-03-00.rslt\Gradiente CD.dx		
Nome da amostra:	Gradiente CD		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC_03_UV	**Localização:**	P2-A1
Data da injeção:	2021-09-21 15:41:09-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Gradiente CD.amx	**Volume de injeção:**	0,000
Método de análise:	*Gradiente.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2021-09-21 16:32:28-03:00		



Sinal: VWD1A,Wavelength=273 nm

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
2,440	MM m	2,9822	13547,1599	85,3358	5,9999	20%
5,053	MM m	2,8068	26596,6455	168,1059	11,7793	40%
9,210	MM m	3,1357	44442,6157	250,5149	19,6830	60%
12,081	MM m	3,1138	60405,8964	334,2834	26,7530	80%
15,328	MM m	7,6731	80799,0231	416,8635	35,7848	100%
		Soma	**225791,3405**			