
Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies


Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\EDUV2021-09-22 16-33-00-03-00.sirslt\EDUV2021-09-22 16-33-00-03-00.dx		
Nome da amostra:	EDUV		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	1260 infinity II - TAG 000306	**Localização:**	P1-A2
Data da Injeção:	2021-09-22 16:34:17-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2021-09-22 16:38:24-03:00		



Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies


Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\1260 infinity II - TAG 000306-2021-09-22 16-50-06-03-00.rslt\Branco 01.dx		
Nome da amostra:	Branco 01		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	1260 infinity II - TAG 000306	**Localização:**	P1-A1
Data da Injeção:	2021-09-22 16:51:11-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2021-09-23 08:08:00-03:00		



Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\1260 infinity II - TAG 000306-2021-09-22 16-50-06-03-00.rslt\PCIN 01.dx		
Nome da amostra:	PCIN 01		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	1260 infinity II - TAG 000306	**Localização:**	P1-A6
Data da Injeção:	2021-09-22 16:55:11-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2021-09-23 08:08:00-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,443	BB	0,8033	801,4279	105,9180	100,0000	Cafeína
		Soma	801,4279			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\1260 infinity II - TAG 000306-2021-09-22 16-50-06-03-00.rslt\PCIN 02.dx		
Nome da amostra:	PCIN 02		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	1260 infinity II - TAG 000306	**Localização:**	P1-A6
Data da Injeção:	2021-09-22 16:59:09-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2021-09-23 08:08:00-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,446	BB	0,8367	802,7323	106,6410	100,0000	Cafeína
		Soma	802,7323			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\1260 infinity II - TAG 000306-2021-09-22 16-50-06-03-00.rslt\PCIN 03.dx		
Nome da amostra:	PCIN 03		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	1260 infinity II - TAG 000306	**Localização:**	P1-A6
Data da Injeção:	2021-09-22 17:03:08-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2021-09-23 08:08:00-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,450	BB	0,8633	803,3452	107,5452	100,0000	Cafeína
		Soma	803,3452			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies


Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\1260 infinity II - TAG 000306-2021-09-22 16-50-06-03-00.rslt\Branco 02.dx		
Nome da amostra:	Branco 02		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	1260 infinity II - TAG 000306	**Localização:**	P1-A1
Data da Injeção:	2021-09-22 17:07:10-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2021-09-23 08:08:00-03:00		



Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\1260 infinity II - TAG 000306-2021-09-22 16-50-06-03-00.rslt\PCIN 04.dx		
Nome da amostra:	PCIN 04		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	1260 infinity II - TAG 000306	**Localização:**	P1-A6
Data da Injeção:	2021-09-22 17:11:08-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2021-09-23 08:08:00-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,453	BB	0,7433	801,9469	106,8806	100,0000	Cafeína
		Soma	801,9469			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\1260 infinity II - TAG 000306-2021-09-22 16-50-06-03-00.rslt\PCIN 05.dx		
Nome da amostra:	PCIN 05		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	1260 infinity II - TAG 000306	**Localização:**	P1-A6
Data da Injeção:	2021-09-22 17:15:06-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2021-09-23 08:08:00-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,456	BB	0,7600	804,0029	108,3293	100,0000	Cafeína
		Soma	804,0029			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\1260 infinity II - TAG 000306-2021-09-22 16-50-06-03-00.rslt\PCIN 06.dx		
Nome da amostra:	PCIN 06		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	1260 infinity II - TAG 000306	**Localização:**	P1-A6
Data da Injeção:	2021-09-22 17:19:05-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2021-09-23 08:08:00-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,456	BB	0,8494	802,5475	108,7336	100,0000	Cafeína
		Soma	802,5475			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies


Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\1260 infinity II - TAG 000306-2021-09-22 16-50-06-03-00.rslt\Branco 03.dx		
Nome da amostra:	Branco 03		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	1260 infinity II - TAG 000306	**Localização:**	P1-A1
Data da Injeção:	2021-09-22 17:23:07-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2021-09-23 08:08:00-03:00		



Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies


Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\1260 infinity II - TAG 000306-2021-09-22 16-51-30-03-00.rslt\LDUV 01.dx		
Nome da amostra:	LDUV 01		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	1260 infinity II - TAG 000306	**Localização:**	P1-A1
Data da Injeção:	2021-09-22 17:27:18-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2021-09-23 08:08:00-03:00		



Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\1260 infinity II - TAG 000306-2021-09-22 16-51-30-03-00.rslt\LDUV 02.dx		
Nome da amostra:	LDUV 02		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	1260 infinity II - TAG 000306	**Localização:**	P1-A2
Data da Injeção:	2021-09-22 17:31:19-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2021-09-23 08:08:00-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,465	BB	0,7633	244,8576	32,3844	100,0000	Cafeína
		Soma	244,8576			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\1260 infinity II - TAG 000306-2021-09-22 16-51-30-03-00.rslt\LDUV 03.dx		
Nome da amostra:	LDUV 03		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	1260 infinity II - TAG 000306	**Localização:**	P1-A3
Data da Injeção:	2021-09-22 17:35:20-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2021-09-23 08:08:00-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,469	BB	0,8858	522,8207	69,7553	100,0000	Cafeína
		Soma	522,8207			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\1260 infinity II - TAG 000306-2021-09-22 16-51-30-03-00.rslt\LDUV 04.dx
Nome da amostra:	LDUV 04
Descrição:	
Quantidade de amostra:	0,000
Tipo de Amostra:	Amostra
Instrumento:	1260 infinity II - TAG 000306
Localização:	P1-A4
Data da Injeção:	2021-09-22 17:39:19-03:00
Injeção:	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx
Volume de Injeção:	10,000
Método de análise:	Qualificação.pmx
Operador de aquis.:	QPackSA
Última alteração:	2021-09-23 08:08:00-03:00




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,468	BB	0,7200	771,3037	102,6008	100,0000	Cafeína
		Soma	771,3037			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\1260 infinity II - TAG 000306-2021-09-22 16-51-30-03-00.rslt\LDUV 05.dx		
Nome da amostra:	LDUV 05		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	1260 infinity II - TAG 000306	**Localização:**	P1-A5
Data da Injeção:	2021-09-22 17:43:17-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2021-09-23 08:08:00-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,473	BB	0,7667	1011,7947	133,4910	100,0000	Cafeína
		Soma	1011,7947			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\1260 infinity II - TAG 000306-2021-09-22 16-53-34-03-00.rslt\LIIN 01.dx		
Nome da amostra:	LIIN 01		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	1260 infinity II - TAG 000306	**Localização:**	P1-A6
Data da Injeção:	2021-09-22 17:47:21-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	0,000
Método de análise:	*Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2021-09-23 08:12:12-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,461	MM m	0,3322	0,7446	0,0917	100,0000	Cafeína
		Soma	0,7446			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\1260 infinity II - TAG 000306-2021-09-22 16-53-34-03-00.rslt\LIIN 02.dx		
Nome da amostra:	LIIN 02		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	1260 infinity II - TAG 000306	**Localização:**	P1-A6
Data da Injeção:	2021-09-22 17:51:17-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	5,000
Método de análise:	*Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2021-09-23 08:12:12-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,471	BB	0,7167	403,4339	52,3245	100,0000	Cafeína
		Soma	403,4339			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\1260 infinity II - TAG 000306-2021-09-22 16-53-34-03-00.rslt\LIIN 03.dx		
Nome da amostra:	LIIN 03		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	1260 infinity II - TAG 000306	**Localização:**	P1-A6
Data da Injeção:	2021-09-22 17:55:15-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2021-09-23 08:12:12-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,481	BB	0,7000	803,6798	106,4284	100,0000	Cafeína
		Soma	803,6798			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\1260 infinity II - TAG 000306-2021-09-22 16-53-34-03-00.rslt\LIIN 04.dx		
Nome da amostra:	LIIN 04		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	1260 infinity II - TAG 000306	**Localização:**	P1-A6
Data da Injeção:	2021-09-22 17:59:15-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	15,000
Método de análise:	*Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2021-09-23 08:12:12-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,489	BB	0,8291	1205,0114	160,6834	100,0000	Cafeína
		Soma	1205,0114			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\1260 infinity II - TAG 000306-2021-09-22 16-53-34-03-00.rslt\LIIN 05.dx		
Nome da amostra:	LIIN 05		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	1260 infinity II - TAG 000306	**Localização:**	P1-A6
Data da Injeção:	2021-09-22 18:03:19-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	20,000
Método de análise:	*Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2021-09-23 08:12:12-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,498	BB	0,8433	1606,6899	214,4667	100,0000	Cafeína
		Soma	1606,6899			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\1260 infinity II - TAG 000306-2021-09-23 11-17-57-03-00.rslt\Gradiente AB.dx		
Nome da amostra:	Gradiente AB		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	1260 infinity II - TAG 000306	**Localização:**	P1-A1
Data da Injeção:	2021-09-23 11:18:58-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Gradiente AB.amx	**Volume de Injeção:**	0,000
Método de análise:	*Gradiente.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2021-09-23 12:12:39-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
2,964	MM m	3,3109	12389,2186	78,1051	5,8385	20%
6,050	MM m	3,0258	26642,4080	155,8839	12,5555	40%
9,029	MM m	2,9820	40394,8524	234,5413	19,0365	60%
11,715	MM m	2,9600	53891,6439	312,5575	25,3970	80%
15,188	MM m	7,6742	78879,1020	397,8877	37,1725	100%
		Soma	212197,2248			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\1260 infinity II - TAG 000306-2021-09-23 11-17-57-03-00.rslt\Gradiente CD.dx		
Nome da amostra:	Gradiente CD		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	1260 infinity II - TAG 000306	**Localização:**	P1-A1
Data da Injeção:	2021-09-23 11:39:55-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Gradiente CD.amx	**Volume de Injeção:**	0,000
Método de análise:	*Gradiente.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2021-09-23 12:12:39-03:00		



Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
2,976	MM m	2,6216	11827,5210	85,4159	5,4387	20%
5,355	MM m	3,3986	30137,7525	163,4935	13,8583	40%
9,150	MM m	3,0039	42266,1177	241,9193	19,4353	60%
12,133	MM m	2,9600	55527,0021	320,0273	25,5330	80%
15,233	MM m	7,6489	77713,0082	397,4249	35,7348	100%
		Soma	217471,4015			