Verde Laboratórios

OS (Ordem de Serviço) Nº. 237/16

Cliente: KIN MASTER PRODUTOS QUÍMICOS LTDA		Tel.: 54 3313-2700	Data chamado: 18/10/16
Endereço: R MANOEL PORTELA, 780		Bairro: PETRÓPOLIS	CEP: 99010-115
Cidade: PASSO FUNDO	UF: RS	CNPJ: 91.806.729/0001-05	Insc..Est.: <agend.ie>
Contato: Fernanda Ferron		Depto: Controle de Qualidade	Cargo: Coordenadora Técnica

Técnico responsável pelo serviço: Danilo Melo

Equipamento:	ID/TAG:	N/S:
HPLC DIONEX	CRO 02 A 383	
Módulo: LPG-3400SD		8019206
Módulo: WPS-3000SL		8019448
Módulo: TCC-3000SD		8019505
Módulo: DAD-3000		8019081
Módulo: RI-101		126899
Módulo:		
Módulo:		

Tipo de Serviço - RIR nº. NA PIS nº. 5000857

Avulso ☒	Interno ☐	Manutenção Prev. ☒
Contrato ☐		Manutenção Corre. ☐
Garantia ☐		Qualificação ☒
Retrabalho ☐	Externo ☒	Instalação ☐
Ref. à OS nº: NA		Treinamento ☐

Relato feito pelo cliente:

Manutenção preventiva e qualificação periódica

Diagnóstico detectado:

Pendências (descrever o que falta para iniciar o serviço):

Serviços executados:

Foi realizado a manutenção preventiva com limpeza interna e externa de cada módulo e foi realizado a lubrificação das partes mecânicas.
Foi realizado a qualificação conforme o protocolo de qualificação nº 237/16 na qual todos os resultados dos testes realizados foram satisfatórios.
O equipamento está liberado para o uso.
Sugerimos comprar uma seringa de 100µl PIN 055064

CONFIRMAMOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ACIMA.

(Este campo não requer preenchimento quando o serviço for realizado nas instalações da VERDE)

Nome Completo	Cargo	Assinatura
Elisandro Bordignon	Supervisor C.Q	

TEMPO GASTO NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

DATA	INÍCIO	TÉRMINO	TOTAL DE HORAS DE SERVIÇO	HORAS DE DESLOCAMENTO
23/11	09:00	17:00	8	01
24/11	08:30	17:00		01

PEÇAS UTILIZADAS NO SERVIÇO

QTD.	DESCRIÇÃO	P/N

VISTO DO TÉCNICO:

DATA: 24/11/2016