**EQUIPAMENTO:**
**ULTRAPURIFICADOR DE ÁGUA MILLIPORE**

**TAG:**
**MIQ005**

# *TESTES DE FUNCIONAMENTO E DE DESEMPENHO REALIZADOS ANTES DA DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO*


Especialista responsável pelo serviço:

**MATEUS CARREIRA LIMA**


**Data:** **27/05/2025**


**QPack Soluções Analíticas Ltda.**
**Rua Ema Gazzi Magnusson, 138 – Comercial Vitoria Martini – Indaiatuba – SP**
**CEP: 13347-630 - www.qpack.com.br - Fone: 55 (19) 2660-1110**
**E-mail: qpack@qpack.com.br**

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

| | |
|---|---|
| **EQUIPAMENTO:** | **ULTRAPURIFICADOR DE ÁGUA MILLIPORE** |
| | |
| **TAG:** | **MIQ005** |
| | |
| **MODELO:** | **MILLI-Q IQ 7015** |
| | |
| **NÚMERO DE SÉRIE:** | **F1HB68098** |
| | |
| **LOCAL INSTALADO:** | **CONTROLE DE QUALIDADE** |

## 2. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONTRATANTE

| | |
|---|---|
| **Empresa:** | **PRATI DONADUZZI E CIA LTDA** |
| | |
| **Endereço:** | **RUA MITSUGORO TANAKA, N° 145 - CENTRO INDUSTRIAL NILTON ARRUDA - TOLEDO/PR - CEP 85903-630** |
| | |
| **Nome do contato:** | **LÚCIA MERGEN** |
| | |
| **Função:** | **ANALISTA DE MANUTENÇÃO** |

## 3. IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTOR

| | |
|---|---|
| **Executado por:** | **MATEUS CARREIRA LIMA** |
| | |
| **Função:** | **ENGENHEIRO MANUTENÇÃO** |
| | |
| **Data:** | **27/05/2025** |

## 4. IDENTIFICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS E PADRÕES UTILIZADOS

Registre na tabela a seguir todos os instrumentos e padrões que forem utilizados.

| Identificação | Descrição | Número de Série / Lote |
|---|---|---|
| **CD-05** | **CONDUTIVÍMETRO** | **77159** |

## 5. TESTES DE FUNCIONAMENTO

Este procedimento descreve e registra os testes de inicialização, operação e funcionamento do equipamento.

Se necessário, utilizar o manual do fabricante.

| Passos de avaliação | Procedimento | Aprovado | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Sim | Não | N/A |
| **Ligando o equipamento** | Ligar o equipamento e observar se ele começa o procedimento de inicialização. | ☒ | ☐ | ☐ |
| **Processo de inicialização** | Verificar se o equipamento realiza todas as etapas de inicialização sem apresentar erros ou mensagens de erros. | ☒ | ☐ | ☐ |
| **Funcionalidade** | Executar as funções de operação sem apresentar erros de funcionamento. | ☒ | ☐ | ☐ |

**Observação:** **N/A**

## 6. TESTES DE DESEMPENHO

Este procedimento descreve e registra os testes de desempenho do equipamento.
Se necessário, utilizar o manual do fabricante.

| Procedimento do desempenho do equipamento | | Aprovado | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Sim | Não | N/A |
| **Teste de Desempenho** | Leitura da Qualidade da Água Produzida. | ☒ | ☐ | ☐ |

**Observação:** **N/A**

## 7. EVIDÊNCIAS FOTOGRAFICAS:

As evidências fotográficas anexadas a este documento foram coletadas meticulosamente para garantir sua integridade e autenticidade.




0.051
Cont
0691
Cal.


Milli-Q




## 8. ASSINATURAS

As assinaturas abaixo confirmam a realização dos testes de funcionamento e de desempenho e os seus respectivos resultados satisfatórios.

| **APROVADO POR:** | **MATEUS CARREIRA LIMA** | **Assinatura:** |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **EMPRESA:** | **QPACK SOLUÇÕES ANALÍTICAS LTDA.** |
| **DEPARTAMENTO:** | **SUPORTE TÉCNICO** |
| **FUNÇÃO:** | **ENGENHEIRO MANUTENÇÃO** |

| | | |
|---|---|---|
| **APROVADO POR:** | | **Assinatura:** |
| **EMPRESA:** | | |
| **DEPARTAMENTO:** | | |
| **FUNÇÃO:** | | |