Inspection Parameters - ENERGIA.orvp

Creator	JASCO
Workgroup	Suporte Tecnico
Division	Suporte Técnico
Company	EQUIPLEX
Creation Date	29/05/2023 11:20
Instrument Name	POLARIMETRO
Model Name	POLARIMETRO
Serial No.	A098461232
Polarizer	Dichrom
Faraday Cell	Flint Glass
Light Source	Na
Monitor wavelength	589 nm
D.I.T.	5 sec
No. of cycle	1
Cycle interval	0 sec
Aperture(S)	8.0mm
Aperture(L)	Auto
Mode	Optical Rotation
Inspection Method	Test

Light Energy

Acceptable criterion	(8mm) Less than 350 V (3mm) Less than 450 V

Creation	QPackSA
Review	QPackSA
Approval	

Inspection Sheet

Date	quinta-feira, 28 de maio de 2026
Model Name	Polarimetro
Serial No.	A098461232
Light Energy	Pass/Fail : Pass
8.0 mm	Criteria <= 350 V, Pass Measured 311 V
3.0 mm	Criteria <= 450 V, Pass Measured 409 V

Unsigned

Creation
Review
Approval