Certificado de Qualificação

Certificado Nº:	Início da Qualificação:	Página 1 de 2

Resultados obtidos no teste de Sinal/Ruído

	ALTURA DO PICO (mAU)
Resultado:	**173,655**

Resultado:	Ruído (mAU)
VALOR MÁXIMO:	**0,0072**
VALOR MÍNIMO:	**0,0000**
	Ruído
	0,0072

SINAL/Ruído
24119

Resultado e critérios de aceitação:

Parâmetros	Critério de Aceitação	Resultados Obtidos	Resultado
Sinal/Ruído	≥ 3000,00 S/R	**24119 S/R**	***PASSOU***
Ruído	≤ 0,05 mAU	**0,007 mAU**	***PASSOU***

Certificado de Qualificação

Certificado Nº:	Início da Qualificaçã	Página 1 de 2

Resultados obtidos no teste estabilidade da linha de base

Estabilidade da Linha de Base	Diferença 20 min	Diferença 60 min
VALOR MÁXIMO:	**0,0000**	**0,6043**
VALOR MÍNIMO:	**-0,20144**	
Resultado:	**0,2014**	

Resultado e critérios de aceitação:

Parâmetros	Critério de Aceitação	Resultados Obtidos	Resultado
Estabilidade da Linha de Base	≤ 5,00 mAU\h	**0,604 mAU\h**	***PASSOU***

Rua Ema Gazzi Magnusson, 138 - Comercial Vitória Martini - Indaiatuba - SP - CEP:13347-630
www.qpack.com.br - Fone: 19 2660-1110