
Certificado Nº: 256/24 -RELB	Início da Qualificação: 07/06/2024	Página 1 de 3

Resultado obtido na altura do pico

	ALTURA DO PICO (mAU)
Resultado:	**130,674**

Chromatogram



Chromatogram Information

User Name	QPackSA
Date Modified	07/06/2024 14:01:22
Description	
HPLC System Name	01-HP-03
Injection Date	07/06/2024 12:47:22
Volume	20,0 [µL]
Sample #	9
Project Name	Qualificação
Acquisition Time	20,0 [min]
Acquisition Sequence	Qualificação
Control Method	RELB
Peak ID Table	Qualificação
Calibration Method	
Additional Information	


Channel & Peak Information Table

Chromatogram Name	RELB 01-CH5
Sample Name	
Channel Name	250,0nm
Sampling Interval	100 [msec]
Peak Method	Qualificação

#	Peak Name	CH	tR [min]	Area [µV·sec]	Height [µV]	Area%	Height%	Quantity	NTP	Resolution	Symmetry Factor	Warning
1	Cafeína	5	1,207	709716	130674	100,000	100,000	N/A	1195	N/A	1,393	

Resultado obtido no teste de sinal/ruído

Resultado:	Ruído (mAU)
VALOR MÁXIMO:	**0,1800**
VALOR MÍNIMO:	**0,1600**
	Ruído
	0,0200



Resultado obtido no teste estabilidade da linha de base

Estabilidade da Linha de Base	Diferença 20 min	Diferença 60 min
VALOR MÁXIMO:	**0,0000**	**1,5000**
VALOR MÍNIMO:	**-0,5000**	
Resultado:	**0,5000**	

