
Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	EDUV 001.dx		
Nome da Sequência:	SingleSample	**Nome do Projeto:**	Agilent
Nome da amostra:	EDUV 001	**Operador:**	SYSTEM (SYSTEM)
Instrumento:	HPLC DAD 02	**Data da injeção:**	2025-06-05 11:31:38-03:00
Volume de inj.:	10,000 µL	**Localização:**	p1-a1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*3D UV Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,079	VV	0,49	276,80	97,43	100,00	Cafeína
		Soma	**276,80**			

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	RELB 002.dx		
Nome da Sequência:	SingleSample	**Nome do Projeto:**	Agilent
Nome da amostra:	RELB 002	**Operador:**	SYSTEM (SYSTEM)
Instrumento:	HPLC DAD 02	**Data da injeção:**	2025-06-05 11:56:56-03:00
Volume de inj.:	20,000 µL	**Localização:**	p1-a2
Método de aquis.:	RELB.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	Cafeína QPack.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=250,4 Ref=360,100

RT [min]	Área	Altura	Sinal-Ruído	Ruído	Nome
1,087	796,65	230,94			Cafeína
Soma	**796,65**				

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	RELB 002.dx		
Nome da Sequência:	SingleSample	**Nome do Projeto:**	Agilent
Nome da amostra:	RELB 002	**Operador:**	SYSTEM (SYSTEM)
Instrumento:	HPLC DAD 02	**Data da injeção:**	2025-06-05 11:56:56-03:00
Volume de inj.:	20,000 µL	**Localização:**	p1-a2
Método de aquis.:	RELB.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	Cafeína QPack.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=250,4 Ref=360,100

RT [min]	Área	Altura	Sinal-Ruído	Ruído	Nome
1,087	796,65	230,94			Cafeína
Soma	**796,65**				

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	RELB 002.dx		
Nome da Sequência:	SingleSample	**Nome do Projeto:**	Agilent
Nome da amostra:	RELB 002	**Operador:**	SYSTEM (SYSTEM)
Instrumento:	HPLC DAD 02	**Data da injeção:**	2025-06-05 11:56:56-03:00
Volume de inj.:	20,000 µL	**Localização:**	p1-a2
Método de aquis.:	RELB.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	Cafeína QPack.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=250,4 Ref=360,100

RT [min]	Área	Altura	Sinal-Ruído	Ruído	Nome
1,087	796,65	230,94			Cafeína
Soma	**796,65**				

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	RELB 002.dx		
Nome da Sequência:	SingleSample	**Nome do Projeto:**	Agilent
Nome da amostra:	RELB 002	**Operador:**	SYSTEM (SYSTEM)
Instrumento:	HPLC DAD 02	**Data da injeção:**	2025-06-05 11:56:56-03:00
Volume de inj.:	20,000 µL	**Localização:**	p1-a2
Método de aquis.:	RELB.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	Cafeína QPack.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=250,4 Ref=360,100

RT [min]	Área	Altura	Sinal-Ruído	Ruído	Nome
1,087	796,65	230,94			Cafeína
Soma	**796,65**				


Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	2025-06-05 12-37-58-03-00-01.dx		
Nome da Sequência:	PCIN 001	**Nome do Projeto:**	Agilent
Nome da amostra:	Branco PCIN 01	**Operador:**	SYSTEM (SYSTEM)
Instrumento:	HPLC DAD 02	**Data da injeção:**	2025-06-05 12:38:57-03:00
Volume de inj.:	10,000 µL	**Localização:**	P1-A3
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		



Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	2025-06-05 12-40-59-03-00-02.dx		
Nome da Sequência:	PCIN 001	**Nome do Projeto:**	Agilent
Nome da amostra:	PCIN 01	**Operador:**	SYSTEM (SYSTEM)
Instrumento:	HPLC DAD 02	**Data da injeção:**	2025-06-05 12:41:41-03:00
Volume de inj.:	10,000 µL	**Localização:**	P1-A4
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Área	Altura	Sinal-Ruído	Ruído	Nome
1,070	813,302	211,71			Cafeína
Soma	813,30				

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	2025-06-05 12-43-44-03-00-03.dx		
Nome da Sequência:	PCIN 001	**Nome do Projeto:**	Agilent
Nome da amostra:	PCIN 02	**Operador:**	SYSTEM (SYSTEM)
Instrumento:	HPLC DAD 02	**Data da injeção:**	2025-06-05 12:44:26-03:00
Volume de inj.:	10,000 µL	**Localização:**	P1-A4
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Área	Altura	Sinal-Ruído	Ruído	Nome
1,075	812,376	235,36			Cafeína
Soma	812,38				

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	2025-06-05 12-46-29-03-00-04.dx		
Nome da Sequência:	PCIN 001	**Nome do Projeto:**	Agilent
Nome da amostra:	PCIN 03	**Operador:**	SYSTEM (SYSTEM)
Instrumento:	HPLC DAD 02	**Data da injeção:**	2025-06-05 12:47:11-03:00
Volume de inj.:	10,000 µL	**Localização:**	P1-A4
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Área	Altura	Sinal-Ruído	Ruído	Nome
1,074	814,046	232,45			Cafeína
Soma	814,05				


Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	2025-06-05 12-49-13-03-00-05.dx		
Nome da Sequência:	PCIN 001	**Nome do Projeto:**	Agilent
Nome da amostra:	Branco PCIN 02	**Operador:**	SYSTEM (SYSTEM)
Instrumento:	HPLC DAD 02	**Data da injeção:**	2025-06-05 12:49:56-03:00
Volume de inj.:	10,000 µL	**Localização:**	P1-A3
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		



Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	2025-06-05 12-51-58-03-00-06.dx		
Nome da Sequência:	PCIN 001	**Nome do Projeto:**	Agilent
Nome da amostra:	PCIN 04	**Operador:**	SYSTEM (SYSTEM)
Instrumento:	HPLC DAD 02	**Data da injeção:**	2025-06-05 12:52:40-03:00
Volume de inj.:	10,000 µL	**Localização:**	P1-A4
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Área	Altura	Sinal-Ruído	Ruído	Nome
1,076	813,955	243,96			Cafeína
Soma	813,96				

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	2025-06-05 12-54-42-03-00-07.dx		
Nome da Sequência:	PCIN 001	**Nome do Projeto:**	Agilent
Nome da amostra:	PCIN 05	**Operador:**	SYSTEM (SYSTEM)
Instrumento:	HPLC DAD 02	**Data da injeção:**	2025-06-05 12:55:24-03:00
Volume de inj.:	10,000 µL	**Localização:**	P1-A4
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Área	Altura	Sinal-Ruído	Ruído	Nome
1,075	813,875	236,12			Cafeína
Soma	813,88				

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	2025-06-05 12-57-27-03-00-08.dx		
Nome da Sequência:	PCIN 001	**Nome do Projeto:**	Agilent
Nome da amostra:	PCIN 06	**Operador:**	SYSTEM (SYSTEM)
Instrumento:	HPLC DAD 02	**Data da injeção:**	2025-06-05 12:58:08-03:00
Volume de inj.:	10,000 µL	**Localização:**	P1-A4
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Área	Altura	Sinal-Ruído	Ruído	Nome
1,073	812,730	225,67			Cafeína
Soma	812,73				


Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	2025-06-05 13-00-12-03-00-09.dx		
Nome da Sequência:	PCIN 001	**Nome do Projeto:**	Agilent
Nome da amostra:	Branco PCIN 03	**Operador:**	SYSTEM (SYSTEM)
Instrumento:	HPLC DAD 02	**Data da injeção:**	2025-06-05 13:00:55-03:00
Volume de inj.:	10,000 µL	**Localização:**	P1-A3
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	2025-06-05 13-03-04-03-00-01.dx		
Nome da Sequência:	LDUV 001	**Nome do Projeto:**	Agilent
Nome da amostra:	LDUV 01	**Operador:**	SYSTEM (SYSTEM)
Instrumento:	HPLC DAD 02	**Data da injeção:**	2025-06-05 13:03:46-03:00
Volume de inj.:	10,000 µL	**Localização:**	P1-A5
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Cafeína QPack.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		



Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	2025-06-05 13-05-48-03-00-02.dx		
Nome da Sequência:	LDUV 001	**Nome do Projeto:**	Agilent
Nome da amostra:	LDUV 02	**Operador:**	SYSTEM (SYSTEM)
Instrumento:	HPLC DAD 02	**Data da injeção:**	2025-06-05 13:06:29-03:00
Volume de inj.:	10,000 µL	**Localização:**	P1-A6
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Cafeína QPack.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Área	Altura	Sinal-Ruído	Ruído	Nome
1,070	264,686	69,01			Cafeína
Soma	264,69				

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	2025-06-05 13-08-32-03-00-03.dx		
Nome da Sequência:	LDUV 001	**Nome do Projeto:**	Agilent
Nome da amostra:	LDUV 03	**Operador:**	SYSTEM (SYSTEM)
Instrumento:	HPLC DAD 02	**Data da injeção:**	2025-06-05 13:09:13-03:00
Volume de inj.:	10,000 µL	**Localização:**	P1-A7
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Cafeína QPack.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Área	Altura	Sinal-Ruído	Ruído	Nome
1,072	538,925	146,25			Cafeína
Soma	538,93				

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	2025-06-05 13-11-16-03-00-04.dx		
Nome da Sequência:	LDUV 001	**Nome do Projeto:**	Agilent
Nome da amostra:	LDUV 04	**Operador:**	SYSTEM (SYSTEM)
Instrumento:	HPLC DAD 02	**Data da injeção:**	2025-06-05 13:11:58-03:00
Volume de inj.:	10,000 µL	**Localização:**	P1-A8
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Cafeína QPack.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Área	Altura	Sinal-Ruído	Ruído	Nome
1,072	816,606	223,61			Cafeína
Soma	816,61				

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	2025-06-05 13-14-00-03-00-05.dx		
Nome da Sequência:	LDUV 001	**Nome do Projeto:**	Agilent
Nome da amostra:	LDUV 05	**Operador:**	SYSTEM (SYSTEM)
Instrumento:	HPLC DAD 02	**Data da injeção:**	2025-06-05 13:14:42-03:00
Volume de inj.:	10,000 µL	**Localização:**	P1-A9
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Cafeína QPack.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Área	Altura	Sinal-Ruído	Ruído	Nome
1,075	1076,218	320,11			Cafeína
Soma	1076,22				

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	2025-06-05 13-16-52-03-00-01.dx		
Nome da Sequência:	LIIN 001	**Nome do Projeto:**	Agilent
Nome da amostra:	LIIN 01	**Operador:**	SYSTEM (SYSTEM)
Instrumento:	HPLC DAD 02	**Data da injeção:**	2025-06-05 13:17:32-03:00
Volume de inj.:	0,100 µL	**Localização:**	P1-A10
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Cafeína QPack.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Área	Altura	Sinal-Ruído	Ruído	Nome
1,048	6,647	2,33			Cafeína
Soma	6,65				

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	2025-06-05 13-19-34-03-00-02.dx		
Nome da Sequência:	LIIN 001	**Nome do Projeto:**	Agilent
Nome da amostra:	LIIN 02	**Operador:**	SYSTEM (SYSTEM)
Instrumento:	HPLC DAD 02	**Data da injeção:**	2025-06-05 13:20:13-03:00
Volume de inj.:	5,000 µL	**Localização:**	P1-A10
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Cafeína QPack.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Área	Altura	Sinal-Ruído	Ruído	Nome
1,062	400,788	140,91			Cafeína
Soma	400,79				

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	2025-06-05 13-22-15-03-00-03.dx		
Nome da Sequência:	LIIN 001	**Nome do Projeto:**	Agilent
Nome da amostra:	LIIN 03	**Operador:**	SYSTEM (SYSTEM)
Instrumento:	HPLC DAD 02	**Data da injeção:**	2025-06-05 13:22:57-03:00
Volume de inj.:	10,000 µL	**Localização:**	P1-A10
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Cafeína QPack.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Área	Altura	Sinal-Ruído	Ruído	Nome
1,078	793,912	282,90			Cafeína
Soma	793,91				

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	2025-06-05 13-25-00-03-00-04.dx		
Nome da Sequência:	LIIN 001	**Nome do Projeto:**	Agilent
Nome da amostra:	LIIN 04	**Operador:**	SYSTEM (SYSTEM)
Instrumento:	HPLC DAD 02	**Data da injeção:**	2025-06-05 13:25:45-03:00
Volume de inj.:	15,000 µL	**Localização:**	P1-A10
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Cafeína QPack.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Área	Altura	Sinal-Ruído	Ruído	Nome
1,089	1193,574	427,80			Cafeína
Soma	1193,57				

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	2025-06-05 13-27-48-03-00-05.dx		
Nome da Sequência:	LIIN 001	**Nome do Projeto:**	Agilent
Nome da amostra:	LIIN 05	**Operador:**	SYSTEM (SYSTEM)
Instrumento:	HPLC DAD 02	**Data da injeção:**	2025-06-05 13:28:36-03:00
Volume de inj.:	20,000 µL	**Localização:**	P1-A10
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Cafeína QPack.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Área	Altura	Sinal-Ruído	Ruído	Nome
1,090	1596,648	570,56			Cafeína
Soma	1596,65				

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	GRAD AB 001.dx		
Nome da Sequência:	SingleSample	**Nome do Projeto:**	Agilent
Nome da amostra:	GRAD AB 001	**Operador:**	SYSTEM (SYSTEM)
Instrumento:	HPLC DAD 02	**Data da injeção:**	2025-06-05 14:27:39-03:00
Volume de inj.:	0,000 µL	**Localização:**	p1-a1
Método de aquis.:	GRAD AB.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Integração Manual		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Área	Altura	Sinal-Ruído	Ruído	Nome
4,005	6185,814	41,92			20%
7,083	13787,113	84,27			40%
9,826	21904,018	126,63			60%
12,247	21933,200	168,84			
12,608	5340,872	168,83			80%
16,306	44864,489	212,08			100%
Soma	114015,51				

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	GRAD CD 002.dx		
Nome da Sequência:	SingleSample	**Nome do Projeto:**	Agilent
Nome da amostra:	GRAD CD 002	**Operador:**	SYSTEM (SYSTEM)
Instrumento:	HPLC DAD 02	**Data da injeção:**	2025-06-05 15:15:01-03:00
Volume de inj.:	0,000 µL	**Localização:**	p1-a1
Método de aquis.:	GRAD CD.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	GRAD QPack.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Integração Manual		



Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Área	Altura	Sinal-Ruído	Ruído	Nome
3,933	6673,509	43,79			20%
6,649	14470,672	85,88			40%
9,421	21886,220	128,07			60%
12,898	29711,567	170,17			80%
16,281	42503,737	212,18			100%
Soma	115245,71				