Certificado Nº: 263/26 -RELB	Início da Qualificação: 01/06/2026	Página 1 de 3	

Resultado obtido na altura do pico

	ALTURA DO PICO (mAU)
Resultado:	**221,4670**


DAD-CH1 250 nm
Results

Pk #	*Name*	*Retention Time*	*Area*	*Height*
1	Cafeína	3,000	2044080	**221467**
Totals			2044080	**221467**

Certificado Nº: 263/26 -RELB	Início da Qualificação: 01/06/2026	Página 2 de 3

Resultado obtido no teste de sinal/ruído

Resultado:	Ruído (mAU)
VALOR MÁXIMO:	-0,2900
VALOR MÍNIMO:	-0,3300
	0,0400



Certificado Nº: 263/26 -RELB	Início da Qualificação: 01/06/2026	Página 3 de 3

Resultado obtido no teste estabilidade da linha de base

Estabilidade da Linha de Base	Diferença 20 min	Diferença 60 min
VALOR MÁXIMO:	0,0000	3,0000
VALOR MÍNIMO:	-1,0000	
Resultado:	1,0000	

