
Certificado Nº: 268/24 -RELB	Início da Qualificação: 27/06/2024	Página 1 de 3

Resultado obtido na altura do pico

	ALTURA DO PICO (mAU)
Resultado:	**58298**

<Chromatogram>




Peak#	Ret. Time	Area	Height	Conc.	Unit	Mark	Name
1	1,228	420665	58298	0,000	mg/L		Cafeína
Total		420665	58298				

Certificado Nº: 000/00	Início da Qualificação:	Página 2 de 3

Resultado obtido no teste de sinal/ruído

Resultado:	Ruído (mAU)
VALOR MÁXIMO:	**-0,0170**
VALOR MÍNIMO:	**-0,0260**
	Ruído
	0,0090



Certificado Nº: 000/00	Início da Qualificação:	Página 3 de 3

Resultado obtido no teste estabilidade da linha de base

Estabilidade da Linha de Base	Diferença 20 min	Diferença 60 min
VALOR MÁXIMO:	**0,0000**	**0,0150**
VALOR MÍNIMO:	**-0,0050**	
Resultado:	**0,0050**	

