
Teste de Gradiente dos Canais - Gradiente AB

Method Name: C:\Enterprise\Projects\Teste\Method\Gradiente AB.met
Data: C:\Enterprise\Projects\Teste\Result\HPL16 (Off-line).21 2024-06-10 15-33-12 (GMT -03-00).rslt\Gradiente AB_003.dat
User: Sistema (QPackSA)
Acquired: 10/06/2024 15:09:33 (GMT -03:00)
Printed: 10/06/2024 15:44:05 (GMT -03:00)
TAG: HPL16 (Off-line) **Amostra:** Gradiente AB
Vial: 2 **Volume:** 0 µL




Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Pk #	*Name*	*Retention Time*	*Area*	*Concentration*
2	20%	3,203	1659073	**0,000**
4	40%	6,212	4997225	**0,000**
5	60%	9,183	361931309	**0,000**
8	80%	12,250	613533419	**0,000**
9	100%	15,142	12528048	**0,000**

Totais			994649074	**0,000**

Teste de Gradiente dos Canais - Gradiente CD

Method Name: C:\Enterprise\Projects\Teste\Method\Gradiente CD.met
Data: C:\Enterprise\Projects\Teste\Result\HPL16 (Off-line).21 2024-06-10 16-09-36 (GMT -03-00).rslt\Gradiente CD_004.dat
User: Sistema (QPackSA)
Acquired: 10/06/2024 15:47:27 (GMT -03:00)
Printed: 10/06/2024 16:21:34 (GMT -03:00)
TAG: HPL16 (Off-line) **Amostra:** Gradiente CD
Vial: 2 **Volume:** 0 µL



Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Pk #	*Name*	*Retention Time*	*Area*	*Concentration*
2	20%	3,203	4942901	**0,000**
4	40%	6,173	1658728	**0,000**
6	60%	9,202	14934382	**0,000**
8	80%	12,172	53227964	**0,000**
9	100%	15,181	624051098	**0,000**

Totais			698815073	**0,000**