
Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	/Controle de Qualidade/Results/Qualificação/2026/Qualificação2026-06-16 13-28-17-03-00.rslt\EDUV2026-06-16 13-28-23-03-00.dx		
Nome da amostra:	EDUV		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC	**Localização:**	P2-A1
Data da injeção:	2026-06-16 13:29:09-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*3D UV Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	Ana Raquel Ventrilho Pelliccioli (araquel)
Última alteração:	2026-06-16 15:23:10-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Nome	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído
1,115	Cafeína	298,0494	71,9636		
	Soma	**298,0494**			


Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	/Controle de Qualidade/Results/Qualificação/2026/Qualificação2026-06-16 13-28-17-03-00.rslt\EDUV2026-06-16 13-28-23-03-00.dx		
Nome da amostra:	EDUV		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC	**Localização:**	P2-A1
Data da injeção:	2026-06-16 13:29:09-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*3D UV Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	Ana Raquel Ventrilho Pelliccioli (araquel)
Última alteração:	2026-06-16 15:23:10-03:00		



Relatório de Injeção Única


Arquivo de dados:	/Controle de Qualidade/Results/Qualificação/2026/Qualificação2026-06-16 13-28-17-03-00.rslt\Branco 012026-06-16 13-32-13-03-00.dx		
Nome da amostra:	Branco 01		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC	**Localização:**	P2-A2
Data da injeção:	2026-06-16 13:33:02-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	Ana Raquel Ventrilho Pelliccioli (araquel)
Última alteração:	2026-06-16 15:20:02-03:00		



Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	/Controle de Qualidade/Results/Qualificação/2026/Qualificação2026-06-16 13-28-17-03-00.rslt\PCIN 012026-06-16 13-36-06-03-00.dx		
Nome da amostra:	PCIN 01		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC	**Localização:**	P2-A3
Data da injeção:	2026-06-16 13:36:55-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	Ana Raquel Ventrilho Pelliccioli (araquel)
Última alteração:	2026-06-16 15:20:02-03:00		



Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Nome	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído
1,117	Cafeína	830,9910	211,0002	0,0040	52624,16982
	Soma	**830,9910**			

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados: /Controle de Qualidade/Results/Qualificação/2026/Qualificação2026-06-16 13-28-17-03-00.rslt\PCIN 022026-06-16 13-39-59-03-00.dx

Nome da amostra: PCIN 02

Descrição:

Quantidade de amostra: 0,000

Tipo de amostra: Amostra

Instrumento: HPLC

Localização: P2-A3

Data da injeção: 2026-06-16 13:40:47-03:00

Injeção: 1 de 1


Método de aquis.: Qualificação.amx

Volume de injeção: 10,000 µL

Método de análise: *GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx

Operador de aquis.: Ana Raquel Ventrilho Pelliccioli (araquel)

Última alteração: 2026-06-16 15:20:02-03:00



Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Nome	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído
1,115	Cafeína	832,0592	211,8695	0,0035	60279,42988
	Soma	**832,0592**			

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados: /Controle de Qualidade/Results/Qualificação/2026/Qualificação2026-06-16 13-28-17-03-00.rslt\PCIN 032026-06-16 13-43-51-03-00.dx

Nome da amostra: PCIN 03

Descrição:

Quantidade de amostra: 0,000

Tipo de amostra: Amostra

Instrumento: HPLC

Localização: P2-A3

Data da injeção: 2026-06-16 13:44:40-03:00

Injeção: 1 de 1


Método de aquis.: Qualificação.amx

Volume de injeção: 10,000 µL

Método de análise: *GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx

Operador de aquis.: Ana Raquel Ventrilho Pelliccioli (araquel)

Última alteração: 2026-06-16 15:20:02-03:00




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Nome	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído
1,116	Cafeína	833,4474	211,8072	0,0046	46461,82856
	Soma	**833,4474**			

Relatório de Injeção Única

Agilent


Arquivo de dados:	/Controle de Qualidade/Results/Qualificação/2026/Qualificação2026-06-16 13-28-17-03-00.rslt\Branco 022026-06-16 13-47-45-03-00.dx		
Nome da amostra:	Branco 02		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC	**Localização:**	P2-A2
Data da injeção:	2026-06-16 13:48:34-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	Ana Raquel Ventrilho Pelliccioli (araquel)
Última alteração:	2026-06-16 15:20:02-03:00		



Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	/Controle de Qualidade/Results/Qualificação/2026/Qualificação2026-06-16 13-28-17-03-00.rslt\PCIN 042026-06-16 13-51-38-03-00.dx
Nome da amostra:	PCIN 04
Descrição:	
Quantidade de amostra:	0,000
Tipo de amostra:	Amostra
Instrumento:	HPLC
Localização:	P2-A3
Data da injeção:	2026-06-16 13:52:26-03:00
Injeção:	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx
Volume de injeção:	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx
Operador de aquis.:	Ana Raquel Ventrilho Pelliccioli (araquel)
Última alteração:	2026-06-16 15:20:02-03:00




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Nome	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído
1,116	Cafeína	831,1201	212,1478	0,0041	51227,58361
	Soma	**831,1201**			

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	/Controle de Qualidade/Results/Qualificação/2026/Qualificação2026-06-16 13-28-17-03-00.rslt\PCIN 052026-06-16 13-55-31-03-00.dx		
Nome da amostra:	PCIN 05		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC	**Localização:**	P2-A3
Data da injeção:	2026-06-16 13:56:18-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	Ana Raquel Ventrilho Pelliccioli (araquel)
Última alteração:	2026-06-16 15:20:02-03:00		



Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Nome	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído
1,117	Cafeína	827,9674	212,0356	0,0014	149702,44900
	Soma	**827,9674**			

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados: /Controle de Qualidade/Results/Qualificação/2026/Qualificação2026-06-16 13-28-17-03-00.rslt\PCIN 062026-06-16 13-59-22-03-00.dx

Nome da amostra: PCIN 06

Descrição:

Quantidade de amostra: 0,000

Tipo de amostra: Amostra

Instrumento: HPLC

Localização: P2-A3

Data da injeção: 2026-06-16 14:00:11-03:00

Injeção: 1 de 1


Método de aquis.: Qualificação.amx

Volume de injeção: 10,000 µL

Método de análise: *GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx

Operador de aquis.: Ana Raquel Ventrilho Pelliccioli (araquel)

Última alteração: 2026-06-16 15:20:02-03:00




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Nome	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído
1,114	Cafeína	826,7026	211,3986	0,0025	85844,93579
	Soma	**826,7026**			

Relatório de Injeção Única

Agilent


Arquivo de dados:	/Controle de Qualidade/Results/Qualificação/2026/Qualificação2026-06-16 13-28-17-03-00.rslt\Branco 032026-06-16 14-03-15-03-00.dx		
Nome da amostra:	Branco 03		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC	**Localização:**	P2-A2
Data da injeção:	2026-06-16 14:04:03-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	Ana Raquel Ventrilho Pelliccioli (araquel)
Última alteração:	2026-06-16 15:20:02-03:00		



Relatório de Injeção Única

Agilent


Arquivo de dados:	/Controle de Qualidade/Results/Qualificação/2026/Qualificação2026-06-16 13-28-17-03-00.rslt\LDUV 012026-06-16 14-07-08-03-00.dx		
Nome da amostra:	LDUV 01		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC	**Localização:**	P2-A4
Data da injeção:	2026-06-16 14:07:57-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	Ana Raquel Ventrilho Pelliccioli (araquel)
Última alteração:	2026-06-16 15:20:02-03:00		



Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	/Controle de Qualidade/Results/Qualificação/2026/Qualificação2026-06-16 13-28-17-03-00.rslt\LDUV 022026-06-16 14-11-01-03-00.dx		
Nome da amostra:	LDUV 02		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC	**Localização:**	P2-A5
Data da injeção:	2026-06-16 14:11:49-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	Ana Raquel Ventrilho Pelliccioli (araquel)
Última alteração:	2026-06-16 15:20:02-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Nome	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído
1,116	Cafeína	279,6583	71,2926	0,0018	40206,62324
	Soma	**279,6583**			

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	/Controle de Qualidade/Results/Qualificação/2026/Qualificação2026-06-16 13-28-17-03-00.rslt\LDUV 032026-06-16 14-14-54-03-00.dx		
Nome da amostra:	LDUV 03		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC	**Localização:**	P2-A6
Data da injeção:	2026-06-16 14:15:41-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	Ana Raquel Ventrilho Pelliccioli (araquel)
Última alteração:	2026-06-16 15:20:02-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Nome	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído
1,116	Cafeína	561,6606	144,5762	0,0023	63977,99481
	Soma	**561,6606**			

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	/Controle de Qualidade/Results/Qualificação/2026/Qualificação2026-06-16 13-28-17-03-00.rslt\LDUV 042026-06-16 14-18-46-03-00.dx		
Nome da amostra:	LDUV 04		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC	**Localização:**	P2-A7
Data da injeção:	2026-06-16 14:19:35-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	Ana Raquel Ventrilho Pelliccioli (araquel)
Última alteração:	2026-06-16 15:20:02-03:00		



Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Nome	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído
1,111	Cafeína	825,8405	212,4607	0,0026	82690,13260
	Soma	**825,8405**			

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados: /Controle de Qualidade/Results/Qualificação/2026/Qualificação2026-06-16 13-28-17-03-00.rslt\LDUV 052026-06-16 14-22-39-03-00.dx

Nome da amostra: LDUV 05

Descrição:

Quantidade de amostra: 0,000

Tipo de amostra: Amostra

Instrumento: HPLC

Localização: P2-A8

Data da injeção: 2026-06-16 14:23:29-03:00

Injeção: 1 de 1


Método de aquis.: Qualificação.amx

Volume de injeção: 10,000 µL

Método de análise: *GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx

Operador de aquis.: Ana Raquel Ventrilho Pelliccioli (araquel)

Última alteração: 2026-06-16 15:20:02-03:00




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Nome	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído
1,115	Cafeína	1099,7161	283,0560	0,0029	98873,42559
	Soma	**1099,7161**			

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	/Controle de Qualidade/Results/Qualificação/2026/Qualificação2026-06-16 13-28-17-03-00.rslt\RELB2026-06-16 14-26-33-03-00.dx		
Nome da amostra:	RELB		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC	**Localização:**	P2-A9
Data da injeção:	2026-06-16 14:27:25-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	RELB.amx	**Volume de injeção:**	20,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	Ana Raquel Ventrilho Pelliccioli (araquel)
Última alteração:	2026-06-16 15:20:02-03:00		



Sinal: DAD1A,Sig=250,4 Ref=360,100

RT [min]	Nome	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído
1,124	Cafeína	734,3508	186,3017	0,0073	25596,67319
	Soma	**734,3508**			



Resultados da Injeção


Picos | Resumo

#	Nome	Descrição do sinal	RT (min)	Área (mAU·s)	Altura (mAU)	Altura%	Tempo inicial (min	Tempo final (min)	Drift	Ruído	S/N
1	Cafeína	DAD1A,Sig=250,4 Ref=360,100	1,124	734,351	186,302	100,00	0,927	1,551	-0,52061	0,0073	25596,67319

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	/Controle de Qualidade/Results/Qualificação/2026/Qualificação2026-06-16 13-28-17-03-00.rslt\LIIN 012026-06-16 14-47-30-03-00.dx		
Nome da amostra:	LIIN 01		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC	**Localização:**	P2-A10
Data da injeção:	2026-06-16 14:48:21-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	0,100 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	Ana Raquel Ventrilho Pelliccioli (araquel)
Última alteração:	2026-06-16 15:20:02-03:00		



Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Nome	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído
1,099	Cafeína	8,8683	2,2177	0,0013	1766,52557
	Soma	**8,8683**			

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados: /Controle de Qualidade/Results/Qualificação/2026/Qualificação2026-06-16 13-28-17-03-00.rslt\LIIN 022026-06-16 14-51-26-03-00.dx

Nome da amostra: LIIN 02

Descrição:

Quantidade de amostra: 0,000

Tipo de amostra: Amostra

Instrumento: HPLC

Localização: P2-A10

Data da injeção: 2026-06-16 14:52:11-03:00

Injeção: 1 de 1


Método de aquis.: Qualificação.amx

Volume de injeção: 5,000 µL

Método de análise: *GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx

Operador de aquis.: Ana Raquel Ventrilho Pelliccioli (araquel)

Última alteração: 2026-06-16 15:20:02-03:00




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Nome	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído
1,109	Cafeína	415,1527	106,0615	0,0015	68450,65028
	Soma	**415,1527**			

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	/Controle de Qualidade/Results/Qualificação/2026/Qualificação2026-06-16 13-28-17-03-00.rslt\LIIN 032026-06-16 14-55-16-03-00.dx		
Nome da amostra:	LIIN 03		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC	**Localização:**	P2-A10
Data da injeção:	2026-06-16 14:56:04-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	Ana Raquel Ventrilho Pelliccioli (araquel)
Última alteração:	2026-06-16 15:20:02-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Nome	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído
1,115	Cafeína	824,8527	211,8781	0,0022	96117,77464
	Soma	**824,8527**			

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	/Controle de Qualidade/Results/Qualificação/2026/Qualificação2026-06-16 13-28-17-03-00.rslt\LIIN 042026-06-16 14-59-08-03-00.dx		
Nome da amostra:	LIIN 04		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC	**Localização:**	P2-A10
Data da injeção:	2026-06-16 15:00:00-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	15,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	Ana Raquel Ventrilho Pelliccioli (araquel)
Última alteração:	2026-06-16 15:20:02-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Nome	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído
1,120	Cafeína	1234,1829	316,1609	0,0027	115617,03628
	Soma	**1234,1829**			

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	/Controle de Qualidade/Results/Qualificação/2026/Qualificação2026-06-16 13-28-17-03-00.rslt\LIIN 052026-06-16 15-03-03-03-00.dx
Nome da amostra:	LIIN 05
Descrição:	
Quantidade de amostra:	0,000
Tipo de amostra:	Amostra
Instrumento:	HPLC
Localização:	P2-A10
Data da injeção:	2026-06-16 15:03:56-03:00
Injeção:	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx
Volume de injeção:	20,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx
Operador de aquis.:	Ana Raquel Ventrilho Pelliccioli (araquel)
Última alteração:	2026-06-16 15:20:02-03:00




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Nome	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído
1,126	Cafeína	1642,7168	419,8391	0,0035	120550,84580
	Soma	**1642,7168**			

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	/Controle de Qualidade/Results/Qualificação/2026/Gradiente AB2026-06-17 09-05-06-03-00.sirslt\Gradiente AB2026-06-17 09-05-06-03-00.dx		
Nome da amostra:	Gradiente AB		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC	**Localização:**	P2-A2
Data da injeção:	2026-06-17 09:06:01-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Gradiente AB.amx	**Volume de injeção:**	0,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	Ana Raquel Ventrilho Pelliccioli (araquel)
Última alteração:	2026-06-17 09:32:33-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Nome	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído
3,155	20%	15454,4698	95,2252	167,8927	0,56718
6,069	40%	32653,8215	192,1784	167,8927	1,14465
9,200	60%	49188,9003	289,2802	167,8927	1,72301
12,128	80%	66237,6138	385,4044	167,8927	2,29554
15,298	100%	96048,1552	481,3339	167,8927	2,86691
	Soma	**259582,9606**			

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	/Controle de Qualidade/Results/Qualificação/2026/Gradiente CD2026-06-17 09-21-38-03-00.sirslt\Gradiente CD2026-06-17 09-21-38-03-00.dx		
Nome da amostra:	Gradiente CD		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC	**Localização:**	P2-A2
Data da injeção:	2026-06-17 09:26:51-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Gradiente CD.amx	**Volume de injeção:**	0,000 µL
Método de análise:	GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	Ana Raquel Ventrilho Pelliccioli (araquel)
Última alteração:	2026-06-17 09:32:33-03:00		



Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Nome	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído
3,248	20%	15418,6125	95,7274	167,8402	0,57035
6,278	40%	32948,9282	192,1415	167,8402	1,14479
9,185	60%	48571,3562	288,5091	167,8402	1,71895
10,730		68313,1300	385,9356	167,8402	2,29942
15,298	100%	94367,0156	481,5221	167,8402	2,86893
	Soma	**259619,0425**			