
Relatório de Injeção Única

Sequência Nome	Qualificação 2026-06-17 09-52-06-03-00
Sequência Data de Aquisição	2026-06-17 09:52:06-03:00
Sequência Nome do Arquivo	C:\CDSProjects\Jaó Farma\Results\2026\Qualificação 2026-06-17 09-52-06-03-00.rslt\Qualificação Front.sqx


Nome da Amostra	**Data_de_Inj.**
Branco 1F	2026-06-17 09:53:53-03:00



Nome	**RT**	**Área**	**Pico Altura**

Relatório de Injeção Única


Sequência Nome	Qualificação 2026-06-17 09-52-06-03-00
Sequência Data de Aquisição	2026-06-17 09:52:06-03:00
Sequência Nome do Arquivo	C:\CDSProjects\Jaó Farma\Results\2026\Qualificação 2026-06-17 09-52-06-03-00.rslt\Qualificação Front.sqx
Nome da Amostra	**Data_de_Inj.**
PCIN 1F	2026-06-17 10:10:29-03:00



Nome	RT	Área	Pico Altura
Pentadecano	8,74	563,9744	132,678

Relatório de Injeção Única


Sequência Nome	Qualificação 2026-06-17 09-52-06-03-00
Sequência Data de Aquisição	2026-06-17 09:52:06-03:00
Sequência Nome do Arquivo	C:\CDSProjects\Jaó Farma\Results\2026\Qualificação 2026-06-17 09-52-06-03-00.rslt\Qualificação Front.sqx
Nome da Amostra	**Data_de_Inj.**
PCIN 2F	2026-06-17 10:27:01-03:00



Nome	RT	Área	Pico Altura
Pentadecano	8,74	572,7698	134,479

Relatório de Injeção Única

Sequência Nome	Qualificação 2026-06-17 09-52-06-03-00
Sequência Data de Aquisição	2026-06-17 09:52:06-03:00
Sequência Nome do Arquivo	C:\CDSProjects\Jaó Farma\Results\2026\Qualificação 2026-06-17 09-52-06-03-00.rslt\Qualificação Front.sqx
Nome da Amostra	**Data_de_Inj.**
PCIN 3F	2026-06-17 10:43:36-03:00




Nome	RT	Área	Pico Altura
Pentadecano	8,74	570,3490	134,078

Relatório de Injeção Única

Sequência Nome	Qualificação 2026-06-17 09-52-06-03-00
Sequência Data de Aquisição	2026-06-17 09:52:06-03:00
Sequência Nome do Arquivo	C:\CDSProjects\Jaó Farma\Results\2026\Qualificação 2026-06-17 09-52-06-03-00.rslt\Qualificação Front.sqx


Nome da Amostra	**Data_de_Inj.**
Branco 2F	2026-06-17 11:00:11-03:00



Nome	**RT**	**Área**	**Pico Altura**

Relatório de Injeção Única


Sequência Nome	Qualificação 2026-06-17 09-52-06-03-00
Sequência Data de Aquisição	2026-06-17 09:52:06-03:00
Sequência Nome do Arquivo	C:\CDSProjects\Jaó Farma\Results\2026\Qualificação 2026-06-17 09-52-06-03-00.rslt\Qualificação Front.sqx
Nome da Amostra	**Data_de_Inj.**
PCIN 4F	2026-06-17 11:16:45-03:00



Nome	RT	Área	Pico Altura
Pentadecano	8,74	567,1218	133,997

Relatório de Injeção Única


Sequência Nome	Qualificação 2026-06-17 09-52-06-03-00
Sequência Data de Aquisição	2026-06-17 09:52:06-03:00
Sequência Nome do Arquivo	C:\CDSProjects\Jaó Farma\Results\2026\Qualificação 2026-06-17 09-52-06-03-00.rslt\Qualificação Front.sqx
Nome da Amostra	**Data_de_Inj.**
PCIN 5F	2026-06-17 11:33:20-03:00



Nome	RT	Área	Pico Altura
Pentadecano	8,74	574,2939	135,478

Relatório de Injeção Única

Sequência Nome	Qualificação 2026-06-17 09-52-06-03-00
Sequência Data de Aquisição	2026-06-17 09:52:06-03:00
Sequência Nome do Arquivo	C:\CDSProjects\Jaó Farma\Results\2026\Qualificação 2026-06-17 09-52-06-03-00.rslt\Qualificação Front.sqx
Nome da Amostra	**Data_de_Inj.**
PCIN 6F	2026-06-17 11:49:54-03:00




Nome	RT	Área	Pico Altura
Pentadecano	8,74	570,7968	135,052

Relatório de Injeção Única

Sequência Nome	Qualificação 2026-06-17 09-52-06-03-00
Sequência Data de Aquisição	2026-06-17 09:52:06-03:00
Sequência Nome do Arquivo	C:\CDSProjects\Jaó Farma\Results\2026\Qualificação 2026-06-17 09-52-06-03-00.rslt\Qualificação Front.sqx

Nome da Amostra	**Data_de_Inj.**
Branco 3F	2026-06-17 12:06:28-03:00




Nome	**RT**	**Área**	**Pico Altura**

Relatório de Injeção Única

Sequência Nome	Qualificação 2026-06-17 09-52-06-03-00
Sequência Data de Aquisição	2026-06-17 09:52:06-03:00
Sequência Nome do Arquivo	C:\CDSProjects\Jaó Farma\Results\2026\Qualificação 2026-06-17 09-52-06-03-00.rslt\Qualificação Front.sqx

Nome da Amostra	**Data_de_Inj.**
LDFI 1F	2026-06-17 12:23:02-03:00




Nome	RT	Área	Pico Altura
Tetradecano	6,25	69,7412	23,238
Pentadecano	8,74	566,2019	133,632
Hexadecano	12,94	5579,9683	557,784

Relatório de Injeção Única

Sequência Nome	Qualificação 2026-06-17 09-52-06-03-00
Sequência Data de Aquisição	2026-06-17 09:52:06-03:00
Sequência Nome do Arquivo	C:\CDSProjects\Jaó Farma\Results\2026\Qualificação 2026-06-17 09-52-06-03-00.rslt\Qualificação Front.sqx

Nome da Amostra	**Data_de_Inj.**
LDFI 2F	2026-06-17 12:39:35-03:00




Nome	RT	Área	Pico Altura
Tetradecano	6,25	70,2892	23,493
Pentadecano	8,74	570,3660	134,995
Hexadecano	12,94	5618,1840	567,917

Relatório de Injeção Única

Sequência Nome	Qualificação 2026-06-17 09-52-06-03-00
Sequência Data de Aquisição	2026-06-17 09:52:06-03:00
Sequência Nome do Arquivo	C:\CDSProjects\Jaó Farma\Results\2026\Qualificação 2026-06-17 09-52-06-03-00.rslt\Qualificação Front.sqx

Nome da Amostra	**Data_de_Inj.**
LDFI 3F	2026-06-17 12:56:09-03:00




Nome	RT	Área	Pico Altura
Tetradecano	6,25	70,7481	23,571
Pentadecano	8,74	575,2547	136,602
Hexadecano	12,94	5675,6557	561,578

Certificado Nº: 283/26-Front	Início da Qualificação: 16/06/2026	Página 1 de 2	

Resultado obtido no teste ruído


Resultado:	Ruído (mAU)
VALOR MÁXIMO:	0,0079
VALOR MÍNIMO:	-0,0039
	Ruído
	0,0118



Certificado Nº: 283/26-Front	Início da Qualificação: 16/06/2026	Página 2 de 2

Resultado obtido no teste estabilidade da linha de base


Estabilidade da Linha de Base	Diferença 20 min	Diferença 60 min
VALOR MÁXIMO:	-0,0100	-0,0300
VALOR MÍNIMO:	0,0000	
Resultado:	-0,0100	



Relatório de Injeção Única

Sequência Nome	Qualificação HS 2026-06-17 18-06-41-03-00
Sequência Data de Aquisição	2026-06-17 18:06:42-03:00
Sequência Nome do Arquivo	C:\CDSProjects\Jaó Farma\Results\2026\Qualificação HS 2026-06-17 18-06-41-03-00.rslt\Qualificação HS1.sqx

Nome da Amostra	**Data_de_Inj.**
Branco 1	2026-06-17 18:23:44-03:00




Nome	**RT**	**Área**	**Pico Altura**

Relatório de Injeção Única

Sequência Nome	Qualificação HS 2026-06-17 18-06-41-03-00
Sequência Data de Aquisição	2026-06-17 18:06:42-03:00
Sequência Nome do Arquivo	C:\CDSProjects\Jaó Farma\Results\2026\Qualificação HS 2026-06-17 18-06-41-03-00.rslt\Qualificação HS1.sqx

Nome da Amostra	**Data_de_Inj.**
PCIN 1	2026-06-17 18:42:41-03:00




Nome	RT	Área	Pico Altura
Pentadecano	8,70	9,1191	1,527

Relatório de Injeção Única

Sequência Nome	Qualificação HS 2026-06-17 18-06-41-03-00
Sequência Data de Aquisição	2026-06-17 18:06:42-03:00
Sequência Nome do Arquivo	C:\CDSProjects\Jaó Farma\Results\2026\Qualificação HS 2026-06-17 18-06-41-03-00.rslt\Qualificação HS1.sqx

Nome da Amostra	**Data_de_Inj.**
PCIN 2	2026-06-17 19:01:36-03:00




Nome	RT	Área	Pico Altura
Pentadecano	8,70	9,5558	1,704

Relatório de Injeção Única

Sequência Nome	Qualificação HS 2026-06-17 18-06-41-03-00
Sequência Data de Aquisição	2026-06-17 18:06:42-03:00
Sequência Nome do Arquivo	C:\CDSProjects\Jaó Farma\Results\2026\Qualificação HS 2026-06-17 18-06-41-03-00.rslt\Qualificação HS1.sqx

Nome da Amostra	**Data_de_Inj.**
PCIN 3	2026-06-17 19:20:33-03:00




Nome	RT	Área	Pico Altura
Pentadecano	8,69	9,6200	1,847

Relatório de Injeção Única

Sequência Nome	Qualificação HS 2026-06-17 18-06-41-03-00
Sequência Data de Aquisição	2026-06-17 18:06:42-03:00
Sequência Nome do Arquivo	C:\CDSProjects\Jaó Farma\Results\2026\Qualificação HS 2026-06-17 18-06-41-03-00.rslt\Qualificação HS1.sqx

Nome da Amostra	**Data_de_Inj.**
Branco 2	2026-06-17 19:39:27-03:00




Nome	**RT**	**Área**	**Pico Altura**

Relatório de Injeção Única

Sequência Nome	Qualificação HS 2026-06-17 18-06-41-03-00
Sequência Data de Aquisição	2026-06-17 18:06:42-03:00
Sequência Nome do Arquivo	C:\CDSProjects\Jaó Farma\Results\2026\Qualificação HS 2026-06-17 18-06-41-03-00.rslt\Qualificação HS1.sqx

Nome da Amostra	**Data_de_Inj.**
PCIN 4	2026-06-17 19:58:25-03:00




Nome	RT	Área	Pico Altura
Pentadecano	8,70	9,1278	1,768

Relatório de Injeção Única

Sequência Nome	Qualificação HS 2026-06-17 18-06-41-03-00
Sequência Data de Aquisição	2026-06-17 18:06:42-03:00
Sequência Nome do Arquivo	C:\CDSProjects\Jaó Farma\Results\2026\Qualificação HS 2026-06-17 18-06-41-03-00.rslt\Qualificação HS1.sqx

Nome da Amostra	**Data_de_Inj.**
PCIN 5	2026-06-17 20:17:20-03:00




Nome	RT	Área	Pico Altura
Pentadecano	8,70	9,7470	1,916

Relatório de Injeção Única

Sequência Nome	Qualificação HS 2026-06-17 18-06-41-03-00
Sequência Data de Aquisição	2026-06-17 18:06:42-03:00
Sequência Nome do Arquivo	C:\CDSProjects\Jaó Farma\Results\2026\Qualificação HS 2026-06-17 18-06-41-03-00.rslt\Qualificação HS1.sqx

Nome da Amostra	**Data_de_Inj.**
PCIN 6	2026-06-17 20:36:14-03:00




Nome	RT	Área	Pico Altura
Pentadecano	8,70	9,1933	1,742

Relatório de Injeção Única

Sequência Nome	Qualificação HS 2026-06-17 18-06-41-03-00
Sequência Data de Aquisição	2026-06-17 18:06:42-03:00
Sequência Nome do Arquivo	C:\CDSProjects\Jaó Farma\Results\2026\Qualificação HS 2026-06-17 18-06-41-03-00.rslt\Qualificação HS1.sqx

Nome da Amostra	**Data_de_Inj.**
Branco 3	2026-06-17 20:55:10-03:00




Nome	**RT**	**Área**	**Pico Altura**

Relatório de Injeção Única

Sequência Nome	Qualificação HS 2026-06-18 08-38-48-03-00
Sequência Data de Aquisição	2026-06-18 08:38:49-03:00
Sequência Nome do Arquivo	C:\CDSProjects\Jaó Farma\Results\2026\Qualificação HS 2026-06-18 08-38-48-03-00.rslt\Linearidade HS.sqx

Nome da Amostra	**Data_de_Inj.**
LIHS 1	2026-06-18 08:57:31-03:00




Nome	RT	Área	Pico Altura
Tetradecano	6,26	1,6171	0,355
Pentadecano	8,70	8,6950	1,616
Hexadecano	12,67	98,5172	14,254

Relatório de Injeção Única

Sequência Nome	Qualificação HS 2026-06-18 08-38-48-03-00
Sequência Data de Aquisição	2026-06-18 08:38:49-03:00
Sequência Nome do Arquivo	C:\CDSProjects\Jaó Farma\Results\2026\Qualificação HS 2026-06-18 08-38-48-03-00.rslt\Linearidade HS.sqx

Nome da Amostra	**Data_de_Inj.**
LIHS 2	2026-06-18 09:16:14-03:00




Nome	RT	Área	Pico Altura
Tetradecano	6,25	1,5085	0,326
Pentadecano	8,70	9,1272	1,689
Hexadecano	12,67	118,0513	16,739

Relatório de Injeção Única

Sequência Nome	Qualificação HS 2026-06-18 08-38-48-03-00
Sequência Data de Aquisição	2026-06-18 08:38:49-03:00
Sequência Nome do Arquivo	C:\CDSProjects\Jaó Farma\Results\2026\Qualificação HS 2026-06-18 08-38-48-03-00.rslt\Linearidade HS.sqx

Nome da Amostra	**Data_de_Inj.**
LIHS 3	2026-06-18 09:34:56-03:00



Nome	RT	Área	Pico Altura
Tetradecano	6,25	1,6248	0,369
Pentadecano	8,70	9,0278	1,746
Hexadecano	12,66	122,0745	18,281