

Date: 06/27/2023 08:56:35




Date: 06/27/2023 09:05:50



Signal: FID1A

RT [min]	Area	Height	Area%	Height %	Name
3.887	2352.2648	855.6687	99.3029	99.61	PCIN 001
4.227	16.5132	3.3846	0.6971	0.39	PCIN 001
Sum	2368.7780				


Date: 06/27/2023 09:15:06



Signal: FID1A

RT [min]	Area	Height	Area%	Height %	Name
3.887	2345.4803	864.0597	99.2986	99.42	PCIN 002
4.224	10.4993	3.2359	0.4445	0.37	PCIN 002
4.284	6.0689	1.7805	0.2569	0.20	PCIN 002
Sum	2362.0485				


Date: 06/27/2023 09:24:24




Signal: FID1A

RT [min]	Area	Height	Area%	Height %	Name
3.886	2457.4818	886.4049	99.3347	99.63	PCIN 003
4.223	16.4590	3.2865	0.6653	0.37	PCIN 003
Sum	2473.9408				

Date: 06/27/2023 09:33:39




Date: 06/27/2023 09:42:58



Signal: FID1A

RT [min]	Area	Height	Area%	Height %	Name
3.885	2454.6637	899.6543	99.3301	99.64	PCIN 004
4.225	16.5553	3.2791	0.6699	0.36	PCIN 004
Sum	2471.2190				


Date: 06/27/2023 09:52:15



Signal: FID1A

RT [min]	Area	Height	Area%	Height %	Name
3.885	2462.4641	911.3490	99.3182	99.64	PCIN 005
4.223	16.9033	3.2887	0.6818	0.36	PCIN 005
Sum	2479.3675				


Date: 06/27/2023 10:01:32



Signal: FID1A


RT [min]	Area	Height	Area%	Height %	Name
3.885	2419.2218	891.0085	99.3280	99.64	PCIN 006
4.223	16.3676	3.2314	0.6720	0.36	PCIN 006
Sum	2435.5894				

Date: 06/27/2023 10:10:52




LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA
CRG 04

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Teste\Results\Qualificação 2023\PCHS 003.rslt\Branco PCHS 001.dx		
Nome da amostra:	Branco PCHS 001		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0.000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CRG 04 HS	**Localização:**	102
Data da Injeção:	2023-06-27 14:58:49-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação HS.amx	**Volume de Injeção:**	500.000
Método de análise:	*GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2023-06-27 16:16:00-03:00		



LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA
CRG 04

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Teste\Results\Qualificação 2023\PCHS 003.rslt\PCHS 001.dx		
Nome da amostra:	PCHS 001		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0.000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CRG 04 HS	**Localização:**	103
Data da Injeção:	2023-06-27 15:06:29-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação HS.amx	**Volume de Injeção:**	500.000
Método de análise:	*GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2023-06-27 16:16:00-03:00		




Signal: FID1A

RT [min]	Area	Height	Area%	Height %	Name
2.356	2160.9005	980.0161	100.0000	100.00	PCHS 001
Sum	2160.9005				

LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA
CRG 04

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Teste\Results\Qualificação 2023\PCHS 003.rslt\PCHS 002.dx		
Nome da amostra:	PCHS 002		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0.000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CRG 04 HS	**Localização:**	104
Data da Injeção:	2023-06-27 15:14:14-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação HS.amx	**Volume de Injeção:**	500.000
Método de análise:	*GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2023-06-27 16:16:00-03:00		




Signal: FID1A

RT [min]	Area	Height	Area%	Height %	Name
2.356	2272.3360	982.1740	100.0000	100.00	PCHS 002
Sum	2272.3360				

LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA
CRG 04

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Teste\Results\Qualificação 2023\PCHS 003.rslt\PCHS 003.dx		
Nome da amostra:	PCHS 003		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0.000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CRG 04 HS	**Localização:**	105
Data da Injeção:	2023-06-27 15:22:01-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação HS.amx	**Volume de Injeção:**	500.000
Método de análise:	*GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2023-06-27 16:16:00-03:00		




Signal: FID1A

RT [min]	Area	Height	Area%	Height %	Name
2.356	2211.2364	880.3369	100.0000	100.00	PCHS 003
Sum	2211.2364				


LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA
CRG 04

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Teste\Results\Qualificação 2023\PCHS 003.rslt\Branco PCHS 002.dx		
Nome da amostra:	Branco PCHS 002		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0.000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CRG 04 HS	**Localização:**	102
Data da Injeção:	2023-06-27 15:29:46-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação HS.amx	**Volume de Injeção:**	500.000
Método de análise:	*GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2023-06-27 16:16:00-03:00		



LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA
CRG 04

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Teste\Results\Qualificação 2023\PCHS 003.rslt\PCHS 004.dx		
Nome da amostra:	PCHS 004		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0.000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CRG 04 HS	**Localização:**	106
Data da Injeção:	2023-06-27 15:37:33-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação HS.amx	**Volume de Injeção:**	500.000
Método de análise:	*GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2023-06-27 16:16:00-03:00		




Signal: FID1A

RT [min]	Area	Height	Area%	Height %	Name
2.356	2159.1618	860.8265	100.0000	100.00	PCHS 004
Sum	2159.1618				

LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA
CRG 04

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Teste\Results\Qualificação 2023\PCHS 003.rslt\PCHS 005.dx		
Nome da amostra:	PCHS 005		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0.000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CRG 04 HS	**Localização:**	107
Data da Injeção:	2023-06-27 15:45:16-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação HS.amx	**Volume de Injeção:**	500.000
Método de análise:	*GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2023-06-27 16:16:00-03:00		




Signal: FID1A

RT [min]	Area	Height	Area%	Height %	Name
2.355	2091.0282	816.8397	100.0000	100.00	PCHS 005
Sum	2091.0282				

LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA
CRG 04

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Teste\Results\Qualificação 2023\PCHS 003.rslt\PCHS 006.dx		
Nome da amostra:	PCHS 006		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0.000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CRG 04 HS	**Localização:**	108
Data da Injeção:	2023-06-27 15:53:00-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação HS.amx	**Volume de Injeção:**	500.000
Método de análise:	*GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2023-06-27 16:16:00-03:00		



Signal: FID1A

RT [min]	Area	Height	Area%	Height %	Name
2.357	2232.0785	968.5939	100.0000	100.00	PCHS 006
Sum	2232.0785				

LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA
CRG 04

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Teste\Results\Qualificação 2023\PCHS 003.rslt\Branco PCHS 003.dx		
Nome da amostra:	Branco PCHS 003		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0.000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CRG 04 HS	**Localização:**	102
Data da Injeção:	2023-06-27 16:00:45-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação HS.amx	**Volume de Injeção:**	500.000
Método de análise:	*GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2023-06-27 16:16:00-03:00		

