JASCO BRASIL
Rua Charles Darwin, 483 Térreo CEP: 04379-072
Vila Santa Catarina – São Paulo – SP
Tel.: (011) 5670-2530 Fax: (011) 5670-2525
CNPJ: 10.643.004/0001-41 Inscrição Estadual: 148.499.024.117

Ordem de Serviços Nº. 289/16

Cliente : TRB PHARMA INDÚSTRIA QUÍMICA FARMACÊUTICA LTDA		Tel.: 19 3787-3018	Data chamado : 05/12/16
Endereço: AV GIUSEPPINA VIANELLI DI NAPOLI, 1.100 POLO II ALTA TECNOL		Bairro: BARÃO GERALDO	CEP: 13086-903
Cidade: CAMPINAS	UF: SP	CNPJ: 61.455.192/0001-15	Insc.. Est.: 795.393.934.112
Contato: Marcia Oliveira		Depto: Controle de Qualidade	Cargo: Analista

Equipamento:	HPLC Jasco	ID/TAG:	01-HP-01
Módulo:	AU-2089	N/S:	B045060865
Módulo:	CO-1560	N/S:	A041560689
Módulo:	AS-1555	N/S:	D044960695
Módulo:	MD-2010	N/S:	C026760870
Módulo:	LC-NetII/ADC	N/S:	B177660899
Módulo:		N/S:	
Módulo:		N/S:	

Tipo de Serviço - RIR nº. NA

Avulso ☒		Manutenção Prev. ☐
Contrato ☐	Interno ☐	Manutenção Corre. ☐
Garantia ☐	Externo ☒	Qualificação ☒
Retrabalho ☐ Ref. a OS nº: ____		Instalação ☐
		Treinamento ☐

Técnico responsável pelo serviço: Michael Careli

Relato feito pelo cliente: Qualificação HPLC Jasco.//

Diagnóstico detectado: Serviço de Qualificação do HPLC Jasco 01-HP-01.//

Serviços executados: Foi realizado a substituição da lampada de tungstênio do detector MD-2018, seguido da qualificação conforme protocolo Nº 289/16. Durante a qualificação todos os testes e resultados foram satisfatorios. Equipamento liberado para uso.//

TEMPO GASTO NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

DATA	INÍCIO	TÉRMINO	TOTAL HORAS DE SERVIÇO	HORAS DE DESLOCAMENTO
12/12	09:00	15:00	06 Horas	02 Horas
13/12	08:30	12:30	04 Horas	02 Horas

PEÇAS UTILIZADAS NO SERVIÇO

QTD.	DESCRIÇÃO	P/N
01	Lampada UV (Tungstênio).	———

VISTO DO TÉCNICO: [signature]

DATA: 13/12/2016

CONFIRMAMOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ACIMA.
Esse campo não requer preenchimento quando o serviço for realizado internamente

Marcia Oliveira	analista	[signature]
Nome Completo	Cargo	Assinatura