RESULTADOS OBTIDOS NO TESTE DE EXATIDÃO E PRECISÃO DO VOLUME DAS BURETAS

Titulante utilizado	**ACIDO PERCLORICO 0,1N**
Volume da bureta (mL)	**20**

Volume do balão volumétrico (mL)	Peso inicial (g)	Peso final (g)	Diferença (g)	Densidade (g /mL)
10	**0**	**10.5132**	**10.51**	**1.0513**

Exatidão dos volumes da bureta

Volume (mL)		*Volume* (g)			*Volume Real* (mL)	*Exatidão* (%)
Leituras	*Registrado*	*Inicial*	*Final*	*Diferença*		
1	**2.000**	**0.0000**	**2.0950**	**2.0950**	**1.9928**	**99.64**
2	**4.000**	**2.0950**	**6.2782**	**4.1832**	**3.9791**	**99.48**
3	**6.000**	**6.2782**	**12.5500**	**6.2718**	**5.9658**	**99.43**
4	**8.000**	**12.5500**	**20.9251**	**8.3751**	**7.9664**	**99.58**
5	**10.000**	**20.9251**	**31.4212**	**10.4961**	**9.9839**	**99.84**
6	**12.000**	**31.4212**	**44.0012**	**12.5800**	**11.9661**	**99.72**
7	**14.000**	**44.0012**	**58.6867**	**14.6855**	**13.9689**	**99.78**
8	**16.000**	**58.6867**	**75.4755**	**16.7888**	**15.9696**	**99.81**
9	**18.000**	**75.4755**	**94.3674**	**18.8919**	**17.9700**	**99.83**
10	**20.000**	**94.3674**	**115.3697**	**21.0023**	**19.9775**	**99.89**

RESULTADO	**N/A**

Comentários:

Especialista: **JORGE LUÍS DA SILVA AMARAL**

EVIDÊNCIAS FOTOGRÁFICAS

As evidências fotográficas anexadas a este documento foram coletadas meticulosamente para garantir sua integridade e autenticidade.














	