RESULTADOS OBTIDOS NO TESTE DE EXATIDÃO E PRECISÃO DO VOLUME DAS BURETAS

Titulante utilizado	**HIDRÓXIDO DE SÓDIO 1N**
Volume da bureta (mL)	**20**

Volume do balão volumétrico (mL)	Peso inicial (g)	Peso final (g)	Diferença (g)	Densidade (g /mL)
10	**0**	**10.4952**	**10.50**	**1.0495**

Exatidão dos volumes da bureta

Volume (mL)		*Volume* (g)			*Volume Real* (mL)	*Exatidão* (%)
Leituras	*Registrado*	*Inicial*	*Final*	*Diferença*		
1	**2.000**	**0.0000**	**2.0747**	**2.0747**	**1.9768**	**98.84**
2	**4.000**	**2.0747**	**6.2305**	**4.1558**	**3.9598**	**98.99**
3	**6.000**	**6.2305**	**12.4851**	**6.2546**	**5.9596**	**99.33**
4	**8.000**	**12.4851**	**20.8179**	**8.3328**	**7.9398**	**99.25**
5	**10.000**	**20.8179**	**31.2642**	**10.4463**	**9.9536**	**99.54**
6	**12.000**	**31.2642**	**43.7374**	**12.4732**	**11.8849**	**99.04**
7	**14.000**	**43.7374**	**58.3541**	**14.6167**	**13.9273**	**99.48**
8	**16.000**	**58.3541**	**75.0250**	**16.6709**	**15.8846**	**99.28**
9	**18.000**	**75.0250**	**93.7803**	**18.7553**	**17.8707**	**99.28**
10	**20.000**	**93.7803**	**114.6077**	**20.8274**	**19.8451**	**99.23**

RESULTADO	**N/A**

Comentários:

Especialista: **JORGE LUÍS DA SILVA AMARAL**

EVIDÊNCIAS FOTOGRÁFICAS

As evidências fotográficas anexadas a este documento foram coletadas meticulosamente para garantir sua integridade e autenticidade.














	