RESULTADOS OBTIDOS NO TESTE DE EXATIDÃO E PRECISÃO DO VOLUME DAS BURETAS

Titulante utilizado	**NITRATO DE PRATA 0,1N**
Volume da bureta (mL)	**20**

Volume do balão volumétrico (mL)	Peso inicial (g)	Peso final (g)	Diferença (g)	Densidade (g /mL)
10	**0**	**10.1033**	**10.10**	**1.0103**

Exatidão dos volumes da bureta

Volume (mL)		*Volume* (g)			*Volume Real* (mL)	*Exatidão* (%)
Leituras	*Registrado*	*Inicial*	*Final*	*Diferença*		
1	**2.000**	**0.0000**	**1.9915**	**1.9915**	**1.9712**	**98.56**
2	**4.000**	**1.9915**	**6.0231**	**4.0316**	**3.9905**	**99.76**
3	**6.000**	**6.0231**	**12.0743**	**6.0512**	**5.9895**	**99.83**
4	**8.000**	**12.0743**	**20.1474**	**8.0731**	**7.9908**	**99.88**
5	**10.000**	**20.1474**	**30.2413**	**10.0939**	**9.9910**	**99.91**
6	**12.000**	**30.2413**	**42.3485**	**12.1072**	**11.9838**	**99.86**
7	**14.000**	**42.3485**	**56.4785**	**14.1300**	**13.9859**	**99.90**
8	**16.000**	**56.4785**	**72.6246**	**16.1461**	**15.9815**	**99.88**
9	**18.000**	**72.6246**	**90.7936**	**18.1690**	**17.9838**	**99.91**
10	**20.000**	**90.7936**	**110.9918**	**20.1982**	**19.9923**	**99.96**

RESULTADO	**N/A**

Comentários:

Especialista: **JORGE LUÍS DA SILVA AMARAL**

EVIDÊNCIAS FOTOGRÁFICAS

As evidências fotográficas anexadas a este documento foram coletadas meticulosamente para garantir sua integridade e autenticidade.













