



C:\ProgramData\ChromatographySystem\Recovery Data\InstClient_ON.52\2A931BB5-AF1F-4DBC-B66C-73921D76E9CD\ED

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação DAD.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2024\HPLC 16\LDUV\LDUV.seq001.rslt\LDUV 1.dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 04/07/2024 10:50:57 (GMT -03:00)
Impresso: 04/07/2024 11:08:44 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Signal A, 273 nm/Bw:4 nm Ref 360 nm/Bw:100 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.695	834650	**0.000**
Totais			834650	**0.000**

Resultados 200.0 nm


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação DAD.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2024\HPLC 16\LDUV\LDUV.seq001.rslt\LDUV 2
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 04/07/2024 10:55:00 (GMT -03:00)
Impresso: 04/07/2024 11:09:07 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Signal A, 273 nm/Bw:4 nm Ref 360 nm/Bw:100 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.695	189730952	**0.000**
Totais			189730952	**0.000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados 200.0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação DAD.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2024\HPLC 16\LDUV\LDUV.seq001.rslt\LDUV 3
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 04/07/2024 10:59:05 (GMT -03:00)
Impresso: 04/07/2024 11:09:25 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Signal A, 273 nm/Bw:4 nm Ref 360 nm/Bw:100 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.697	404724478	**0.000**
Totais			404724478	**0.000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados 200.0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação DAD.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2024\HPLC 16\LDUV\LDUV.seq001.rslt\LDUV 4
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 04/07/2024 11:03:08 (GMT -03:00)
Impresso: 04/07/2024 11:09:57 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Signal A, 273 nm/Bw:4 nm Ref 360 nm/Bw:100 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.693	600968425	**0.000**
Totais			600968425	**0.000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados 200.0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação DAD.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2024\HPLC 16\LDUV\LDUV.seq001.rslt\LDUV 5
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 04/07/2024 11:07:14 (GMT -03:00)
Impresso: 04/07/2024 11:11:46 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Signal A, 273 nm/Bw:4 nm Ref 360 nm/Bw:100 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.695	806433408	**0.000**
Totais			806433408	**0.000**

Resultados 200.0 nm


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Sinal-Ruido.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2024\HPLC 16\Sinal-Ruido\Sinal-Ruido001.rslt\Sinal-Ruido01.dat**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **04/07/2024 11:14:35 (GMT -03:00)**
Impresso: **10/07/2024 11:34:26 (GMT -03:00)**



Resultados DAD: Signal A, 250 nm/Bw:4 nm Ref 360 nm/Bw:100 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.698	539757559	**0.000**
Totais			539757559	**0.000**

Resultados 200.0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório SRELB

Detector DAD – G7117C – N/S DEAEK00962	Data: 04/07/2024


Ruído:

Valor máximo: 0.402 mAU	**Diferença: 0.015 mAU**
Valor mínimo: 0.387 mAU	



Estabilidade da Linha de Base:

Valor máximo:	**0.600 mAU**	**Diferença (em 20 minutos): 0.530 mAU**
Valor mínimo:	**0.070 mAU**	**Diferença (em 60 minutos): 0.530 x 3 = 1.590 mAU**



Altura do Pico:

Valor: 535.148 mAU

