
Teste de Exatidão de Comprimento de Onda do Detector - EDUV

Method Name: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Data: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Data\2021\EDUV 001.rslt\EDUV 001.dat
User: QPack Soluções Analíticas Ltda (QPackSA)
Acquired: 11/29/2021 11:19:34 AM (GMT -03:00)
Printed: 11/29/2021 2:32:35 PM (GMT -03:00)



DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm Results

Pk #	*Name*	*Retention Time*	*Area*	*Concentration*
1	Cafeina	3.625	623804	**0.000**
Totals			623804	**0.000**

200.0 nm Results


Pk #	*Name*	*Retention Time*	*Area*	*Concentration*

Spectrum Max Plot Results

Pk #	*Name*	*Retention Time*	*Area*	*Concentration*

Teste de Precisão e Contaminação Cruzada do Injetor - PCIN

Method Name: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Data: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Data\2021\PCIN.rslt\Branco 1.dat
User: QPack Soluções Analíticas Ltda (QPackSA)
Acquired: 11/29/2021 11:43:59 AM (GMT -03:00)
Printed: 11/29/2021 1:32:25 PM (GMT -03:00)



DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm Results

Pk #	*Name*	*Retention Time*	*Area*	*Concentration*
	Cafeina			**0.000 BDL**

Totals				

Spectrum Max Plot Results


Pk #	*Name*	*Retention Time*	*Area*	*Concentration*

200.0 nm Results

Pk #	*Name*	*Retention Time*	*Area*	*Concentration*

Teste de Precisão e Contaminação Cruzada do Injetor - PCIN

Method Name: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Data: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Data\2021\PCIN.rslt\PCIN 1
User: QPack Soluções Analíticas Ltda (QPackSA)
Acquired: 11/29/2021 11:49:44 AM (GMT -03:00)
Printed: 11/29/2021 1:32:28 PM (GMT -03:00)



DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm Results

Pk #	*Name*	*Retention Time*	*Area*	*Concentration*
1	Cafeina	3.127	1824916	**0.000**

Totals			1824916	**0.000**

Spectrum Max Plot Results


Pk #	*Name*	*Retention Time*	*Area*	*Concentration*

200.0 nm Results

Pk #	*Name*	*Retention Time*	*Area*	*Concentration*

Teste de Precisão e Contaminação Cruzada do Injetor - PCIN

Method Name: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Data: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Data\2021\PCIN.rslt\PCIN 2
User: QPack Soluções Analíticas Ltda (QPackSA)
Acquired: 11/29/2021 11:55:30 AM (GMT -03:00)
Printed: 11/29/2021 1:32:32 PM (GMT -03:00)



DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm Results

Pk #	*Name*	*Retention Time*	*Area*	*Concentration*
1	Cafeina	3.127	1825763	**0.000**

Totals			1825763	**0.000**

Spectrum Max Plot Results


Pk #	*Name*	*Retention Time*	*Area*	*Concentration*

200.0 nm Results

Pk #	*Name*	*Retention Time*	*Area*	*Concentration*

Teste de Precisão e Contaminação Cruzada do Injetor - PCIN

Method Name: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Data: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Data\2021\PCIN.rslt\PCIN 3
User: QPack Soluções Analíticas Ltda (QPackSA)
Acquired: 11/29/2021 12:01:17 PM (GMT -03:00)
Printed: 11/29/2021 1:32:35 PM (GMT -03:00)



DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm Results

Pk #	*Name*	*Retention Time*	*Area*	*Concentration*
1	Cafeina	3.128	1824814	**0.000**

Totals			1824814	**0.000**

Spectrum Max Plot Results


Pk #	*Name*	*Retention Time*	*Area*	*Concentration*

200.0 nm Results

Pk #	*Name*	*Retention Time*	*Area*	*Concentration*

Teste de Precisão e Contaminação Cruzada do Injetor - PCIN

Method Name: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Data: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Data\2021\PCIN.rslt\Branco 2
User: QPack Soluções Analíticas Ltda (QPackSA)
Acquired: 11/29/2021 12:07:04 PM (GMT -03:00)
Printed: 11/29/2021 2:35:18 PM (GMT -03:00)



DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm Results

Pk #	*Name*	*Retention Time*	*Area*	*Concentration*
	Cafeina			**0.000 BDL**

Totals				

Spectrum Max Plot Results


Pk #	*Name*	*Retention Time*	*Area*	*Concentration*

200.0 nm Results

Pk #	*Name*	*Retention Time*	*Area*	*Concentration*

Teste de Precisão e Contaminação Cruzada do Injetor - PCIN

Method Name: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Data: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Data\2021\PCIN.rslt\PCIN 4
User: QPack Soluções Analíticas Ltda (QPackSA)
Acquired: 11/29/2021 12:12:53 PM (GMT -03:00)
Printed: 11/29/2021 1:32:41 PM (GMT -03:00)



DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm Results

Pk #	*Name*	*Retention Time*	*Area*	*Concentration*
1	Cafeina	3.133	1826604	**0.000**

Totals			1826604	**0.000**

Spectrum Max Plot Results


Pk #	*Name*	*Retention Time*	*Area*	*Concentration*

200.0 nm Results

Pk #	*Name*	*Retention Time*	*Area*	*Concentration*

Teste de Precisão e Contaminação Cruzada do Injetor - PCIN

Method Name: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Data: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Data\2021\PCIN.rslt\PCIN 5
User: QPack Soluções Analíticas Ltda (QPackSA)
Acquired: 11/29/2021 12:18:39 PM (GMT -03:00)
Printed: 11/29/2021 1:32:45 PM (GMT -03:00)



DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm Results

Pk #	*Name*	*Retention Time*	*Area*	*Concentration*
1	Cafeina	3.140	1820683	**0.000**

Totals			1820683	**0.000**

Spectrum Max Plot Results


Pk #	*Name*	*Retention Time*	*Area*	*Concentration*

200.0 nm Results

Pk #	*Name*	*Retention Time*	*Area*	*Concentration*

Teste de Precisão e Contaminação Cruzada do Injetor - PCIN

Method Name: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Data: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Data\2021\PCIN.rslt\PCIN 6
User: QPack Soluções Analíticas Ltda (QPackSA)
Acquired: 11/29/2021 12:24:25 PM (GMT -03:00)
Printed: 11/29/2021 1:32:48 PM (GMT -03:00)



DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm Results

Pk #	*Name*	*Retention Time*	*Area*	*Concentration*
1	Cafeina	3.143	1843063	**0.000**

Totals			1843063	**0.000**

Spectrum Max Plot Results


Pk #	*Name*	*Retention Time*	*Area*	*Concentration*

200.0 nm Results

Pk #	*Name*	*Retention Time*	*Area*	*Concentration*

Teste de Precisão e Contaminação Cruzada do Injetor - PCIN

Method Name: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Data: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Data\2021\PCIN.rslt\Branco 3
User: QPack Soluções Analíticas Ltda (QPackSA)
Acquired: 11/29/2021 12:30:12 PM (GMT -03:00)
Printed: 11/29/2021 1:32:52 PM (GMT -03:00)



DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm Results

Pk #	*Name*	*Retention Time*	*Area*	*Concentration*
	Cafeina			**0.000 BDL**

Totals				

Spectrum Max Plot Results


Pk #	*Name*	*Retention Time*	*Area*	*Concentration*

200.0 nm Results

Pk #	*Name*	*Retention Time*	*Area*	*Concentration*

Teste de Linearidade do Detector - LDUV

Method Name: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Data: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Data\2021\LDUV 001.rslt\LDUV 1.dat
User: QPack Soluções Analíticas Ltda (QPackSA)
Acquired: 11/29/2021 2:21:00 PM (GMT -03:00)
Printed: 11/29/2021 2:52:48 PM (GMT -03:00)



DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm Results

Pk #	*Name*	*Retention Time*	*Area*	*Concentration*
1	Cafeina	2.255	47478	**0.000**

Totals			47478	**0.000**

Spectrum Max Plot Results


Pk #	*Name*	*Retention Time*	*Area*	*Concentration*

200.0 nm Results

Pk #	*Name*	*Retention Time*	*Area*	*Concentration*

Teste de Linearidade do Detector - LDUV

Method Name: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Data: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Data\2021\LDUV 001.rslt\LDUV 2
User: QPack Soluções Analíticas Ltda (QPackSA)
Acquired: 11/29/2021 2:26:48 PM (GMT -03:00)
Printed: 11/29/2021 2:53:00 PM (GMT -03:00)



DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm Results

Pk #	*Name*	*Retention Time*	*Area*	*Concentration*
1	Cafeina	2.250	621573	**0.000**

Totals			621573	**0.000**

Spectrum Max Plot Results


Pk #	*Name*	*Retention Time*	*Area*	*Concentration*

200.0 nm Results

Pk #	*Name*	*Retention Time*	*Area*	*Concentration*

Teste de Linearidade do Detector - LDUV

Method Name: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Data: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Data\2021\LDUV 001.rslt\LDUV 3
User: QPack Soluções Analíticas Ltda (QPackSA)
Acquired: 11/29/2021 2:32:37 PM (GMT -03:00)
Printed: 11/29/2021 2:53:10 PM (GMT -03:00)



DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm Results

Pk #	*Name*	*Retention Time*	*Area*	*Concentration*
1	Cafeina	2.250	1191104	**0.000**

Totals			1191104	**0.000**

Spectrum Max Plot Results


Pk #	*Name*	*Retention Time*	*Area*	*Concentration*

200.0 nm Results

Pk #	*Name*	*Retention Time*	*Area*	*Concentration*

Teste de Linearidade do Detector - LDUV

Method Name: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Data: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Data\2021\LDUV 001.rslt\LDUV 4
User: QPack Soluções Analíticas Ltda (QPackSA)
Acquired: 11/29/2021 2:38:23 PM (GMT -03:00)
Printed: 11/29/2021 2:53:22 PM (GMT -03:00)



DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm Results

Pk #	*Name*	*Retention Time*	*Area*	*Concentration*
1	Cafeina	2.248	1766578	**0.000**

Totals			1766578	**0.000**

Spectrum Max Plot Results


Pk #	*Name*	*Retention Time*	*Area*	*Concentration*

200.0 nm Results

Pk #	*Name*	*Retention Time*	*Area*	*Concentration*

Teste de Linearidade do Detector - LDUV

Method Name: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Data: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Data\2021\LDUV 001.rslt\LDUV 5
User: QPack Soluções Analíticas Ltda (QPackSA)
Acquired: 11/29/2021 2:44:10 PM (GMT -03:00)
Printed: 11/29/2021 2:53:43 PM (GMT -03:00)



DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm Results

Pk #	*Name*	*Retention Time*	*Area*	*Concentration*
1	Cafeina	2.247	2324855	**0.000**

Totals			2324855	**0.000**

Spectrum Max Plot Results


Pk #	*Name*	*Retention Time*	*Area*	*Concentration*

200.0 nm Results

Pk #	*Name*	*Retention Time*	*Area*	*Concentration*

Teste de Linearidade do Injetor - LIIN

Method Name: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Data: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Data\2021\LIIN 001.rslt\LIIN 1.dat
User: QPack Soluções Analíticas Ltda (QPackSA)
Acquired: 11/29/2021 3:01:47 PM (GMT -03:00)
Printed: 11/29/2021 3:23:15 PM (GMT -03:00)



DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm Results

Pk #	*Name*	*Retention Time*	*Area*	*Concentration*
	Cafeina			**0.000 BDL**

Totals				

Spectrum Max Plot Results


Pk #	*Name*	*Retention Time*	*Area*	*Concentration*

200.0 nm Results

Pk #	*Name*	*Retention Time*	*Area*	*Concentration*

Teste de Linearidade do Injetor - LIIN

Method Name: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Data: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Data\2021\LIIN 001.rslt\LIIN 2
User: QPack Soluções Analíticas Ltda (QPackSA)
Acquired: 11/29/2021 3:05:42 PM (GMT -03:00)
Printed: 11/29/2021 3:23:19 PM (GMT -03:00)



DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm Results

Pk #	*Name*	*Retention Time*	*Area*	*Concentration*
1	Cafeina	2.240	904234	**0.000**

Totals			904234	**0.000**

Spectrum Max Plot Results


Pk #	*Name*	*Retention Time*	*Area*	*Concentration*

200.0 nm Results

Pk #	*Name*	*Retention Time*	*Area*	*Concentration*

Teste de Linearidade do Injetor - LIIN

Method Name: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Data: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Data\2021\LIIN 001.rslt\LIIN 3
User: QPack Soluções Analíticas Ltda (QPackSA)
Acquired: 11/29/2021 3:09:43 PM (GMT -03:00)
Printed: 11/29/2021 3:23:24 PM (GMT -03:00)



DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm Results

Pk #	*Name*	*Retention Time*	*Area*	*Concentration*
1	Cafeina	2.245	1786573	**0.000**

Totals			1786573	**0.000**

Spectrum Max Plot Results


Pk #	*Name*	*Retention Time*	*Area*	*Concentration*

200.0 nm Results

Pk #	*Name*	*Retention Time*	*Area*	*Concentration*

Teste de Linearidade do Injetor - LIIN

Method Name: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Data: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Data\2021\LIIN 001.rslt\LIIN 4
User: QPack Soluções Analíticas Ltda (QPackSA)
Acquired: 11/29/2021 3:13:41 PM (GMT -03:00)
Printed: 11/29/2021 3:23:29 PM (GMT -03:00)



DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm Results

Pk #	*Name*	*Retention Time*	*Area*	*Concentration*
1	Cafeina	2.252	2672475	**0.000**

Totals			2672475	**0.000**

Spectrum Max Plot Results


Pk #	*Name*	*Retention Time*	*Area*	*Concentration*

200.0 nm Results

Pk #	*Name*	*Retention Time*	*Area*	*Concentration*

Teste de Linearidade do Injetor - LIIN

Method Name: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Data: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Data\2021\LIIN 001.rslt\LIIN 5
User: QPack Soluções Analíticas Ltda (QPackSA)
Acquired: 11/29/2021 3:17:43 PM (GMT -03:00)
Printed: 11/29/2021 3:23:41 PM (GMT -03:00)



DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm Results

Pk #	*Name*	*Retention Time*	*Area*	*Concentration*
1	Cafeina	2.257	3562720	**0.000**

Totals			3562720	**0.000**

Spectrum Max Plot Results


Pk #	*Name*	*Retention Time*	*Area*	*Concentration*

200.0 nm Results

Pk #	*Name*	*Retention Time*	*Area*	*Concentration*

Teste de Gradiente da Bomba (Canais A e B) - GRAD AB

Method Name: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Grad AB1.met
Data: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Data\2021\GRAD AB 001.rslt\GRAD AB 001.dat
User: QPack Soluções Analíticas Ltda (QPackSA)
Acquired: 11/29/2021 3:58:52 PM (GMT -03:00)
Printed: 11/29/2021 4:22:46 PM (GMT -03:00)



DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm Results

Pk #	*Name*	*Retention Time*	*Height*	*Concentration*
1	20 %	2.987	245915	**0.000**
2	40 %	5.953	499101	**0.000**
3	60 %	8.998	750739	**0.000**
4	80 %	11.830	998797	**0.000**
6	100 %	16.108	1237206	**0.000**

Totals		3731758	**0.000**