ANEXO DE CALIBRAÇÃO DO VOLUME DA BURETA

Referente ao Certificado Nº 297/24

Resultados obtidos no teste de exatidão e precisão do volume das buretas

Determinação da densidade do titulante

Titulante utilizado:	**Solução de Karl Fischer**
Volume da Bureta (mL):	1

Volume do balão volumétrico (mL)	Peso inicial (g)	Peso final (g)	Diferença (g)	Densidade (g/mL)
10	**17,4101**	**29,0301**	**11,6200**	**1,161998**

Exatidão dos volumes da bureta

Volume (mL)		Peso (g)			olume real (m	Exatidão (%)
Esperado	Registrado	Inicial	Final	Diferença		
0,1	0,100	48,6616	48,7758	0,1143	0,0983	**98,33**
0,2	0,200	48,7758	49,0106	0,2347	0,2020	**101,01**
0,3	0,300	49,0106	49,3629	0,3523	0,3032	**101,07**
0,4	0,400	49,3629	49,8329	0,4701	0,4045	**101,13**
0,5	0,500	49,8329	50,4216	0,5887	0,5066	**101,32**
0,6	0,600	50,4216	51,1287	0,7071	0,6085	**101,42**
0,7	0,700	51,1287	51,9490	0,8203	0,7059	**100,85**
0,8	0,800	51,9490	52,8892	0,9402	0,8091	**101,14**
0,9	0,900	52,8892	53,9493	1,0601	0,9123	**101,37**
1	1,000	53,9493	55,1180	1,1688	1,0058	**100,58**

Resultado da Qualificação:	**APROVADO**

Aprovação

Rua Ema Gazzi Magnusson, 138 - Comercial Vitória Martini - Indaiatuba / SP - CEP:13347-630

Site: www.qpack.com.br - Fone: 55 (19) 26601110

E-mail: qpack@qpack.com.br