ANEXO DE CALIBRAÇÃO DO VOLUME DA BURETA

Referente ao Certificado Nº

Resultados obtidos no teste de exatidão e precisão do volume das buretas

Determinação da densidade do titulante

Titulante utilizado:	**Solução de Karl Fischer**
Volume da Bureta (mL):	20

Volume do balão volumétrico (mL)	Peso inicial (g)	Peso final (g)	Diferença (g)	Densidade (g/mL)
10	**17,4042**	**29,1793**	**11,7750**	**1,177503**

Exatidão dos volumes da bureta

Volume (mL)		Peso (g)			Volume real (mL)	Exatidão (%)
Esperado	Registrado	Inicial	Final	Diferença		
#VALOR!	2,000	48,6600	51,0132	2,3532	1,9984	**99,92**
4	4,000	51,0132	55,7309	4,7178	4,0066	**100,16**
6	6,000	55,7309	62,7944	7,0634	5,9987	**99,98**
8	8,000	62,7944	72,2401	9,4458	8,0219	**100,27**
10	10,000	72,2401	84,0479	11,8078	10,0278	**100,28**
12	12,000	84,0479	98,2162	14,1683	12,0325	**100,27**
14	14,000	98,2162	114,7398	16,5236	14,0327	**100,23**
16	16,000	114,7398	133,6238	18,8840	16,0373	**100,23**
18	18,000	133,6238	154,8704	21,2466	18,0438	**100,24**
20	20,000	154,8704	178,2065	23,3361	19,8183	**99,09**

Resultado da Qualificação:	**APROVADO**

Aprovação