

Analista Marian Ribeiro Gubitoso
Data quarta-feira, 3 de julho de 2024 09:02



01 - Nível de Energia 3,44 Egy Amostra 007 por mariana.gubitoso data quarta-feira, julho 03 2024

Analista Marian Ribeiro Gubitoso


Data quarta-feira, 3 de julho de 2024 09:12



02 - Exatidão do Número de Onda 0 %T Amostra 008 por mariana.gubitoso data quarta-feira, julho 03 2024

Analista Marian Ribeiro Gubitoso


Data quarta-feira, 3 de julho de 2024 09:21



03 - Resolução 42,27 %T Amostra 009 por mariana.gubitoso data quarta-feira, julho 03 2024

Analista Marian Ribeiro Gubitoso


Data quarta-feira, 3 de julho de 2024 09:24



03 - Resolução 60,10 %T Amostra 009 por mariana.gubitoso data quarta-feira, julho 03 2024

Analista Marian Ribeiro Gubitoso


Data quarta-feira, 3 de julho de 2024 09:33



04a - Repetibilidade do Número de Onda 59,94 %T Amostra 010 por mariana.gubitoso data quarta-feira, julho 03 2024

Analista Marian Ribeiro Gubitoso


Data quarta-feira, 3 de julho de 2024 09:39



04b - Repetibilidade do Número de Onda 59,92 %T Amostra 011 por mariana.gubitoso data quarta-feira, julho 03 2024


Analista Marian Ribeiro Gubitoso

Data quarta-feira, 3 de julho de 2024 09:47



05a - Repetibilidade Fotométrica 60,19 %T Amostra 013 por mariana.gubitoso data quarta-feira, julho 03 2024


Analista Marian Ribeiro Gubitoso
Data quarta-feira, 3 de julho de 2024 09:53




05b - Repetibilidade Fotométrica 60,16 %T Amostra 014 por mariana.gubitoso data quarta-feira, julho 03 2024

Analista Marian Ribeiro Gubitoso

Data quarta-feira, 3 de julho de 2024 10:08




Analista Marian Ribeiro Gubitoso
Data quarta-feira, 3 de julho de 2024 10:21



07 - ATR - Energia 1,89 Egy Amostra 016 por mariana.gubitoso data quarta-feira, julho 03 2024

Analista Marian Ribeiro Gubitoso


Data quarta-feira, 3 de julho de 2024 10:35



08 - ATR -Exatidão do Número de Onda 64,68 %T Amostra 018 por mariana.gubitoso data quarta-feira, julho 03 2024


Analista Marian Ribeiro Gubitoso

Data quarta-feira, 3 de julho de 2024 10:43



Analista Marian Ribeiro Gubitoso


Data quarta-feira, 3 de julho de 2024 10:51



10a - Reptibilidade do Número de Onda 65,66 %T Amostra 020 por mariana.gubitoso data quarta-feira, julho 03 2024

Analista Marian Ribeiro Gubitoso

Data quarta-feira, 3 de julho de 2024 10:56



10b - ATR - Repetibilidade do Número de Onda 65,26 %T Amostra 021 por mariana.gubitoso data quarta-feira, julho 03 2024

Analista Marian Ribeiro Gubitoso


Data quarta-feira, 3 de julho de 2024 11:39



11a - ATR Repetibilidade Fotométrica 66,46 %T Amostra 022 por mariana.gubitoso data quarta-feira, julho 03 2024


Analista Marian Ribeiro Gubitoso

Data quarta-feira, 3 de julho de 2024 11:44



Analista Marian Ribeiro Gubitoso

Data quarta-feira, 3 de julho de 2024 11:59



12 - ATR Sensibilidade 99,98 %T Amostra 024 por mariana.gubitoso data quarta-feira, julho 03 2024