

19.2 – EXATIDÃO E PRECISÃO DAS LEITURAS




S.No	Lot ID	Sample ID	Time	Result	Scale	OR °Arc	WLG.nm
1	1	Repetibili...	14:55:46	2.041	OR	2.041	589
2	1	Repetibili...	14:56:01	2.043	OR	2.043	589
3	1	Repetibili...	14:56:15	2.040	OR	2.040	589
4	1	Repetibili...	14:56:30	2.041	OR	2.041	589
5	1	Repetibili...	14:56:45	2.038	OR	2.038	589




S.No	Lot ID	Sample ID	Time	Result	Scale	OR °Arc	WLG.nm
1	2	Repetibili...	14:58:14	2.037	OR	2.037	589
2	2	Repetibili...	14:58:29	2.037	OR	2.037	589
3	2	Repetibili...	14:58:43	2.037	OR	2.037	589
4	2	Repetibili...	14:58:58	2.037	OR	2.037	589
5	2	Repetibili...	14:59:12	2.036	OR	2.036	589

19.3 – REPETIBILIDADE DO ZERO



S.No	Lot ID	Sample ID	Time	Result	Scale	OR °Arc	WLG.nm
1	1	Zero	15:05:45	0.000	OR	0.000	589
2	1	Zero	15:06:00	0.000	OR	0.000	589
3	1	Zero	15:06:14	0.000	OR	0.000	589
4	1	Zero	15:06:29	0.000	OR	0.000	589
5	1	Zero	15:06:43	0.000	OR	0.000	589



S.No	Lot ID	Sample ID	Time	Result	Scale	OR °Arc	WLG.nm
1	2	Zero	15:07:49	0.000	OR	0.000	589
2	2	Zero	15:08:04	0.000	OR	0.000	589
3	2	Zero	15:08:18	0.000	OR	0.000	589
4	2	Zero	15:08:32	0.000	OR	0.000	589
5	2	Zero	15:08:47	0.000	OR	0.000	589

19.4 – PRECISÃO DA TEMPERATURA

Set Temp	Temp	T Corr.	WLG	Resp.	Measure
OFF	23.4°C	Quartz	589 nm	10 Sec	Multiple
Delay	Stable T	Cell	Conc./Density		Sp.Rot
10 Sec	±0.3°C	100.00 mm			

