
Teste EDUV

Arquivo de Dados:	C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação_2023.rslt\EDUV_001.dat		
Método:	C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met		
Adquirido:	04/07/2023 11:48:46 (GMT -03:00)		
Impresso:	04/07/2023 13:59:48 (GMT -03:00)		
Qtde Amostra:	1	Multiplicador:	1
TAG:	HPL38		
Vial:	1	Volume:	10µL



Channel A


Resultados DAD: Sinal A,
273 nm/Lb:4 nm

Name	Time	Area	Amount
	1,527	10412	0,000
Cafeína	1,860	578608	0,000
	2,420	2940	0,000

Totais		591960	0,000

Teste EDUV

Arquivo de Dados:	C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação_2023.rslt\EDUV_001.dat		
Método:	C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met		
Adquirido:	04/07/2023 11:48:46 (GMT -03:00)		
Impresso:	04/07/2023 14:18:32 (GMT -03:00)		
Qtde Amostra:	1	Multiplicador:	1
ID:	EDUV	TAG:	HPL38
Vial:	1	Volume:	10µL



Channel A


Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Name	Time	Area	Amount
	1,527	10412	0,000
Cafeína	1,860	578608	0,000
	2,420	2940	0,000

Totais		591960	0,000

Teste PCIN

Arquivo de Dados:	C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação_2023.rslt\Branco_01_002.dat		
Método:	C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met		
Adquirido:	04/07/2023 11:53:11 (GMT -03:00)		
Impresso:	04/07/2023 14:22:50 (GMT -03:00)		
Qtde Amostra:	1	Multiplicador:	1
ID:	Branco_01	TAG:	HPL38
Vial:	2	Volume:	10µL




Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Name	Time	Area	Amount
Cafeína	1,933	1918	0,000
	2,427	7740	0,000
Totais		9658	0,000

Teste PCIN

Arquivo de Dados:	C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação_2023.rslt\PCIN_01_003.dat		
Método:	C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met		
Adquirido:	04/07/2023 11:57:35 (GMT -03:00)		
Impresso:	04/07/2023 14:23:23 (GMT -03:00)		
Qtde Amostra:	1	Multiplicador:	1
ID:	PCIN_01	TAG:	HPL38
Vial:	3	Volume:	10µL




Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Name	Time	Area	Amount
Cafeína	1,860	1729752	0,000
	2,420	4049	0,000
Totais		1733801	0,000

Teste PCIN

Arquivo de Dados:	C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação_2023.rslt\PCIN_02_004.dat		
Método:	C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met		
Adquirido:	04/07/2023 12:01:58 (GMT -03:00)		
Impresso:	04/07/2023 14:23:49 (GMT -03:00)		
Qtde Amostra:	1	Multiplicador:	1
ID:	PCIN_02	TAG:	HPL38
Vial:	3	Volume:	10µL




Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Name	Time	Area	Amount
Cafeína	1,867	1730083	0,000
	2,427	4415	0,000
Totais		1734498	0,000

Teste PCIN

Arquivo de Dados:	C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação_2023.rslt\PCIN_03_005.dat		
Método:	C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met		
Adquirido:	04/07/2023 12:06:22 (GMT -03:00)		
Impresso:	04/07/2023 14:24:08 (GMT -03:00)		
Qtde Amostra:	1	Multiplicador:	1
ID:	PCIN_03	TAG:	HPL38
Vial:	3	Volume:	10µL




Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Name	Time	Area	Amount
Cafeína	1,867	1731925	0,000
	2,433	4095	0,000
Totais		1736020	0,000

Teste PCIN

Arquivo de Dados:	C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação_2023.rslt\Branco_02_006.dat		
Método:	C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met		
Adquirido:	04/07/2023 12:10:43 (GMT -03:00)		
Impresso:	04/07/2023 14:24:44 (GMT -03:00)		
Qtde Amostra:	1	Multiplicador:	1
ID:	Branco_02	TAG:	HPL38
Vial:	2	Volume:	10µL




Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Name	Time	Area	Amount
Cafeína	1,813	2757	0,000
	1,933	7	0,000
	2,007	18816	0,000
Totais		21580	0,000

Teste PCIN

Arquivo de Dados:	C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação_2023.rslt\PCIN_04_007.dat		
Método:	C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met		
Adquirido:	04/07/2023 12:15:05 (GMT -03:00)		
Impresso:	04/07/2023 14:25:07 (GMT -03:00)		
Qtde Amostra:	1	Multiplicador:	1
ID:	PCIN_04	TAG:	HPL38
Vial:	3	Volume:	10µL




Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Name	Time	Area	Amount
Cafeína	1,873	1734217	0,000
	2,440	3807	0,000
Totais		1738024	0,000

Teste PCIN

Arquivo de Dados:	C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação_2023.rslt\PCIN_05_008.dat		
Método:	C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met		
Adquirido:	04/07/2023 12:19:29 (GMT -03:00)		
Impresso:	04/07/2023 14:25:33 (GMT -03:00)		
Qtde Amostra:	1	Multiplicador:	1
ID:	PCIN_05	TAG:	HPL38
Vial:	3	Volume:	10µL




Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Name	Time	Area	Amount
	1,540	13176	0,000
Cafeína	1,867	1721137	0,000
	2,427	4085	0,000
Totais		1738398	0,000

Teste PCIN

Arquivo de Dados:	C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação_2023.rslt\PCIN_06_009.dat		
Método:	C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met		
Adquirido:	04/07/2023 12:23:52 (GMT -03:00)		
Impresso:	04/07/2023 14:26:18 (GMT -03:00)		
Qtde Amostra:	1	Multiplicador:	1
ID:	PCIN_06	TAG:	HPL38
Vial:	3	Volume:	10µL




Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Name	Time	Area	Amount
Cafeína	1,860	1717571	0,000
	2,413	5612	0,000
Totais		1723183	0,000

Teste PCIN

Arquivo de Dados:	C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação_2023.rslt\Branco_03_010.dat		
Método:	C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met		
Adquirido:	04/07/2023 12:28:14 (GMT -03:00)		
Impresso:	04/07/2023 14:26:43 (GMT -03:00)		
Qtde Amostra:	1	Multiplicador:	1
ID:	Branco_03	TAG:	HPL38
Vial:	2	Volume:	10µL



Channel A


Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Name	Time	Area	Amount
	1,740	1336	0,000
Cafeína	1,920	748	0,000
	2,087	881	0,000
	2,427	6995	0,000
Totais		9960	0,000

Teste LDUV

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\LDUV_04.rslt\LDUV_01_006.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Adquirido: 04/07/2023 18:05:12 (GMT -03:00)
Impresso: 05/07/2023 08:04:11 (GMT -03:00)

Qtde Amostra:	1	Multiplicador:	1
ID:	LDUV_01	TAG:	HPL38
Vial:	11	Volume:	10L



Channel A


Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Name	Time	Area	Amount
Cafeína			0,000 BDL
	2,560	191	0,000
	2,633	334	0,000
	2,907	1849	0,000
	3,227	2111	0,000
	3,373	897	0,000
Totais		5382	0,000

Teste LDUV

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\LDUV_04.rslt\LDUV_02_007.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Adquirido: 04/07/2023 18:09:35 (GMT -03:00)
Impresso: 05/07/2023 08:05:04 (GMT -03:00)

Qtde Amostra:	1	Multiplicador:	1
ID:	LDUV_02	TAG:	HPL38
Vial:	12	Volume:	10L



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm


Name	Time	Area	Amount
Cafeína	2,047	608424	0,000
	3,367	242	0,000

Totais		608666	0,000

Teste LDUV

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\LDUV_04.rslt\LDUV_03_008.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Adquirido: 04/07/2023 18:13:59 (GMT -03:00)
Impresso: 05/07/2023 08:05:29 (GMT -03:00)

Qtde Amostra:	1	Multiplicador:	1
ID:	LDUV_03	TAG:	HPL38
Vial:	13	Volume:	10L



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm


Name	Time	Area	Amount
Cafeína	1,880	1150251	0,000
	2,453	958	0,000
	3,153	1432	0,000
	3,327	2626	0,000

Totais		1155267	0,000

Teste LDUV

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\LDUV_04.rslt\LDUV_04_009.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Adquirido: 04/07/2023 18:18:22 (GMT -03:00)
Impresso: 05/07/2023 08:05:51 (GMT -03:00)

Qtde Amostra:	1	Multiplicador:	1
ID:	LDUV_04	TAG:	HPL38
Vial:	14	Volume:	10L



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm


Name	Time	Area	Amount
Cafeína	1,853	1718647	0,000
	2,407	4202	0,000
	3,087	2486	0,000
	3,233	1657	0,000
	3,480	49	0,000

Totais		1727041	0,000

Teste LDUV

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\LDUV_04.rslt\LDUV_05_010.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Adquirido: 04/07/2023 18:22:45 (GMT -03:00)
Impresso: 05/07/2023 08:06:10 (GMT -03:00)

Qtde Amostra:	1	Multiplicador:	1
ID:	LDUV_05	TAG:	HPL38
Vial:	15	Volume:	10L



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm


Name	Time	Area	Amount
Cafeína	1,860	2284873	0,000
	2,407	5135	0,000
	3,087	1012	0,000
	3,220	2023	0,000
	3,427	123	0,000

Totais		2293166	0,000

Teste LDUV

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\LDUV_04.rslt\LIIN_01_011.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Adquirido: 04/07/2023 18:26:45 (GMT -03:00)
Impresso: 05/07/2023 08:07:56 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1 Multiplicador: 1
ID: LIIN_01 TAG: HPL38
Vial: 9 Volume: 0L



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm


Name	Time	Area	Amount
Cafeína			0,000 BDL
	1,940	115	0,000
	2,200	1136	0,000
	2,493	614	0,000
	2,587	249	0,000

Totais		2114	0,000

Teste LDUV

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\LDUV_04.rslt\LIIN_02_012.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Adquirido: 04/07/2023 18:31:06 (GMT -03:00)
Impresso: 05/07/2023 08:08:41 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1 Multiplicador: 1
ID: LIIN_02 TAG: HPL38
Vial: 9 Volume: 5L



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm


Name	Time	Area	Amount
Cafeína	1,853	567627	0,000
	2,253	927	0,000
	2,393	4394	0,000
	2,573	85	0,000
	2,667	128	0,000

Totais		573161	0,000

Teste LDUV

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\LDUV_04.rslt\LIIN_03_013.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Adquirido: 04/07/2023 18:35:30 (GMT -03:00)
Impresso: 05/07/2023 08:09:40 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1 Multiplicador: 1
ID: LIIN_03 TAG: HPL38
Vial: 9 Volume: 10L



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm


Name	Time	Area	Amount
Cafeína	1,853	1126958	0,000
	2,407	8324	0,000
	2,547	619	0,000

Totais		1135901	0,000

Teste LDUV

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\LDUV_04.rslt\LIIN_04_014.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Adquirido: 04/07/2023 18:39:54 (GMT -03:00)
Impresso: 05/07/2023 08:10:10 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1 Multiplicador: 1
ID: LIIN_04 TAG: HPL38
Vial: 9 Volume: 15L



Channel A


Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Name	Time	Area	Amount
Cafeína	1,867	1710747	0,000
	2,413	12148	0,000
	2,627	956	0,000
Totais		1723851	0,000

Teste LDUV

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\LDUV_04.rslt\LIIN_05_015.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Adquirido: 04/07/2023 18:44:23 (GMT -03:00)
Impresso: 05/07/2023 08:10:40 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1 Multiplicador: 1
ID: LIIN_05 TAG: HPL38
Vial: 9 Volume: 20L




Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Name	Time	Area	Amount
Cafeína	1,873	2281815	0,000
	2,433	18605	0,000
	2,627	1134	0,000
Totais		2301554	0,000

Teste RELB

Arquivo de Dados:	C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\LDUV_04.rslt\RELB_021.dat		
Método:	C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\RELB.met		
Adquirido:	04/07/2023 19:10:30 (GMT -03:00)		
Impresso:	05/07/2023 08:18:55 (GMT -03:00)		
Qtde Amostra:	1	Multiplicador:	1
ID:	RELB	TAG:	HPL38
Vial:	10	Volume:	20µL



175,688

Channel A

Resultados DAD:
Sinal A, 254 nm/Lb:4 nm


Name	Time	Area	Amount	Altura	S/N (ASTM)
Cafeína	1,873	1930708	0,000	175688	19,019076

Totais		1930708	0,000	364070	

Teste GRBO
Teste de Gradiente dos Canais A e B

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL38 (Off-line).20 2023-07-05 10-39-05 (GMT -03-00).rslt\Gradiente AeB_001.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\GRAD AB.met
Adquirido: 05/07/2023 10:04:45 (GMT -03:00)
Impresso: 05/07/2023 10:48:54 (GMT -03:00)

Qtde Amostra:	1	Multiplicador:	1
ID:	Gradiente A/B	TAG:	HPL38 (Off-line)
Vial	2	Volume:	0L



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm


Name	Time	Area	Altura
20	1,920	7660224	**97507**
40	6,140	1853976	**201581**
60	8,907	45752932	**307639**
80	12,273	4446711	**411845**
100	14,960	25246423	**514182**

Totais		84960266	**1532754**

Teste GRBO
Teste de Gradiente dos Canais C e D

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL38.20 2023-07-05 11-11-01 (GMT -03-00).rslt\Gradiente CeD_002.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\GRAD CD.met
Adquirido: 05/07/2023 10:25:15 (GMT -03:00)
Impresso: 05/07/2023 11:17:18 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1 Multiplicador: 1
ID: Gradiente C/D TAG: HPL38
Vial: 2 Volume: 0L



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Name	**Time**	**Area**	Altura
20	1,807	8812559	100460
40	6,053	1632159	204111
60	9,073	2205643	306437
80	11,700	2127982	409317
100	15,160	5750475	513548
	15,220	3286254	513513
	15,400	11639018	513531

Totais		35454090	2560917