
Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies


Sequência Data de Aquisição	05/09/2022 13:39:05 (GMT -03:00)	Injeção Nome Método Aquisição	Qualificação.amx
Sequência Nome	SingleSample	Injeção Adquirido por	admin
Amostra Posição do Injetor	Frontal	Injeção Volume	10,000



Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	/PROJETOS/2022/Qualificação 2022/Results/PCIN.rslt\Branco PCIN 01.dx		
Nome da amostra:	Branco PCIN 01		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	Sistema 03 (TAG: CQ-HP03) HPLC 1260 INFINITY II	**Localização:**	P1-A-2
Data da Injeção:	05/09/2022 14:00:18 (GMT -03:00)	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquisição:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	Cafeína	**Operador de aquisição:**	admin
Última alteração:	05/09/2022 15:06:12 (GMT -03:00)		




Nome	RT [min]	Área

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	/PROJETOS/2022/Qualificação 2022/Results/PCIN.rslt\PCIN 01.dx		
Nome da amostra:	PCIN 01		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	Sistema 03 (TAG: CQ-HP03) HPLC 1260 INFINITY II	**Localização:**	P1-A-3
Data da Injeção:	05/09/2022 14:07:21 (GMT -03:00)	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquisição:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod	**Operador de aquisição:**	admin
Última alteração:	05/09/2022 15:05:59 (GMT -03:00)		




Nome	RT [min]	Área
Cafeína	4,450	769,3977

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	/PROJETOS/2022/Qualificação 2022/Results/PCIN.rslt\PCIN 02.dx		
Nome da amostra:	PCIN 02		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	Sistema 03 (TAG: CQ-HP03) HPLC 1260 INFINITY II	**Localização:**	P1-A-3
Data da Injeção:	05/09/2022 14:14:23 (GMT -03:00)	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquisição:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod	**Operador de aquisição:**	admin
Última alteração:	05/09/2022 15:05:59 (GMT -03:00)		




Nome	RT [min]	Área
Cafeína	4,444	767,5721

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	/PROJETOS/2022/Qualificação 2022/Results/PCIN.rslt\PCIN 03.dx		
Nome da amostra:	PCIN 03		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	Sistema 03 (TAG: CQ-HP03) HPLC 1260 INFINITY II	**Localização:**	P1-A-3
Data da Injeção:	05/09/2022 14:21:24 (GMT -03:00)	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquisição:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod	**Operador de aquisição:**	admin
Última alteração:	05/09/2022 15:05:59 (GMT -03:00)		




Nome	RT [min]	Área
Cafeína	4,453	769,5274

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	/PROJETOS/2022/Qualificação 2022/Results/PCIN.rslt\Branco PCIN 02.dx		
Nome da amostra:	Branco PCIN 02		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	Sistema 03 (TAG: CQ-HP03) HPLC 1260 INFINITY II	**Localização:**	P1-A-2
Data da Injeção:	05/09/2022 14:28:27 (GMT -03:00)	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquisição:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod	**Operador de aquisição:**	admin
Última alteração:	05/09/2022 15:05:59 (GMT -03:00)		




Nome	RT [min]	Área

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	/PROJETOS/2022/Qualificação 2022/Results/PCIN.rslt\PCIN 04.dx		
Nome da amostra:	PCIN 04		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	Sistema 03 (TAG: CQ-HP03) HPLC 1260 INFINITY II	**Localização:**	P1-A-3
Data da Injeção:	05/09/2022 14:35:31 (GMT -03:00)	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquisição:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod	**Operador de aquisição:**	admin
Última alteração:	05/09/2022 15:05:59 (GMT -03:00)		




Nome	RT [min]	Área
Cafeína	4,453	769,1983

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	/PROJETOS/2022/Qualificação 2022/Results/PCIN.rslt\PCIN 05.dx		
Nome da amostra:	PCIN 05		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	Sistema 03 (TAG: CQ-HP03) HPLC 1260 INFINITY II	**Localização:**	P1-A-3
Data da Injeção:	05/09/2022 14:42:33 (GMT -03:00)	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquisição:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod	**Operador de aquisição:**	admin
Última alteração:	05/09/2022 15:05:59 (GMT -03:00)		




Nome	RT [min]	Área
Cafeína	4,456	769,7115

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	/PROJETOS/2022/Qualificação 2022/Results/PCIN.rslt\PCIN 06.dx		
Nome da amostra:	PCIN 06		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	Sistema 03 (TAG: CQ-HP03) HPLC 1260 INFINITY II	**Localização:**	P1-A-3
Data da Injeção:	05/09/2022 14:49:36 (GMT -03:00)	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquisição:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod	**Operador de aquisição:**	admin
Última alteração:	05/09/2022 15:05:59 (GMT -03:00)		




Nome	RT [min]	Área
Cafeína	4,452	760,7935

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	/PROJETOS/2022/Qualificação 2022/Results/PCIN.rslt\Branco PCIN 03.dx		
Nome da amostra:	Branco PCIN 03		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	Sistema 03 (TAG: CQ-HP03) HPLC 1260 INFINITY II	**Localização:**	P1-A-2
Data da Injeção:	05/09/2022 14:56:43 (GMT -03:00)	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquisição:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod	**Operador de aquisição:**	admin
Última alteração:	05/09/2022 15:05:59 (GMT -03:00)		




Nome	RT [min]	Área

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	/PROJETOS/2022/Qualificação 2022/Results/LDUV.rslt\LDUV 01.dx		
Nome da amostra:	LDUV 01		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	Sistema 03 (TAG: CQ-HP03) HPLC 1260 INFINITY II	**Localização:**	P1-A-4
Data da Injeção:	05/09/2022 15:06:11 (GMT -03:00)	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquisição:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod	**Operador de aquisição:**	admin
Última alteração:	05/09/2022 15:05:20 (GMT -03:00)		




Nome	RT [min]	Área

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	/PROJETOS/2022/Qualificação 2022/Results/LDUV.rslt\LDUV 02.dx		
Nome da amostra:	LDUV 02		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	Sistema 03 (TAG: CQ-HP03) HPLC 1260 INFINITY II	**Localização:**	P1-A-5
Data da Injeção:	05/09/2022 15:13:13 (GMT -03:00)	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquisição:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	Cafeína	**Operador de aquisição:**	admin
Última alteração:	05/09/2022 15:06:12 (GMT -03:00)		




Nome	RT [min]	Área
Cafeína	4,444	262,8910

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	/PROJETOS/2022/Qualificação 2022/Results/LDUV.rslt\LDUV 03.dx		
Nome da amostra:	LDUV 03		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	Sistema 03 (TAG: CQ-HP03) HPLC 1260 INFINITY II	**Localização:**	P1-A-6
Data da Injeção:	05/09/2022 15:20:15 (GMT -03:00)	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquisição:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	Cafeína	**Operador de aquisição:**	admin
Última alteração:	05/09/2022 15:06:12 (GMT -03:00)		




Nome	RT [min]	Área
Cafeína	4,455	559,4117

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	/PROJETOS/2022/Qualificação 2022/Results/LDUV.rslt\LDUV 04.dx		
Nome da amostra:	LDUV 04		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	Sistema 03 (TAG: CQ-HP03) HPLC 1260 INFINITY II	**Localização:**	P1-A-7
Data da Injeção:	05/09/2022 15:27:17 (GMT -03:00)	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquisição:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	Cafeína	**Operador de aquisição:**	admin
Última alteração:	05/09/2022 15:06:12 (GMT -03:00)		




Nome	RT [min]	Área
Cafeína	4,452	794,6710

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	/PROJETOS/2022/Qualificação 2022/Results/LDUV.rslt\LDUV 05.dx		
Nome da amostra:	LDUV 05		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	Sistema 03 (TAG: CQ-HP03) HPLC 1260 INFINITY II	**Localização:**	P1-A-8
Data da Injeção:	05/09/2022 15:34:21 (GMT -03:00)	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquisição:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	Cafeína	**Operador de aquisição:**	admin
Última alteração:	05/09/2022 15:06:12 (GMT -03:00)		




Nome	RT [min]	Área
Cafeína	4,453	1080,9211

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	/PROJETOS/2022/Qualificação 2022/Results/LIIN.rslt\LIIN 01.dx		
Nome da amostra:	LIIN 01		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	Sistema 03 (TAG: CQ-HP03) HPLC 1260 INFINITY II	**Localização:**	P1-A-9
Data da Injeção:	05/09/2022 15:53:22 (GMT -03:00)	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquisição:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	
Método de análise:	Cafeína	**Operador de aquisição:**	admin
Última alteração:	06/09/2022 09:10:58 (GMT -03:00)		




Nome	RT [min]	Área
Cafeína	4,426	1,0071

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	/PROJETOS/2022/Qualificação 2022/Results/LIIN.rslt\LIIN 02.dx		
Nome da amostra:	LIIN 02		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	Sistema 03 (TAG: CQ-HP03) HPLC 1260 INFINITY II	**Localização:**	P1-A-9
Data da Injeção:	05/09/2022 16:00:22 (GMT -03:00)	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquisição:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	5,000
Método de análise:	Cafeína	**Operador de aquisição:**	admin
Última alteração:	06/09/2022 09:12:12 (GMT -03:00)		




Nome	RT [min]	Área
Cafeína	4,438	321,0101

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	/PROJETOS/2022/Qualificação 2022/Results/LIIN.rslt\LIIN 03.dx		
Nome da amostra:	LIIN 03		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	Sistema 03 (TAG: CQ-HP03) HPLC 1260 INFINITY II	**Localização:**	P1-A-9
Data da Injeção:	05/09/2022 16:07:24 (GMT -03:00)	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquisição:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	Cafeína	**Operador de aquisição:**	admin
Última alteração:	06/09/2022 09:12:12 (GMT -03:00)		




Nome	RT [min]	Área
Cafeína	4,447	640,2021

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	/PROJETOS/2022/Qualificação 2022/Results/LIIN.rslt\LIIN 04.dx		
Nome da amostra:	LIIN 04		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	Sistema 03 (TAG: CQ-HP03) HPLC 1260 INFINITY II	**Localização:**	P1-A-9
Data da Injeção:	05/09/2022 16:14:28 (GMT -03:00)	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquisição:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	15,000
Método de análise:	Cafeína	**Operador de aquisição:**	admin
Última alteração:	06/09/2022 09:12:12 (GMT -03:00)		




Nome	RT [min]	Área
Cafeína	4,449	960,3103

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	/PROJETOS/2022/Qualificação 2022/Results/LIIN.rslt\LIIN 05.dx		
Nome da amostra:	LIIN 05		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	Sistema 03 (TAG: CQ-HP03) HPLC 1260 INFINITY II	**Localização:**	P1-A-9
Data da Injeção:	05/09/2022 16:21:37 (GMT -03:00)	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquisição:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	20,000
Método de análise:	Cafeína	**Operador de aquisição:**	admin
Última alteração:	06/09/2022 09:12:12 (GMT -03:00)		




Nome	RT [min]	Área
Cafeína	4,454	1266,9101

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	/PROJETOS/2022/Qualificação 2022/Results/GRAD AB 001.sirslt\GRAD AB 001.dx		
Nome da amostra:	GRAD AB		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	Sistema 03 (TAG: CQ-HP03) HPLC 1260 INFINITY II	**Localização:**	P1-A-2
Data da Injeção:	06/09/2022 09:53:58 (GMT -03:00)	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquisição:	Gradiente AB.amx	**Volume de Injeção:**	
Método de análise:	GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod	**Operador de aquisição:**	admin
Última alteração:	06/09/2022 10:16:13 (GMT -03:00)		




Nome	RT [min]	Pico Altura
20%	2,961	51,587
40%	5,947	101,975
60%	8,994	152,067
80%	12,007	201,707
100%	15,298	251,734

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	/PROJETOS/2022/Qualificação 2022/Results/GRAD CD 001.sirslt\GRAD CD 001.dx		
Nome da amostra:	GRAD CD		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	Sistema 03 (TAG: CQ-HP03) HPLC 1260 INFINITY II	**Localização:**	P1-A-2
Data da Injeção:	06/09/2022 10:22:45 (GMT -03:00)	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquisição:	Gradiente CD.amx	**Volume de Injeção:**	
Método de análise:	GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod	**Operador de aquisição:**	admin
Última alteração:	06/09/2022 10:16:13 (GMT -03:00)		



Nome	RT [min]	Pico Altura
20%	2,971	50,476
40%	6,024	100,754
60%	8,957	150,981
80%	11,971	201,116
100%	15,310	251,016