Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies


Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL06\Results\Qualificação 2024\EDUV 001.sirslt\EDUV 001.dx		
Nome da amostra:	EDUV 001		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 06	**Localização:**	P1-A1
Data da Injeção:	2024-07-19 09:58:23-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM
Última alteração:	2024-07-19 10:09:44-03:00		

TR:

1,262

Nome do Composto:

Cafeína




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,262	BB	1,0448	547,0383	125,1869	100,0000	Cafeína
		Soma	547,0383			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL06\Results\Qualificação 2024\RELB 002.sirslt\RELB 002.dx		
Nome da amostra:	RELB 002		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 06	**Localização:**	P1-A8
Data da Injeção:	2024-07-19 10:42:50-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	RELB.amx	**Volume de Injeção:**	20,000
Método de análise:	*Reprocesso Cafeína.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM
Última alteração:	2024-07-19 11:09:23-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=250,4 Ref=360,100

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,265	BB	0,7133	593,6701	137,8305	100,0000	Cafeína
		Soma	593,6701			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL06\Results\Qualificação 2024\RELB 002.sirslt\RELB 002.dx		
Nome da amostra:	RELB 002		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 06	**Localização:**	P1-A8
Data da Injeção:	2024-07-19 10:42:50-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	RELB.amx	**Volume de Injeção:**	20,000
Método de análise:	*Reprocesso Cafeína.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM
Última alteração:	2024-07-19 11:09:23-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=250,4 Ref=360,100

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,265	BB	0,7133	593,6701	137,8305	100,0000	Cafeína
		Soma	593,6701			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL06\Results\Qualificação 2024\RELB 002.sirslt\RELB 002.dx		
Nome da amostra:	RELB 002		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 06	**Localização:**	P1-A8
Data da Injeção:	2024-07-19 10:42:50-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	RELB.amx	**Volume de Injeção:**	20,000
Método de análise:	*Reprocesso Cafeína.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM
Última alteração:	2024-07-19 11:09:23-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=250,4 Ref=360,100

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,265	BB	0,7133	593,6701	137,8305	100,0000	Cafeína
		Soma	593,6701			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies


Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL06\Results\Qualificação 2024\PCIN 001.rslt\Branco PCIN 01.dx		
Nome da amostra:	Branco PCIN 01		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 06	**Localização:**	P1-A2
Data da Injeção:	2024-07-19 11:08:04-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	Reprocesso Cafeína.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM
Última alteração:	2024-07-19 11:09:23-03:00		



Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL06\Results\Qualificação 2024\PCIN 001.rslt\PCIN 01.dx		
Nome da amostra:	PCIN 01		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 06	**Localização:**	P1-A1
Data da Injeção:	2024-07-19 11:11:39-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	Reprocesso Cafeína.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM
Última alteração:	2024-07-19 11:09:23-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,253	BBA	0,9533	824,6246	193,1425	100,0000	Cafeína
		Soma	824,6246			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL06\Results\Qualificação 2024\PCIN 001.rslt\PCIN 02.dx		
Nome da amostra:	PCIN 02		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 06	**Localização:**	P1-A1
Data da Injeção:	2024-07-19 11:15:14-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	Reprocesso Cafeína.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM
Última alteração:	2024-07-19 11:09:23-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,255	BBA	0,9400	822,5619	192,7685	100,0000	Cafeína
		Soma	822,5619			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL06\Results\Qualificação 2024\PCIN 001.rslt\PCIN 03.dx		
Nome da amostra:	PCIN 03		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 06	**Localização:**	P1-A1
Data da Injeção:	2024-07-19 11:18:50-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	Reprocesso Cafeína.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM
Última alteração:	2024-07-19 11:09:23-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,253	BBA	0,9600	823,0783	192,8049	100,0000	Cafeína
		Soma	823,0783			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies


Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL06\Results\Qualificação 2024\PCIN 001.rslt\Branco PCIN 02.dx		
Nome da amostra:	Branco PCIN 02		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 06	**Localização:**	P1-A2
Data da Injeção:	2024-07-19 11:22:23-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	Reprocesso Cafeína.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM
Última alteração:	2024-07-19 11:09:23-03:00		



Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL06\Results\Qualificação 2024\PCIN 001.rslt\PCIN 04.dx		
Nome da amostra:	PCIN 04		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 06	**Localização:**	P1-A1
Data da Injeção:	2024-07-19 11:26:00-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	Reprocesso Cafeína.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM
Última alteração:	2024-07-19 11:09:23-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,254	BBA	0,9667	823,2303	192,9282	100,0000	Cafeína
		Soma	823,2303			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL06\Results\Qualificação 2024\PCIN 001.rslt\PCIN 05.dx		
Nome da amostra:	PCIN 05		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 06	**Localização:**	P1-A1
Data da Injeção:	2024-07-19 11:29:39-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	Reprocesso Cafeína.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM
Última alteração:	2024-07-19 11:09:23-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,255	BBA	0,9733	821,5951	192,0450	100,0000	Cafeína
		Soma	821,5951			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL06\Results\Qualificação 2024\PCIN 001.rslt\PCIN 06.dx		
Nome da amostra:	PCIN 06		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 06	**Localização:**	P1-A1
Data da Injeção:	2024-07-19 11:33:16-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	Reprocesso Cafeína.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM
Última alteração:	2024-07-19 11:09:23-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,259	BBA	0,9667	823,5492	192,5110	100,0000	Cafeína
		Soma	823,5492			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies


Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL06\Results\Qualificação 2024\PCIN 001.rslt\Branco PCIN 03.dx		
Nome da amostra:	Branco PCIN 03		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 06	**Localização:**	P1-A2
Data da Injeção:	2024-07-19 11:36:52-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	Reprocesso Cafeína.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM
Última alteração:	2024-07-19 11:09:23-03:00		



Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies


Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL06\Results\Qualificação 2024\LDUV 001.rslt\LDUV 01.dx		
Nome da amostra:	LDUV 01		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 06	**Localização:**	P1-A2
Data da Injeção:	2024-07-19 11:40:36-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	Reprocesso Cafeína.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM
Última alteração:	2024-07-19 11:09:23-03:00		



Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL06\Results\Qualificação 2024\LDUV 001.rslt\LDUV 02.dx		
Nome da amostra:	LDUV 02		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 06	**Localização:**	P1-A3
Data da Injeção:	2024-07-19 11:44:07-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	Reprocesso Cafeína.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM
Última alteração:	2024-07-19 11:09:23-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,259	BBA	1,0133	258,7700	61,2439	100,0000	Cafeína
		Soma	258,7700			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL06\Results\Qualificação 2024\LDUV 001.rslt\LDUV 03.dx		
Nome da amostra:	LDUV 03		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 06	**Localização:**	P1-A4
Data da Injeção:	2024-07-19 11:47:40-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	Reprocesso Cafeína.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM
Última alteração:	2024-07-19 11:09:23-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,257	BBA	0,9200	532,7918	125,6332	100,0000	Cafeína
		Soma	532,7918			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL06\Results\Qualificação 2024\LDUV 001.rslt\LDUV 04.dx		
Nome da amostra:	LDUV 04		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 06	**Localização:**	P1-A5
Data da Injeção:	2024-07-19 11:51:14-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	Reprocesso Cafeína.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM
Última alteração:	2024-07-19 11:09:23-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,253	BBA	0,9133	787,8746	186,6078	100,0000	Cafeína
		Soma	787,8746			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL06\Results\Qualificação 2024\LDUV 001.rslt\LDUV 05.dx		
Nome da amostra:	LDUV 05		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 06	**Localização:**	P1-A6
Data da Injeção:	2024-07-19 11:54:46-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	Reprocesso Cafeína.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM
Última alteração:	2024-07-19 11:09:23-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,252	BM m	0,0647	1075,1217	257,3867	100,0000	Cafeína
		Soma	1075,1217			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL06\Results\Qualificação 2024\LIIN 001.rslt\LIIN 01.dx		
Nome da amostra:	LIIN 01		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 06	**Localização:**	P1-A7
Data da Injeção:	2024-07-19 11:58:28-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	0,000
Método de análise:	*Reprocesso Cafeína.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM
Última alteração:	2024-07-19 12:20:04-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,241	BB	0,3600	0,4860	0,0978	100,0000	Cafeína
		Soma	0,4860			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL06\Results\Qualificação 2024\LIIN 001.rslt\LIIN 02.dx		
Nome da amostra:	LIIN 02		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 06	**Localização:**	P1-A7
Data da Injeção:	2024-07-19 12:01:54-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	5,000
Método de análise:	*Reprocesso Cafeína.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM
Última alteração:	2024-07-19 12:22:57-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,250	BBA	0,9267	407,8644	95,4807	100,0000	Cafeína
		Soma	407,8644			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL06\Results\Qualificação 2024\LIIN 001.rslt\LIIN 03.dx		
Nome da amostra:	LIIN 03		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 06	**Localização:**	P1-A7
Data da Injeção:	2024-07-19 12:05:27-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*Reprocesso Cafeína.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM
Última alteração:	2024-07-19 12:22:57-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,258	BBA	0,8600	813,3549	191,7908	100,0000	Cafeína
		Soma	813,3549			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL06\Results\Qualificação 2024\LIIN 001.rslt\LIIN 04.dx		
Nome da amostra:	LIIN 04		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 06	**Localização:**	P1-A7
Data da Injeção:	2024-07-19 12:09:01-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	15,000
Método de análise:	*Reprocesso Cafeína.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM
Última alteração:	2024-07-19 12:22:57-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,261	VBA	0,8632	1223,8082	289,5116	100,0000	Cafeína
		Soma	1223,8082			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL06\Results\Qualificação 2024\LIIN 001.rslt\LIIN 05.dx		
Nome da amostra:	LIIN 05		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 06	**Localização:**	P1-A7
Data da Injeção:	2024-07-19 12:12:39-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	20,000
Método de análise:	*Reprocesso Cafeína.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM
Última alteração:	2024-07-19 12:22:57-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,271	VBA	0,8628	1623,6641	378,8949	100,0000	Cafeína
		Soma	1623,6641			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL06\Results\Qualificação 2024\GRAD AB 002.sirslt\GRAD AB 002.dx		
Nome da amostra:	GRAD AB 002		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 06	**Localização:**	P1-A2
Data da Injeção:	2024-07-19 14:29:46-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	GRAD AB.amx	**Volume de Injeção:**	0,000
Método de análise:	*Reprocesso Cafeína.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM
Última alteração:	2024-07-19 14:58:52-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
2,434	MM m	1,5532	26885,2225	208,3842	5,2699	
3,854	MM m	0,2784	3314,7852	198,4623	0,6497	20%
5,182	MM m	2,0288	60781,9136	388,6131	11,9141	
6,980	MM m	0,0396	913,5789	384,5140	0,1791	40%
8,489	MM m	1,8545	89232,9210	571,2276	17,4908	
10,000	MM m	0,3031	12022,2132	567,5140	2,3565	60%
11,175	MM m	2,0209	117421,0639	749,0188	23,0161	
13,005	MM m	0,1903	8528,9622	746,7946	1,6718	80%
15,080	MM m	2,0066	159297,1601	933,6384	31,2244	
16,096	MM m	0,4090	31771,5253	933,6500	6,2276	100%
		Soma	510169,3459			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL06\Results\Qualificação 2024\GRAD CD 002.sirslt\GRAD CD 002.dx		
Nome da amostra:	GRAD CD 002		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 06	**Localização:**	P1-A2
Data da Injeção:	2024-07-19 15:08:20-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	GRAD CD.amx	**Volume de Injeção:**	0,000
Método de análise:	*Reprocesso Cafeína.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM
Última alteração:	2024-07-19 15:34:34-03:00		



Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
3,939	MM m	1,7595	27700,1781	186,8614	5,5181	20%
6,838	MM m	1,8584	58231,6815	373,2005	11,6001	
6,934	MM m	0,1002	2241,6303	373,0161	0,4465	40%
8,505	MM m	1,9595	92412,6375	558,1895	18,4092	
10,076	MM m	0,1766	7186,3080	556,7205	1,4316	60%
12,758	MM m	1,8380	114590,1766	740,2481	22,8271	
12,874	MM m	0,2738	12159,0341	740,1125	2,4222	80%
16,227	MM m	2,9905	167304,2409	932,4060	33,3281	100%
16,295	MM m	0,3604	20165,5839	932,4549	4,0171	
		Soma	501991,4707			