

MicroLab
MicroLab
Usuário Admin
Posi Leitura
Método Estabilidade
Tipo Atual do Instrum Cary 630
Tecnologia Atual de Amos Diamond ATR 1-salto
Status do Diagnóstico
Energia 23582
Bateria AC energia
Fonte 1,862 / 2,702
Laser 5965
Ajuste de Gan
Temperaturas (°C)
Detector: 40,015
CPU: 43,375
Placa IR: 47,377
Energia 43,375
Bloquear 38,875
Informação da versão
Versão 5.4.1939.0
Versão DLL 5.4.147.0
Firmware versão 1.96.00.0
Número de série do instrumento
US12371321
Reiniciar a validade da limpeza fará com que o próxima corrida de limpeza seja armazenada como referência de "boa" operação.
Reiniciar validade da limpeza
Para métodos que não exigem um novo fundo em cada amostra, o 'Reiniciar
Reiniciar validade do fundo
Novo sinal de fundo será coletado antes da próxima amostra
Configuração do formato de data e horário (para geração de DataHorário nos nomes dos arquivos) :
Configurações locais do sistem
Início
< Voltar
Agilent Technologies