ANEXO DE CALIBRAÇÃO DO VOLUME DA BURETA

Referente ao Certificado Nº **332/24**

Resultados obtidos no teste de exatidão e precisão do volume das buretas

Determinação da densidade do titulante

Titulante utilizado:	**Solução de Karl Fischer**
Volume da Bureta (mL):	10

Volume do balão volumétrico (mL)	Peso inicial (g)	Peso final (g)	Diferença (g)	Densidade (g/mL)
10	**15.4630**	**26.8440**	**11.3810**	**1.1381**

Exatidão dos volumes da bureta

Volume (mL)		Peso (g)			Volume real (mL)	Exatidão (%)
Esperado	Registrado	Inicial	Final	Diferença		
1	1.000	51.4310	52.5470	1.1160	0.9806	**98.06**
2	2.000	52.5470	54.7920	2.2450	1.9726	**98.63**
3	3.000	54.7920	58.1860	3.3940	2.9822	**99.41**
4	4.000	58.1860	62.6520	4.4660	3.9241	**98.10**
5	5.000	62.6520	68.2450	5.5930	4.9143	**98.29**
6	6.000	68.2450	75.0940	6.8490	6.0179	**100.30**
7	7.000	75.0940	83.0970	8.0030	7.0319	**100.46**
8	8.000	83.0970	92.2230	9.1260	8.0186	**100.23**
9	9.000	92.2230	102.4930	10.2700	9.0238	**100.26**
10	10.000	102.4930	113.9000	11.4070	10.0228	**100.23**

Resultado da Qualificação:	**APROVADO**

Aprovação

Rua Ema Gazzi Magnusson, 138 - Comercial Vitória Martini - Indaiatuba / SP - CEP:13347-630

Site: www.qpack.com.br - Fone: 55 (19) 26601110

E-mail: qpack@qpack.com.br