
Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	EDUV2023-08-07 16-49-30-03-00.dx		
Nome da Sequência:	SingleSample	**Nome do Projeto:**	Agilent
Nome da amostra:	EDUV	**Operador:**	SYSTEM (SYSTEM)
Instrumento:	HPLC DAD 02	**Data da injeção:**	2023-08-07 16:50:30-03:00
Volume de inj.:	10,000 µL	**Localização:**	p1-a1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*3D UV Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
3,536	BB	1,14	326,37	56,82	100,00	Cafeína
		Soma	**326,37**			

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	RELB2023-08-07 16-57-57-03-00.dx		
Nome da Sequência:	SingleSample	**Nome do Projeto:**	Agilent
Nome da amostra:	RELB	**Operador:**	SYSTEM (SYSTEM)
Instrumento:	HPLC DAD 02	**Data da injeção:**	2023-08-07 16:58:54-03:00
Volume de inj.:	20,000 µL	**Localização:**	p1-a2
Método de aquis.:	RELB.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=250,4 Ref=360,100

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
3,561	BB	1,33	702,19	124,55	100,00	Cafeína
		Soma	**702,19**			

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	RELB2023-08-07 16-57-57-03-00.dx		
Nome da Sequência:	SingleSample	**Nome do Projeto:**	Agilent
Nome da amostra:	RELB	**Operador:**	SYSTEM (SYSTEM)
Instrumento:	HPLC DAD 02	**Data da injeção:**	2023-08-07 16:58:54-03:00
Volume de inj.:	20,000 µL	**Localização:**	p1-a2
Método de aquis.:	RELB.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=250,4 Ref=360,100

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
3,561	BB	1,33	702,19	124,55	100,00	Cafeína
		Soma	**702,19**			

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	RELB2023-08-07 16-57-57-03-00.dx		
Nome da Sequência:	SingleSample	**Nome do Projeto:**	Agilent
Nome da amostra:	RELB	**Operador:**	SYSTEM (SYSTEM)
Instrumento:	HPLC DAD 02	**Data da injeção:**	2023-08-07 16:58:54-03:00
Volume de inj.:	20,000 µL	**Localização:**	p1-a2
Método de aquis.:	RELB.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=250,4 Ref=360,100

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
3,561	BB	1,33	702,19	124,55	100,00	Cafeína
		Soma	**702,19**			

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	2023-08-07 17-19-01-03-00-01.dx		
Nome da Sequência:	PCIN 001	**Nome do Projeto:**	Agilent
Nome da amostra:	Branco PCIN 01	**Operador:**	SYSTEM (SYSTEM)
Instrumento:	HPLC DAD 02	**Data da injeção:**	2023-08-07 17:19:55-03:00
Volume de inj.:	10,000 µL	**Localização:**	P1-A3
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
3,576	BB	0,32	4,34	0,79	100,00	Cafeína
		Soma	**4,34**			

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	2023-08-07 17-24-59-03-00-02.dx		
Nome da Sequência:	PCIN 001	**Nome do Projeto:**	Agilent
Nome da amostra:	PCIN 01	**Operador:**	SYSTEM (SYSTEM)
Instrumento:	HPLC DAD 02	**Data da injeção:**	2023-08-07 17:25:48-03:00
Volume de inj.:	10,000 µL	**Localização:**	P1-A4
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
3,586	BB	1,19	825,99	144,03	100,00	Cafeína
		Soma	**825,99**			

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	2023-08-07 17-30-52-03-00-03.dx		
Nome da Sequência:	PCIN 001	**Nome do Projeto:**	Agilent
Nome da amostra:	PCIN 02	**Operador:**	SYSTEM (SYSTEM)
Instrumento:	HPLC DAD 02	**Data da injeção:**	2023-08-07 17:31:40-03:00
Volume de inj.:	10,000 µL	**Localização:**	P1-A4
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
3,575	BB	1,05	823,97	144,26	100,00	Cafeína
		Soma	**823,97**			

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	2023-08-07 17-36-45-03-00-04.dx		
Nome da Sequência:	PCIN 001	**Nome do Projeto:**	Agilent
Nome da amostra:	PCIN 03	**Operador:**	SYSTEM (SYSTEM)
Instrumento:	HPLC DAD 02	**Data da injeção:**	2023-08-07 17:37:33-03:00
Volume de inj.:	10,000 µL	**Localização:**	P1-A4
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
3,588	BB	1,08	827,86	143,83	100,00	Cafeína
		Soma	**827,86**			

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	2023-08-07 17-42-37-03-00-05.dx		
Nome da Sequência:	PCIN 001	**Nome do Projeto:**	Agilent
Nome da amostra:	Branco PCIN 02	**Operador:**	SYSTEM (SYSTEM)
Instrumento:	HPLC DAD 02	**Data da injeção:**	2023-08-07 17:43:26-03:00
Volume de inj.:	10,000 µL	**Localização:**	P1-A3
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
3,575	BB	0,30	4,29	0,78	100,00	Cafeína
		Soma	**4,29**			

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	2023-08-07 17-48-30-03-00-06.dx		
Nome da Sequência:	PCIN 001	**Nome do Projeto:**	Agilent
Nome da amostra:	PCIN 04	**Operador:**	SYSTEM (SYSTEM)
Instrumento:	HPLC DAD 02	**Data da injeção:**	2023-08-07 17:49:18-03:00
Volume de inj.:	10,000 µL	**Localização:**	P1-A4
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
3,585	BB	1,07	824,37	143,91	100,00	Cafeína
		Soma	**824,37**			

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	2023-08-07 17-54-22-03-00-07.dx		
Nome da Sequência:	PCIN 001	**Nome do Projeto:**	Agilent
Nome da amostra:	PCIN 05	**Operador:**	SYSTEM (SYSTEM)
Instrumento:	HPLC DAD 02	**Data da injeção:**	2023-08-07 17:55:11-03:00
Volume de inj.:	10,000 µL	**Localização:**	P1-A4
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
3,574	BB	1,08	824,79	143,14	100,00	Cafeína
		Soma	**824,79**			

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	2023-08-07 18-00-15-03-00-08.dx		
Nome da Sequência:	PCIN 001	**Nome do Projeto:**	Agilent
Nome da amostra:	PCIN 06	**Operador:**	SYSTEM (SYSTEM)
Instrumento:	HPLC DAD 02	**Data da injeção:**	2023-08-07 18:01:03-03:00
Volume de inj.:	10,000 µL	**Localização:**	P1-A4
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
3,595	BB	1,17	825,97	142,89	100,00	Cafeína
		Soma	**825,97**			

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	2023-08-07 18-06-07-03-00-09.dx		
Nome da Sequência:	PCIN 001	**Nome do Projeto:**	Agilent
Nome da amostra:	Branco PCIN 03	**Operador:**	SYSTEM (SYSTEM)
Instrumento:	HPLC DAD 02	**Data da injeção:**	2023-08-07 18:06:57-03:00
Volume de inj.:	10,000 µL	**Localização:**	P1-A3
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
3,587	BB	0,29	4,24	0,76	100,00	Cafeína
		Soma	**4,24**			

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	2023-08-08 09-37-53-03-00-01.dx		
Nome da Sequência:	LDUV 002	**Nome do Projeto:**	Agilent
Nome da amostra:	LDUV 01	**Operador:**	SYSTEM (SYSTEM)
Instrumento:	HPLC DAD 02	**Data da injeção:**	2023-08-08 09:38:42-03:00
Volume de inj.:	10,000 µL	**Localização:**	P1-A5
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
3,588	BB	0,41	6,90	1,17	100,00	Cafeína
		Soma	**6,90**			

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	2023-08-08 09-43-15-03-00-02.dx		
Nome da Sequência:	LDUV 002	**Nome do Projeto:**	Agilent
Nome da amostra:	LDUV 02	**Operador:**	SYSTEM (SYSTEM)
Instrumento:	HPLC DAD 02	**Data da injeção:**	2023-08-08 09:44:03-03:00
Volume de inj.:	10,000 µL	**Localização:**	P1-A6
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
3,574	BB	0,98	295,31	49,62	100,00	Cafeína
		Soma	**295,31**			

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	2023-08-08 09-48-37-03-00-03.dx		
Nome da Sequência:	LDUV 002	**Nome do Projeto:**	Agilent
Nome da amostra:	LDUV 03	**Operador:**	SYSTEM (SYSTEM)
Instrumento:	HPLC DAD 02	**Data da injeção:**	2023-08-08 09:49:26-03:00
Volume de inj.:	10,000 µL	**Localização:**	P1-A7
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
3,591	BB	0,95	564,06	95,77	100,00	Cafeína
		Soma	**564,06**			

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	2023-08-08 09-53-59-03-00-04.dx		
Nome da Sequência:	LDUV 002	**Nome do Projeto:**	Agilent
Nome da amostra:	LDUV 04	**Operador:**	SYSTEM (SYSTEM)
Instrumento:	HPLC DAD 02	**Data da injeção:**	2023-08-08 09:54:48-03:00
Volume de inj.:	10,000 µL	**Localização:**	P1-A8
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
3,571	BB	1,00	822,04	139,84	100,00	Cafeína
		Soma	**822,04**			

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	2023-08-08 09-59-22-03-00-05.dx		
Nome da Sequência:	LDUV 002	**Nome do Projeto:**	Agilent
Nome da amostra:	LDUV 05	**Operador:**	SYSTEM (SYSTEM)
Instrumento:	HPLC DAD 02	**Data da injeção:**	2023-08-08 10:00:11-03:00
Volume de inj.:	10,000 µL	**Localização:**	P1-A9
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
3,567	BB	1,11	1065,41	180,96	100,00	Cafeína
		Soma	**1065,41**			

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	2023-08-08 10-11-15-03-00-01.dx		
Nome da Sequência:	LIIN 001	**Nome do Projeto:**	Agilent
Nome da amostra:	LIIN 01	**Operador:**	SYSTEM (SYSTEM)
Instrumento:	HPLC DAD 02	**Data da injeção:**	2023-08-08 10:12:02-03:00
Volume de inj.:	0,100 µL	**Localização:**	P1-A10
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
3,544	BB	0,70	6,36	0,96	100,00	Cafeína
		Soma	**6,36**			

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	2023-08-08 10-16-36-03-00-02.dx		
Nome da Sequência:	LIIN 001	**Nome do Projeto:**	Agilent
Nome da amostra:	LIIN 02	**Operador:**	SYSTEM (SYSTEM)
Instrumento:	HPLC DAD 02	**Data da injeção:**	2023-08-08 10:17:21-03:00
Volume de inj.:	5,000 µL	**Localização:**	P1-A10
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
3,557	BB	0,83	277,32	46,75	100,00	Cafeína
		Soma	**277,32**			

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	2023-08-08 10-21-55-03-00-03.dx		
Nome da Sequência:	LIIN 001	**Nome do Projeto:**	Agilent
Nome da amostra:	LIIN 03	**Operador:**	SYSTEM (SYSTEM)
Instrumento:	HPLC DAD 02	**Data da injeção:**	2023-08-08 10:22:44-03:00
Volume de inj.:	10,000 µL	**Localização:**	P1-A10
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
3,570	BBA	1,21	553,66	92,94	100,00	Cafeína
		Soma	**553,66**			

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	2023-08-08 10-27-18-03-00-04.dx		
Nome da Sequência:	LIIN 001	**Nome do Projeto:**	Agilent
Nome da amostra:	LIIN 04	**Operador:**	SYSTEM (SYSTEM)
Instrumento:	HPLC DAD 02	**Data da injeção:**	2023-08-08 10:28:09-03:00
Volume de inj.:	15,000 µL	**Localização:**	P1-A10
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
3,570	BB	1,03	827,15	141,49	100,00	Cafeína
		Soma	**827,15**			

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	2023-08-08 10-32-44-03-00-05.dx		
Nome da Sequência:	LIIN 001	**Nome do Projeto:**	Agilent
Nome da amostra:	LIIN 05	**Operador:**	SYSTEM (SYSTEM)
Instrumento:	HPLC DAD 02	**Data da injeção:**	2023-08-08 10:33:38-03:00
Volume de inj.:	20,000 µL	**Localização:**	P1-A10
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
3,579	BBA	1,14	1104,33	189,28	100,00	Cafeína
		Soma	**1104,33**			

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	GRAD AB2023-08-08 11-27-27-03-00.dx		
Nome da Sequência:	SingleSample	**Nome do Projeto:**	Agilent
Nome da amostra:	GRAD AB	**Operador:**	SYSTEM (SYSTEM)
Instrumento:	HPLC DAD 02	**Data da injeção:**	2023-08-08 11:28:12-03:00
Volume de inj.:	0,000 µL	**Localização:**	p1-a3
Método de aquis.:	GRAD AB.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Integração Manual		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
2,732	MM m	2,73	6599,45	48,38	5,12	20%
5,638	MM m	3,08	15664,89	95,83	12,16	40%
8,972	MM m	3,01	24069,47	143,80	18,69	60%
11,355	MM m	3,01	32738,62	191,50	25,42	
12,028	MM m	0,20	2279,21	191,48	1,77	80%
15,318	MM m	5,66	47452,57	236,22	36,84	100%
		Soma	**128804,21**			

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	GRAD CD2023-08-08 12-17-29-03-00.dx		
Nome da Sequência:	SingleSample	**Nome do Projeto:**	Agilent
Nome da amostra:	GRAD CD	**Operador:**	SYSTEM (SYSTEM)
Instrumento:	HPLC DAD 02	**Data da injeção:**	2023-08-08 12:18:13-03:00
Volume de inj.:	0,000 µL	**Localização:**	p1-a3
Método de aquis.:	GRAD CD.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Integração Manual		



Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
2,804	MM m	2,99	7023,57	47,42	5,49	20%
6,101	MM m	3,02	15686,32	94,93	12,26	40%
8,648	MM m	2,91	23451,58	142,44	18,34	60%
11,985	MM m	3,29	35747,48	189,90	27,95	80%
15,318	MM m	5,68	45990,40	235,71	35,96	100%
		Soma	**127899,35**			