QPack Soluções Analíticas Ltda.
Rua Ema Gazzi Magnusson, 138 - Comercial Vitória Martini
13347-630 - Indaiatuba - SP
www.qpack.com.br - Fone (19) 2660-1110

ORDEM DE SERVIÇO

362/22

Data do chamado: 14/09/2022	**Atendente:** JAQUELINE	**Vendedor:** ODAIR LIORCI
Cliente: FUND UNIV FED PARANA DESENV DA CIENCIA, TEC E CULTURA	**Bairro:** JARDIM DAS AMÉRICAS	**Fone:** (41) 3360-7468
Endereço: CENTRO POLITÉCNICO-BIOQUÍMICA E BIOLOGIA MOLECULAR, 19046 - BP	**CEP:** 81531-990	**Cidade/UF:** CURITIBA/PR
Contato: ELIVALDO SAPUCAIA DA SILVA JUNIOR	**Depto.:** ENGENHARIA QUÍMICA	**Cargo:** DOUTORANDO

Equipamento: *Bomba Eldex*		**ID/TAG:** *N/A*	
Módulo: *Bomba 5979 2HM*	**N/S:** *27574*	**Módulo:** *N/A*	**N/S:** *N/A*

Especificações do Serviço:

Tipo: *Avulso.*

Serviço: *Manut. Preventiva, Manut. Corretiva e Calibração.*

Histórico relatado pelo cliente:

A bomba não está bombeando o fluxo correspondente ao display.

Diagnóstico detectado:

Cartucho da check valve de entrada danificado.

Serviços efetuados:

Foi realizado a manutenção preventiva e manutenção corretiva com troca do cartucho da check valve de entrada por um cartucho novo (fornecido pelo cliente), limpeza interna e externa e lubrificação das partes mecânicas. Foi verificado toda a parte mecânica e eletrônica e realizado os ajustes necessários para calibrar o fluxo. Após a manutenção, foram realizados os teste de funcionamento e de performance.

EQUIPAMENTO LIBERADO PARA O USO: SIM

Tempo gasto na Execução do Serviço:

Data	Início	Término	Total Horas de Serviço	Total de deslocamento	Data	Início	Término	Total Horas de Serviço	Total de deslocamento
16/09/22	*10:30*	*17:00*	*05:30*	*00:00*	*19/09/22*	*08:00*	*12:00*	*04:00*	*N/A*

Confirmo a execução dos serviços acima.

Nome técnico responsável:	Assinatura técnico responsável:	Data:
Rodolfo Costa / Danilo Melo		*19/09/2022*