

Certificado N°: 366/22

- **Calibração:**


TOC2100 GEHAKA
Numero Serie ...= 21040912001005
Versao Firmware = 2.00.004
27/09/22 13:12:55

Condut. uS/cm	Temp. 'C	TOC ppb
0.959	25.3	84
0.972	25.5	92
0.978	25.8	88

Estatistica
Nr. Amostras= 3
TOC Minimo = 84 ppb
TOC Maximo = 92 ppb
Amplitude = 8 ppb
Desv. Padrao= 4.1 ppb
DP Relativo = 4.6 %
TOC Medio = 88.4 ppb
Assinatura



TOC2100 GEHAKA
Numero Serie ...= 21040912001005
Versao Firmware = 2.00.004
27/09/22 14:52:07

Condut. uS/cm	Temp. 'C	TOC ppb
1.542	26.6	602
1.547	26.8	627
1.553	26.8	638

Estatistica
Nr. Amostras= 3
TOC Minimo = 602 ppb
TOC Maximo = 638 ppb
Amplitude = 36 ppb
Desv. Padrao= 18.5 ppb
DP Relativo = 3.0 %
TOC Medio = 622.1 ppb
Assinatura



TOC2100 GEHAKA
Numero Serie ...= 21040912001005
Versao Firmware = 2.00.004
27/09/22 15:05:48
Padrao .....: 500 ppb
Resposta ...: 534 ppb
Fator de Cal: 0.935 []
Assinatura

- **System Suitability:**


TOC2100 GEHAKA
Numero Serie ...= 21040912001005
Versao Firmware = 2.00.004
27/09/22 15:08:32


Condut. uS/cm	Temp. 'C	TOC ppb
1.062	26.4	90
1.059	26.3	87
1.064	26.5	91

Estatistica
Nr. Amostras= 3
TOC Minimo = 87 ppb
TOC Maximo = 91 ppb
Amplitude = 4 ppb
Desv. Padrao= 1.9 ppb
DP Relativo = 2.1 %
TOC Medio = 89.4 ppb
Assinatura


TOC2100 GEHAKA
Numero Serie ...= 21040912001005
Versao Firmware = 2.00.004
27/09/22 15:32:38

Condut. uS/cm	Temp. 'C	TOC ppb
1.507	26.7	540
1.505	26.9	545
1.512	27.0	545


Estatistica
Nr. Amostras= 3
TOC Minimo = 540 ppb
TOC Maximo = 545 ppb
Amplitude = 6 ppb
Desv. Padrao= 3.3 ppb
DP Relativo = 0.6 %
TOC Medio = 543.5 ppb
Assinatura


TOC2100 GEHAKA
Numero Serie ...= 21040912001005
Versao Firmware = 2.00.004
27/09/22 16:40:07

Condut. uS/cm	Temp. 'C	TOC ppb
1.668	26.9	493
1.674	27.1	505
1.675	27.3	520


Estatistica
Nr. Amostras= 3
TOC Minimo = 493 ppb
TOC Maximo = 520 ppb
Amplitude = 28 ppb
Desv. Padrao= 13.8 ppb
DP Relativo = 2.7 %
TOC Medio = 506.0 ppb
Assinatura

- **Condutividade e Temperatura:**


TOC2100 GEHAKA
Numero Serie ...= 21040912001005
Versao Firmware = 2.00.004
27/09/22 17:03:12

Condut. uS/cm	Temp. 'C	TOC ppb
9.997	26.8	28
9.997	27.0	42
9.997	27.1	47

Estatistica
Nr. Amostras= 3
TOC Minimo = 28 ppb
TOC Maximo = 47 ppb
Amplitude = 18 ppb
Desv. Padrao= 9.5 ppb
DP Relativo = 24.5 %
TOC Medio = 39.0 ppb
Assinatura


TOC2100 GEHAKA
Numero Serie ...= 21040912001005
Versao Firmware = 2.00.004
27/09/22 17:24:31

Condut. uS/cm	Temp. 'C	TOC ppb
1.181	27.0	335
1.183	27.1	340
1.186	27.0	363

Estatistica
Nr. Amostras= 3
TOC Minimo = 335 ppb
TOC Maximo = 363 ppb
Amplitude = 28 ppb
Desv. Padrao= 15.1 ppb
DP Relativo = 4.4 %
TOC Medio = 346.1 ppb
Assinatura

QPack Soluções Analíticas Ltda.
Rua Ema Gazzi Magnusson, 138 – Comercial Vitoria Martini – Indaiatuba – SP – CEP: 13347-630
Site: www.qpack.com.br - Fone: 55 (19) 2660-1110
E-mail: qpack@qpack.com.br