
Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies


Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\Qualificação 2024\EDUV\EDUV002.sirslt\EDUV002.dx		
Nome da amostra:	EDUV		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.001-A	**Localização:**	P1-A1
Data da Injeção:	2024-08-30 14:48:09-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2023-08-31 13:38:34-03:00		



Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies


Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\Qualificação 2024\EDUV\EDUV - Est001.sirslt\EDUV - Est001.dx		
Nome da amostra:	EDUV - Est		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.001-A	**Localização:**	P1-A1
Data da Injeção:	2024-08-30 14:40:07-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	EDUV.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2023-08-31 13:38:34-03:00		



Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies


Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\Qualificação 2024\PCIN\PLC.001-A-2024-08-30 14-55-54-03-00.rslt\Branco 1.dx		
Nome da amostra:	Branco 1		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.001-A	**Localização:**	P1-A1
Data da Injeção:	2024-08-30 14:57:02-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2024-08-30 15:37:30-03:00		



Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\Qualificação 2024\PCIN\PLC.001-A-2024-08-30 14-55-54-03-00.rslt\PCIN 1.dx
Nome da amostra:	PCIN 1
Descrição:	
Quantidade de amostra:	0,000
Tipo de Amostra:	Amostra
Instrumento:	PLC.001-A
Localização:	P1-A2
Data da Injeção:	2024-08-30 15:01:02-03:00
Injeção:	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx
Volume de Injeção:	10,000
Método de análise:	*Qualificação.pmx
Operador de aquis.:	QPackSA
Última alteração:	2024-08-30 15:37:30-03:00




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Pico Ruído	Pico Sinal Ruído
1,630	8222,6333	1151,7442	Cafeína		
Soma	8222,6333				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\Qualificação 2024\PCIN\PLC.001-A-2024-08-30 14-55-54-03-00.rslt\PCIN 2.dx
Nome da amostra:	PCIN 2
Descrição:	
Quantidade de amostra:	0,000
Tipo de Amostra:	Amostra
Instrumento:	PLC.001-A
Localização:	P1-A2
Data da Injeção:	2024-08-30 15:05:01-03:00
Injeção:	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx
Volume de Injeção:	10,000
Método de análise:	*Qualificação.pmx
Operador de aquis.:	QPackSA
Última alteração:	2024-08-30 15:37:30-03:00




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Pico Ruído	Pico Sinal Ruído
1,630	8223,1184	1151,5635	Cafeína		
Soma	8223,1184				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\Qualificação 2024\PCIN\PLC.001-A-2024-08-30 14-55-54-03-00.rslt\PCIN 3.dx		
Nome da amostra:	PCIN 3		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.001-A	**Localização:**	P1-A2
Data da Injeção:	2024-08-30 15:09:01-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2024-08-30 15:37:30-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Pico Ruído	Pico Sinal Ruído
1,631	8227,1387	1155,7397	Cafeína		
Soma	8227,1387				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies


Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\Qualificação 2024\PCIN\PLC.001-A-2024-08-30 14-55-54-03-00.rslt\Branco 2.dx		
Nome da amostra:	Branco 2		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.001-A	**Localização:**	P1-A1
Data da Injeção:	2024-08-30 15:13:02-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2024-08-30 15:37:30-03:00		



Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\Qualificação 2024\PCIN\PLC.001-A-2024-08-30 14-55-54-03-00.rslt\PCIN 4.dx		
Nome da amostra:	PCIN 4		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.001-A	**Localização:**	P1-A2
Data da Injeção:	2024-08-30 15:17:01-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2024-08-30 15:37:30-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Pico Ruído	Pico Sinal Ruído
1,627	8230,9047	1158,8770	Cafeína		
Soma	8230,9047				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\Qualificação 2024\PCIN\PLC.001-A-2024-08-30 14-55-54-03-00.rslt\PCIN 5.dx
Nome da amostra:	PCIN 5
Descrição:	
Quantidade de amostra:	0,000
Tipo de Amostra:	Amostra
Instrumento:	PLC.001-A
Localização:	P1-A2
Data da Injeção:	2024-08-30 15:21:00-03:00
Injeção:	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx
Volume de Injeção:	10,000
Método de análise:	*Qualificação.pmx
Operador de aquis.:	QPackSA
Última alteração:	2024-08-30 15:37:30-03:00




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Pico Ruído	Pico Sinal Ruído
1,620	8233,7299	1169,4166	Cafeína		
Soma	8233,7299				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\Qualificação 2024\PCIN\PLC.001-A-2024-08-30 14-55-54-03-00.rslt\PCIN 6.dx		
Nome da amostra:	PCIN 6		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.001-A	**Localização:**	P1-A2
Data da Injeção:	2024-08-30 15:24:59-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2024-08-30 15:37:30-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Pico Ruído	Pico Sinal Ruído
1,621	8227,0726	1163,8096	Cafeína		
Soma	8227,0726				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies


Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\Qualificação 2024\PCIN\PLC.001-A-2024-08-30 14-55-54-03-00.rslt\Branco 3.dx		
Nome da amostra:	Branco 3		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.001-A	**Localização:**	P1-A1
Data da Injeção:	2024-08-30 15:28:59-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2024-08-30 15:37:30-03:00		



Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\Qualificação 2024\LDUV\PLC.001-A-2024-08-30 15-36-07-03-00.rslt\LDUV 1.dx
Nome da amostra:	LDUV 1
Descrição:	
Quantidade de amostra:	0,000
Tipo de Amostra:	Amostra
Instrumento:	PLC.001-A
Localização:	P1-A1
Data da Injeção:	2024-08-30 15:37:15-03:00
Injeção:	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx
Volume de Injeção:	10,000
Método de análise:	*Qualificação.pmx
Operador de aquis.:	QPackSA
Última alteração:	2024-08-30 15:59:00-03:00




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Pico Ruído	Pico Sinal Ruído
1,626	272,5397	38,8181	Cafeína		
Soma	272,5397				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\Qualificação 2024\LDUV\PLC.001-A-2024-08-30 15-36-07-03-00.rslt\LDUV 2.dx
Nome da amostra:	LDUV 2
Descrição:	
Quantidade de amostra:	0,000
Tipo de Amostra:	Amostra
Instrumento:	PLC.001-A
Localização:	P1-A2
Data da Injeção:	2024-08-30 15:41:15-03:00
Injeção:	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx
Volume de Injeção:	10,000
Método de análise:	*Qualificação.pmx
Operador de aquis.:	QPackSA
Última alteração:	2024-08-30 15:59:00-03:00




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Pico Ruído	Pico Sinal Ruído
1,623	1308,1943	186,6906	Cafeína		
Soma	1308,1943				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\Qualificação 2024\LDUV\PLC.001-A-2024-08-30 15-36-07-03-00.rslt\LDUV 3.dx		
Nome da amostra:	LDUV 3		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.001-A	**Localização:**	P1-A3
Data da Injeção:	2024-08-30 15:45:14-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2024-08-30 15:59:00-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Pico Ruído	Pico Sinal Ruído
1,619	2688,4363	382,9958	Cafeína		
Soma	2688,4363				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\Qualificação 2024\LDUV\PLC.001-A-2024-08-30 15-36-07-03-00.rslt\LDUV 4.dx		
Nome da amostra:	LDUV 4		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.001-A	**Localização:**	P1-A4
Data da Injeção:	2024-08-30 15:49:11-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2024-08-30 15:59:00-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Pico Ruído	Pico Sinal Ruído
1,613	5262,5387	752,0413	Cafeína		
Soma	5262,5387				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\Qualificação 2024\LDUV\PLC.001-A-2024-08-30 15-36-07-03-00.rslt\LDUV 5.dx
Nome da amostra:	LDUV 5
Descrição:	
Quantidade de amostra:	0,000
Tipo de Amostra:	Amostra
Instrumento:	PLC.001-A
Localização:	P1-A5
Data da Injeção:	2024-08-30 15:53:10-03:00
Injeção:	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx
Volume de Injeção:	10,000
Método de análise:	*Qualificação.pmx
Operador de aquis.:	QPackSA
Última alteração:	2024-08-30 15:59:00-03:00




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Pico Ruído	Pico Sinal Ruído
1,613	8222,2879	1172,6629	Cafeína		
Soma	8222,2879				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\Qualificação 2024\RELB\RELB001.sirslt\RELB001.dx
Nome da amostra:	RELB
Descrição:	
Quantidade de amostra:	0,000
Tipo de Amostra:	Amostra
Instrumento:	PLC.001-A
Localização:	P1-A1
Data da Injeção:	2024-08-30 15:59:27-03:00
Injeção:	1 de 1
Método de aquis.:	RELB.amx
Volume de Injeção:	20,000
Método de análise:	*Qualificação.pmx
Operador de aquis.:	QPackSA
Última alteração:	2024-08-30 16:21:14-03:00




Sinal: DAD1A,Sig=250,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Pico Ruído	Pico Sinal Ruído
1,630	657,3966	95,3476	Cafeína		
Soma	657,3966				

Certificado Nº: 380/24 - RELB	Início da Qualificação: 30/08/2024	Página 1 de 3

Resultado obtido na altura do pico


	ALTURA DO PICO (mAU)
Resultado:	**95.3476**



Resultado obtido no teste de sinal/ruído

Resultado:	Ruído (mAU)
VALOR MÁXIMO:	**-0.0540**
VALOR MÍNIMO:	**-0.0590**


Ruído
0.0050



Certificado Nº: 380/24 - RELB	Início da Qualificação: 30/08/2024	Página 3 de 3

Resultado obtido no teste estabilidade da linha de base


Estabilidade da Linha de Base	Diferença 20 min	Diferença 60 min
VALOR MÁXIMO:	-0.1850	-0.1050
VALOR MÍNIMO:	-0.1500	
Resultado:	-0.0350	



Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\Qualificação 2024\LIIN\PLC.001-A-2024-08-30 16-05-30-03-00.rslt\LIIN 1.dx
Nome da amostra:	LIIN 1
Descrição:	
Quantidade de amostra:	0,000
Tipo de Amostra:	Amostra
Instrumento:	PLC.001-A
Localização:	P1-A1
Data da Injeção:	2024-08-30 16:20:37-03:00
Injeção:	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx
Volume de Injeção:	5,000
Método de análise:	*Qualificação.pmx
Operador de aquis.:	QPackSA
Última alteração:	2024-08-30 16:43:34-03:00




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Pico Ruído	Pico Sinal Ruído
1,605	403,9160	58,5752	Cafeína		
Soma	403,9160				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\Qualificação 2024\LIIN\PLC.001-A-2024-08-30 16-05-30-03-00.rslt\LIIN 2.dx		
Nome da amostra:	LIIN 2		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.001-A	**Localização:**	P1-A1
Data da Injeção:	2024-08-30 16:24:37-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2024-08-30 16:43:34-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Pico Ruído	Pico Sinal Ruído
1,616	809,1714	118,6975	Cafeína		
Soma	809,1714				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\Qualificação 2024\LIIN\PLC.001-A-2024-08-30 16-05-30-03-00.rslt\LIIN 3.dx		
Nome da amostra:	LIIN 3		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.001-A	**Localização:**	P1-A1
Data da Injeção:	2024-08-30 16:28:40-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	20,000
Método de análise:	*Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2024-08-30 16:43:34-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Pico Ruído	Pico Sinal Ruído
1,631	1614,7015	241,7322	Cafeína		
Soma	1614,7015				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\Qualificação 2024\LIIN\PLC.001-A-2024-08-30 16-05-30-03-00.rslt\LIIN 4.dx
Nome da amostra:	LIIN 4
Descrição:	
Quantidade de amostra:	0,000
Tipo de Amostra:	Amostra
Instrumento:	PLC.001-A
Localização:	P1-A1
Data da Injeção:	2024-08-30 16:32:56-03:00
Injeção:	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx
Volume de Injeção:	50,000
Método de análise:	*Qualificação.pmx
Operador de aquis.:	QPackSA
Última alteração:	2024-08-30 16:43:34-03:00




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Pico Ruído	Pico Sinal Ruído
1,664	4033,3907	621,0175	Cafeína		
Soma	4033,3907				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\Qualificação 2024\LIIN\PLC.001-A-2024-08-30 16-05-30-03-00.rslt\LIIN 5.dx
Nome da amostra:	LIIN 5
Descrição:	
Quantidade de amostra:	0,000
Tipo de Amostra:	Amostra
Instrumento:	PLC.001-A
Localização:	P1-A1
Data da Injeção:	2024-08-30 16:37:37-03:00
Injeção:	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx
Volume de Injeção:	100,000
Método de análise:	*Qualificação.pmx
Operador de aquis.:	QPackSA
Última alteração:	2024-08-30 16:43:34-03:00




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Pico Ruído	Pico Sinal Ruído
1,719	8046,5173	1239,6818	Cafeína		
Soma	8046,5173				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\Qualificação 2024\Grad AB\Grad AB001.sirslt\Grad AB001.dx		
Nome da amostra:	Grad AB		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.001-A	**Localização:**	P1-A1
Data da Injeção:	2024-08-30 17:00:21-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Gradiente AB.amx	**Volume de Injeção:**	0,000
Método de análise:	*Gradiente.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2024-08-30 17:24:09-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Pico Ruído	Pico Sinal Ruído
3,490	12711,6952	81,8767	20 %		
6,185	26540,7544	162,6894	40%		
10,119	41970,5236	242,5778	60 %		
12,746	53232,8126	323,0281	80 %		
16,285	84377,0594	406,8896	100 %		
Soma	218832,8452				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\Qualificação 2024\Grad CD\Grad CD001.sirslt\Grad CD001.dx
Nome da amostra:	Grad CD
Descrição:	
Quantidade de amostra:	0,000
Tipo de Amostra:	Amostra
Instrumento:	PLC.001-A
Localização:	P1-A1
Data da Injeção:	2024-08-30 17:23:36-03:00
Injeção:	1 de 1
Método de aquis.:	Gradiente CD.amx
Volume de Injeção:	0,000
Método de análise:	*Gradiente.pmx
Operador de aquis.:	QPackSA
Última alteração:	2024-08-30 17:45:12-03:00



Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Pico Ruído	Pico Sinal Ruído
4,041	12292,6712	81,9217	20 %		
6,617	26078,5037	163,0295	40 %		
9,612	44125,7250	243,6307	60 %		
12,263	52835,9838	323,3865	80 %		
16,294	83819,5270	406,4584	100 %		
Soma	219152,4107				