
Spectral Scan - 1260 VWD [DEACX21942]

UV Lamp On | Blank Scan


Sample Scan | from 200 | to 300 | step 1 | Export Data



Spectral Scan - 1260 VWD [DEACX21942]

UV Lamp On | Blank Scan


Sample Scan | from 200 | to 300 | step 1 | Export Data



Spectral Scan - 1260 VWD [DEACX21942]


UV Lamp On | Blank Scan

Sample Scan | from 200 | to 300 | step 1 | Export Data



Cromatogramas

Modo de exibição: Separado



Resultados da Injeção


Picos | Resumo

#	Nome	Descrição do sinal	RT (min)	Área (mAU·s)	Altura (mAU)	Tempo inicial (min	Tempo final (min)	Drift	Ruído	S/N
1	Cafeína	VWD1A,Wavelength=250 nm	1,378	721,818	98,547	1,190	1,983	-0,51774	0,0176	5605,27901

Relatório de Injeção Única

Agilent


Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2022\PLC.002-A-2023-08-29 15-53-51-03-00.rslt\RELB 01.dx		
Nome da amostra:	RELB 01		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.002-A	**Localização:**	P1-A5
Data da injeção:	2023-08-29 15:54:51-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	RELB.amx	**Volume de injeção:**	20,000
Método de análise:	*Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2023-08-30 09:16:49-03:00		




Sinal: VWD1A,Wavelength=250 nm

RT [min]	Área	Altura	Nome	Pico Sinal-Ruído	Pico Ruído
1,378	721,8180	98,5473	Cafeína	5605,27901	0,0176
Soma	**721,8180**				

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2022\PLC.002-A-2023-08-29 15-53-51-03-00.rslt\Branco 01.dx		
Nome da amostra:	Branco 01		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.002-A	**Localização:**	P1-A6
Data da injeção:	2023-08-29 16:15:48-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000
Método de análise:	*Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2023-08-30 09:16:49-03:00		




Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2022\PLC.002-A-2023-08-29 15-53-51-03-00.rslt\PCIN 01.dx		
Nome da amostra:	PCIN 01		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.002-A	**Localização:**	P1-A7
Data da injeção:	2023-08-29 16:19:35-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000
Método de análise:	*Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2023-08-30 09:16:49-03:00		



Sinal: VWD1A,Wavelength=273 nm

RT [min]	Área	Altura	Nome	Pico Sinal-Ruído	Pico Ruído
1,366	875,4142	121,6559	Cafeína		
Soma	**875,4142**				


Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2022\PLC.002-A-2023-08-29 15-53-51-03-00.rslt\PCIN 02.dx		
Nome da amostra:	PCIN 02		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.002-A	**Localização:**	P1-A7
Data da injeção:	2023-08-29 16:23:21-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000
Método de análise:	*Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2023-08-30 09:16:49-03:00		



Sinal: VWD1A,Wavelength=273 nm

RT [min]	Área	Altura	Nome	Pico Sinal-Ruído	Pico Ruído
1,366	876,8544	120,6436	Cafeína		
Soma	**876,8544**				

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2022\PLC.002-A-2023-08-29 15-53-51-03-00.rslt\PCIN 03.dx		
Nome da amostra:	PCIN 03		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.002-A	**Localização:**	P1-A7
Data da injeção:	2023-08-29 16:27:08-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000
Método de análise:	*Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2023-08-30 09:16:49-03:00		




Sinal: VWD1A,Wavelength=273 nm

RT [min]	Área	Altura	Nome	Pico Sinal-Ruído	Pico Ruído
1,367	877,1849	119,9278	Cafeína		
Soma	**877,1849**				


Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2022\PLC.002-A-2023-08-29 15-53-51-03-00.rslt\Branco 02.dx		
Nome da amostra:	Branco 02		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.002-A	**Localização:**	P1-A6
Data da injeção:	2023-08-29 16:30:56-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000
Método de análise:	*Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2023-08-30 09:16:49-03:00		




Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2022\PLC.002-A-2023-08-29 15-53-51-03-00.rslt\PCIN 04.dx		
Nome da amostra:	PCIN 04		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.002-A	**Localização:**	P1-A7
Data da injeção:	2023-08-29 16:34:42-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000
Método de análise:	*Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2023-08-30 09:16:49-03:00		



Sinal: VWD1A,Wavelength=273 nm

RT [min]	Área	Altura	Nome	Pico Sinal-Ruído	Pico Ruído
1,367	876,1784	119,8569	Cafeína		
Soma	**876,1784**				


Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2022\PLC.002-A-2023-08-29 15-53-51-03-00.rslt\PCIN 05.dx		
Nome da amostra:	PCIN 05		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.002-A	**Localização:**	P1-A7
Data da injeção:	2023-08-29 16:38:29-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000
Método de análise:	*Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2023-08-30 09:16:49-03:00		



Sinal: VWD1A,Wavelength=273 nm

RT [min]	Área	Altura	Nome	Pico Sinal-Ruído	Pico Ruído
1,367	877,1863	119,3502	Cafeína		
Soma	**877,1863**				


Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2022\PLC.002-A-2023-08-29 15-53-51-03-00.rslt\PCIN 06.dx		
Nome da amostra:	PCIN 06		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.002-A	**Localização:**	P1-A7
Data da injeção:	2023-08-29 16:42:16-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000
Método de análise:	*Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2023-08-30 09:16:49-03:00		




Sinal: VWD1A,Wavelength=273 nm

RT [min]	Área	Altura	Nome	Pico Sinal-Ruído	Pico Ruído
1,367	877,0411	119,0400	Cafeína		
Soma	**877,0411**				


Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2022\PLC.002-A-2023-08-29 15-53-51-03-00.rslt\Branco 03.dx		
Nome da amostra:	Branco 03		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.002-A	**Localização:**	P1-A6
Data da injeção:	2023-08-29 16:46:01-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000
Método de análise:	*Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2023-08-30 09:16:49-03:00		



Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2022\PLC.002-A-2023-08-29 15-53-51-03-00.rslt\LDUV 01.dx		
Nome da amostra:	LDUV 01		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.002-A	**Localização:**	P1-A1
Data da injeção:	2023-08-29 16:49:51-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000
Método de análise:	*Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2023-08-30 09:16:49-03:00		




Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2022\PLC.002-A-2023-08-29 15-53-51-03-00.rslt\LDUV 02.dx		
Nome da amostra:	LDUV 02		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.002-A	**Localização:**	P1-A2
Data da injeção:	2023-08-29 16:53:52-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000
Método de análise:	*Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2023-08-30 09:16:49-03:00		



Sinal: VWD1A,Wavelength=273 nm

RT [min]	Área	Altura	Nome	Pico Sinal-Ruído	Pico Ruído
1,363	251,9242	34,6874	Cafeína		
Soma	**251,9242**				


Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2022\PLC.002-A-2023-08-29 15-53-51-03-00.rslt\LDUV 03.dx		
Nome da amostra:	LDUV 03		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.002-A	**Localização:**	P1-A3
Data da injeção:	2023-08-29 16:57:42-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000
Método de análise:	*Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2023-08-30 09:16:49-03:00		



Sinal: VWD1A,Wavelength=273 nm

RT [min]	Área	Altura	Nome	Pico Sinal-Ruído	Pico Ruído
1,361	553,0361	76,3530	Cafeína		
Soma	**553,0361**				


Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2022\PLC.002-A-2023-08-29 15-53-51-03-00.rslt\LDUV 04.dx		
Nome da amostra:	LDUV 04		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.002-A	**Localização:**	P1-A4
Data da injeção:	2023-08-29 17:01:27-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000
Método de análise:	*Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2023-08-30 09:16:49-03:00		



Sinal: VWD1A,Wavelength=273 nm

RT [min]	Área	Altura	Nome	Pico Sinal-Ruído	Pico Ruído
1,364	793,4061	109,2104	Cafeína		
Soma	**793,4061**				

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2022\PLC.002-A-2023-08-29 15-53-51-03-00.rslt\LDUV 05.dx		
Nome da amostra:	LDUV 05		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.002-A	**Localização:**	P1-A5
Data da injeção:	2023-08-29 17:05:14-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000
Método de análise:	*Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2023-08-30 09:16:49-03:00		




Sinal: VWD1A,Wavelength=273 nm

RT [min]	Área	Altura	Nome	Pico Sinal-Ruído	Pico Ruído
1,359	1086,1807	151,1108	Cafeína		
Soma	**1086,1807**				

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2022\PLC.002-A-2023-08-30 09-11-33-03-00.rslt\LIIN 01.dx		
Nome da amostra:	LIIN 01		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.002-A	**Localização:**	P1-A7
Data da injeção:	2023-08-30 09:12:21-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	0,100
Método de análise:	*Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2023-08-30 09:34:02-03:00		




Sinal: VWD1A,Wavelength=273 nm

RT [min]	Área	Altura	Nome	Pico Sinal-Ruído	Pico Ruído
1,468	25,1494	2,1321	Cafeína		
Soma	**25,1494**				

Relatório de Injeção Única

Agilent


Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2022\PLC.002-A-2023-08-30 09-11-33-03-00.rslt\LIIN 02.dx		
Nome da amostra:	LIIN 02		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.002-A	**Localização:**	P1-A7
Data da injeção:	2023-08-30 09:16:04-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	5,000
Método de análise:	*Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2023-08-30 09:34:02-03:00		



Sinal: VWD1A,Wavelength=273 nm

RT [min]	Área	Altura	Nome	Pico Sinal-Ruído	Pico Ruído
1,274	444,3675	55,8697			
Soma	**444,3675**				


Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2022\PLC.002-A-2023-08-30 09-11-33-03-00.rslt\LIIN 03.dx		
Nome da amostra:	LIIN 03		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.002-A	**Localização:**	P1-A7
Data da injeção:	2023-08-30 09:19:50-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000
Método de análise:	*Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2023-08-30 09:34:02-03:00		



Sinal: VWD1A,Wavelength=273 nm

RT [min]	Área	Altura	Nome	Pico Sinal-Ruído	Pico Ruído
1,354	875,6286	101,4621	Cafeína		
Soma	**875,6286**				

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2022\PLC.002-A-2023-08-30 09-11-33-03-00.rslt\LIIN 04.dx		
Nome da amostra:	LIIN 04		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.002-A	**Localização:**	P1-A7
Data da injeção:	2023-08-30 09:23:38-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	15,000
Método de análise:	*Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2023-08-30 09:34:02-03:00		




Sinal: VWD1A,Wavelength=273 nm

RT [min]	Área	Altura	Nome	Pico Sinal-Ruído	Pico Ruído
1,362	1311,1986	153,7686	Cafeína		
Soma	**1311,1986**				

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2022\PLC.002-A-2023-08-30 09-11-33-03-00.rslt\LIIN 05.dx		
Nome da amostra:	LIIN 05		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.002-A	**Localização:**	P1-A7
Data da injeção:	2023-08-30 09:27:34-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	20,000
Método de análise:	*Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2023-08-30 09:34:02-03:00		




Sinal: VWD1A,Wavelength=273 nm

RT [min]	Área	Altura	Nome	Pico Sinal-Ruído	Pico Ruído
1,371	1746,6362	202,1987	Cafeína		
Soma	**1746,6362**				

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2023\Gradiente AB2023-08-30 10-14-42-03-00.sirslt\Gradiente AB2023-08-30 10-14-42-03-00.dx		
Nome da amostra:	Gradiente AB		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.002-A	**Localização:**	P1-A1
Data da injeção:	2023-08-30 10:15:39-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Gradiente AB.amx	**Volume de injeção:**	0,000
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2023-08-30 10:39:27-03:00		




Sinal: VWD1A,Wavelength=273 nm

RT [min]	Área	Altura	Nome	Pico Sinal-Ruído	Pico Ruído
2,146	9094,9855	54,8156	20%		
6,301	18546,6006	109,6426	40%		
9,261	28813,5483	164,7300	60%		
12,309	38608,9340	219,7133	80%		
15,323	53571,2676	277,2728	100%		
Soma	**148635,3360**				

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2023\Gradiente CD2023-08-30 10-26-30-03-00.sirslt\Gradiente CD2023-08-30 10-26-30-03-00.dx		
Nome da amostra:	Gradiente CD		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.002-A	**Localização:**	P1-A1
Data da injeção:	2023-08-30 10:34:29-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Gradiente CD.amx	**Volume de injeção:**	0,000
Método de análise:	GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2023-08-30 10:39:27-03:00		



Sinal: VWD1A,Wavelength=273 nm

RT [min]	Área	Altura	Nome	Pico Sinal-Ruído	Pico Ruído
3,330	9413,4748	57,8730	20%		
6,362	19610,6545	112,9897	40%		
9,309	28851,7321	167,5081	60%		
12,020	39528,4229	222,8819	80%		
15,290	53404,4462	277,1249	100%		
Soma	**150808,7305**				