

Relatório de Injeção Única

Projeto Nome	QPack		
Instrumento	PLC.004-A		
Sequência Adquirido por	QPackSA		
Data de Aquisição	2023-08-30 11:19:29-03:00		
Nome do Arquivo			
Última Alteração	QPackSA		
Amostra Nome	EDUV	Amostra Número De Injeções	1
Data da Modificação do Método de Aquisição	2023-08-30 11:11:40-03:00		
Injeção Adquirido por	QPackSA	Injeção Data de Aquisição	2023-08-30 11:20:58-03:00
Injeção Volume	10,000 µL	Amostra Número do Vial	P1-A1



Cromatogramas

Modo de exibição: Separado




Resultados da Injeção

Picos | Resumo

#	Nome	Descrição do sinal	RT (min)	Área (mAU·s)	Altura (mAU)	Tempo inicial (min	Tempo final (min)	Drift	Ruído	S/N
1		DAD1A,Sig=250,4 Ref=off	1,678	703,024	114,721	1,320	2,263	0,18363	0,0353	3246,90912

Relatório de Injeção Única

Projeto Nome	QPack		
Instrumento	PLC.004-A		
Sequência Adquirido por	QPackSA		
Data de Aquisição	2023-08-30 11:45:28-03:00		
Nome do Arquivo	/QPack/Results/PLC.004-A-2023-08-30 11-45-25-03-00.rslt/Qualificação.sqx		
Última Alteração	QPackSA		
Amostra Nome	RELB	Amostra Número De Injeções	1
Data da Modificação do Método de Aquisição	2023-08-30 11:40:21-03:00		
Injeção Adquirido por	QPackSA	Injeção Data de Aquisição	2023-08-30 11:46:49-03:00
Injeção Volume	20,000 µL	Amostra Número do Vial	P1-A5




Sinal: DAD1A,Sig=250,4 Ref=off

RT [min]	Nome	Área	Altura	Pico Ruído	Pico Sinal-Ruído
1,678	Cafeína	703,0240	114,721	0,0353	3246,90912
	Soma	**703,0240**			


Relatório de Injeção Única

Projeto Nome	QPack
Instrumento	PLC.004-A
Sequência Adquirido por	QPackSA
Data de Aquisição	2023-08-30 11:45:28-03:00
Nome do Arquivo	/QPack/Results/PLC.004-A-2023-08-30 11-45-25-03-00.rslt/Qualificação.sqx
Última Alteração	QPackSA
Amostra Nome	BRANCO 01 Amostra Número De Injeções 1
Data da Modificação do Método de Aquisição	2023-08-30 11:39:57-03:00
Injeção Adquirido por	QPackSA
Injeção Data de Aquisição	2023-08-30 12:08:15-03:00
Injeção Volume	10,000 µL
Amostra Número do Vial	P1-A6



Relatório de Injeção Única

Projeto Nome	QPack		
Instrumento	PLC.004-A		
Sequência Adquirido por	QPackSA		
Data de Aquisição	2023-08-30 11:45:28-03:00		
Nome do Arquivo	/QPack/Results/PLC.004-A-2023-08-30 11-45-25-03-00.rslt/Qualificação.sqx		
Última Alteração	QPackSA		
Amostra Nome	PCIN 01	Amostra Número De Injeções	1
Data da Modificação do Método de Aquisição	2023-08-30 11:39:57-03:00		
Injeção Adquirido por	QPackSA	Injeção Data de Aquisição	2023-08-30 12:12:23-03:00
Injeção Volume	10,000 µL	Amostra Número do Vial	P1-A7




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Nome	Área	Altura	Pico Ruído	Pico Sinal-Ruído
1,657	Cafeína	840,5355	138,735		
	Soma	**840,5355**			

Relatório de Injeção Única

Projeto Nome	QPack		
Instrumento	PLC.004-A		
Sequência Adquirido por	QPackSA		
Data de Aquisição	2023-08-30 11:45:28-03:00		
Nome do Arquivo	/QPack/Results/PLC.004-A-2023-08-30 11-45-25-03-00.rslt/Qualificação.sqx		
Última Alteração	QPackSA		
Amostra Nome	PCIN 02	Amostra Número De Injeções	1
Data da Modificação do Método de Aquisição	2023-08-30 11:39:57-03:00		
Injeção Adquirido por	QPackSA	Injeção Data de Aquisição	2023-08-30 12:16:30-03:00
Injeção Volume	10,000 µL	Amostra Número do Vial	P1-A7




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Nome	Área	Altura	Pico Ruído	Pico Sinal-Ruído
1,654	Cafeína	842,8491	139,374		
	Soma	**842,8491**			

Relatório de Injeção Única

Projeto Nome	QPack		
Instrumento	PLC.004-A		
Sequência Adquirido por	QPackSA		
Data de Aquisição	2023-08-30 11:45:28-03:00		
Nome do Arquivo	/QPack/Results/PLC.004-A-2023-08-30 11-45-25-03-00.rslt/Qualificação.sqx		
Última Alteração	QPackSA		
Amostra Nome	PCIN 03	Amostra Número De Injeções	1
Data da Modificação do Método de Aquisição	2023-08-30 11:39:57-03:00		
Injeção Adquirido por	QPackSA	Injeção Data de Aquisição	2023-08-30 12:20:37-03:00
Injeção Volume	10,000 µL	Amostra Número do Vial	P1-A7




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Nome	Área	Altura	Pico Ruído	Pico Sinal-Ruído
1,654	Cafeína	844,7315	139,405		
	Soma	**844,7315**			


Relatório de Injeção Única

Projeto Nome	QPack
Instrumento	PLC.004-A
Sequência Adquirido por	QPackSA
Data de Aquisição	2023-08-30 11:45:28-03:00
Nome do Arquivo	/QPack/Results/PLC.004-A-2023-08-30 11-45-25-03-00.rslt/Qualificação.sqx
Última Alteração	QPackSA
Amostra Nome	BRANCO 02 Amostra Número De Injeções 1
Data da Modificação do Método de Aquisição	2023-08-30 11:39:57-03:00
Injeção Adquirido por	QPackSA
Injeção Data de Aquisição	2023-08-30 12:24:43-03:00
Injeção Volume	10,000 µL
Amostra Número do Vial	P1-A6



Relatório de Injeção Única

Projeto Nome	QPack		
Instrumento	PLC.004-A		
Sequência Adquirido por	QPackSA		
Data de Aquisição	2023-08-30 11:45:28-03:00		
Nome do Arquivo	/QPack/Results/PLC.004-A-2023-08-30 11-45-25-03-00.rslt/Qualificação.sqx		
Última Alteração	QPackSA		
Amostra Nome	PCIN 04	Amostra Número De Injeções	1
Data da Modificação do Método de Aquisição	2023-08-30 11:39:57-03:00		
Injeção Adquirido por	QPackSA	Injeção Data de Aquisição	2023-08-30 12:28:51-03:00
Injeção Volume	10,000 µL	Amostra Número do Vial	P1-A7




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Nome	Área	Altura	Pico Ruído	Pico Sinal-Ruído
1,653	Cafeína	847,7042	140,416		
	Soma	**847,7042**			

Relatório de Injeção Única

Projeto Nome	QPack		
Instrumento	PLC.004-A		
Sequência Adquirido por	QPackSA		
Data de Aquisição	2023-08-30 11:45:28-03:00		
Nome do Arquivo	/QPack/Results/PLC.004-A-2023-08-30 11-45-25-03-00.rslt/Qualificação.sqx		
Última Alteração	QPackSA		
Amostra Nome	PCIN 05	Amostra Número De Injeções	1
Data da Modificação do Método de Aquisição	2023-08-30 11:39:57-03:00		
Injeção Adquirido por	QPackSA	Injeção Data de Aquisição	2023-08-30 12:32:56-03:00
Injeção Volume	10,000 µL	Amostra Número do Vial	P1-A7




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Nome	Área	Altura	Pico Ruído	Pico Sinal-Ruído
1,651	Cafeína	846,8062	140,258		
	Soma	**846,8062**			

Relatório de Injeção Única

Projeto Nome	QPack		
Instrumento	PLC.004-A		
Sequência Adquirido por	QPackSA		
Data de Aquisição	2023-08-30 11:45:28-03:00		
Nome do Arquivo	/QPack/Results/PLC.004-A-2023-08-30 11-45-25-03-00.rslt/Qualificação.sqx		
Última Alteração	QPackSA		
Amostra Nome	PCIN 06	Amostra Número De Injeções	1
Data da Modificação do Método de Aquisição	2023-08-30 11:39:57-03:00		
Injeção Adquirido por	QPackSA	Injeção Data de Aquisição	2023-08-30 12:37:03-03:00
Injeção Volume	10,000 µL	Amostra Número do Vial	P1-A7




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Nome	Área	Altura	Pico Ruído	Pico Sinal-Ruído
1,653	Cafeína	849,1710	140,866		
	Soma	**849,1710**			


Relatório de Injeção Única

Projeto Nome	QPack
Instrumento	PLC.004-A
Sequência Adquirido por	QPackSA
Data de Aquisição	2023-08-30 11:45:28-03:00
Nome do Arquivo	/QPack/Results/PLC.004-A-2023-08-30 11-45-25-03-00.rslt/Qualificação.sqx
Última Alteração	QPackSA
Amostra Nome	BRANCO 03 Amostra Número De Injeções 1
Data da Modificação do Método de Aquisição	2023-08-30 11:39:57-03:00
Injeção Adquirido por	QPackSA
Injeção Data de Aquisição	2023-08-30 12:41:11-03:00
Injeção Volume	10,000 µL
Amostra Número do Vial	P1-A6




Relatório de Injeção Única

Projeto Nome	QPack		
Instrumento	PLC.004-A		
Sequência Adquirido por	QPackSA		
Data de Aquisição	2023-08-30 11:45:28-03:00		
Nome do Arquivo	/QPack/Results/PLC.004-A-2023-08-30 11-45-25-03-00.rslt/Qualificação.sqx		
Última Alteração	QPackSA		
Amostra Nome	LDUV 01	Amostra Número De Injeções	1
Data da Modificação do Método de Aquisição	2023-08-30 11:39:57-03:00		
Injeção Adquirido por	QPackSA	Injeção Data de Aquisição	2023-08-30 12:45:34-03:00
Injeção Volume	10,000 µL	Amostra Número do Vial	P1-A1



Relatório de Injeção Única

Projeto Nome	QPack		
Instrumento	PLC.004-A		
Sequência Adquirido por	QPackSA		
Data de Aquisição	2023-08-30 11:45:28-03:00		
Nome do Arquivo	/QPack/Results/PLC.004-A-2023-08-30 11-45-25-03-00.rslt/Qualificação.sqx		
Última Alteração	QPackSA		
Amostra Nome	LDUV 02	Amostra Número De Injeções	1
Data da Modificação do Método de Aquisição	2023-08-30 11:39:57-03:00		
Injeção Adquirido por	QPackSA	Injeção Data de Aquisição	2023-08-30 12:49:43-03:00
Injeção Volume	10,000 µL	Amostra Número do Vial	P1-A2




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Nome	Área	Altura	Pico Ruído	Pico Sinal-Ruído
1,653	Cafeína	246,2588	41,227		
	Soma	**246,2588**			

Relatório de Injeção Única

Projeto Nome	QPack		
Instrumento	PLC.004-A		
Sequência Adquirido por	QPackSA		
Data de Aquisição	2023-08-30 11:45:28-03:00		
Nome do Arquivo	/QPack/Results/PLC.004-A-2023-08-30 11-45-25-03-00.rslt/Qualificação.sqx		
Última Alteração	QPackSA		
Amostra Nome	LDUV 03	Amostra Número De Injeções	1
Data da Modificação do Método de Aquisição	2023-08-30 11:39:57-03:00		
Injeção Adquirido por	QPackSA	Injeção Data de Aquisição	2023-08-30 12:53:50-03:00
Injeção Volume	10,000 µL	Amostra Número do Vial	P1-A3




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Nome	Área	Altura	Pico Ruído	Pico Sinal-Ruído
1,653	Cafeína	535,0034	89,702		
	Soma	**535,0034**			

Relatório de Injeção Única

Projeto Nome	QPack		
Instrumento	PLC.004-A		
Sequência Adquirido por	QPackSA		
Data de Aquisição	2023-08-30 11:45:28-03:00		
Nome do Arquivo	/QPack/Results/PLC.004-A-2023-08-30 11-45-25-03-00.rslt/Qualificação.sqx		
Última Alteração	QPackSA		
Amostra Nome	LDUV 04	Amostra Número De Injeções	1
Data da Modificação do Método de Aquisição	2023-08-30 11:39:57-03:00		
Injeção Adquirido por	QPackSA	Injeção Data de Aquisição	2023-08-30 12:57:57-03:00
Injeção Volume	10,000 µL	Amostra Número do Vial	P1-A4




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Nome	Área	Altura	Pico Ruído	Pico Sinal-Ruído
1,652	Cafeína	762,3500	127,846		
	Soma	**762,3500**			

Relatório de Injeção Única

Projeto Nome	QPack		
Instrumento	PLC.004-A		
Sequência Adquirido por	QPackSA		
Data de Aquisição	2023-08-30 11:45:28-03:00		
Nome do Arquivo	/QPack/Results/PLC.004-A-2023-08-30 11-45-25-03-00.rslt/Qualificação.sqx		
Última Alteração	QPackSA		
Amostra Nome	LDUV 05	Amostra Número De Injeções	1
Data da Modificação do Método de Aquisição	2023-08-30 11:39:57-03:00		
Injeção Adquirido por	QPackSA	Injeção Data de Aquisição	2023-08-30 13:02:03-03:00
Injeção Volume	10,000 µL	Amostra Número do Vial	P1-A5




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Nome	Área	Altura	Pico Ruído	Pico Sinal-Ruído
1,651	Cafeína	1042,4150	175,016		
	Soma	**1042,4150**			

Relatório de Injeção Única

Projeto Nome	QPack		
Instrumento	PLC.004-A		
Sequência Adquirido por	QPackSA		
Data de Aquisição	2023-08-30 11:45:28-03:00		
Nome do Arquivo	/QPack/Results/PLC.004-A-2023-08-30 11-45-25-03-00.rslt/Qualificação.sqx		
Última Alteração	QPackSA		
Amostra Nome	LIIN 01	Amostra Número De Injeções	1
Data da Modificação do Método de Aquisição	2023-08-30 11:39:57-03:00		
Injeção Adquirido por	QPackSA	Injeção Data de Aquisição	2023-08-30 13:06:07-03:00
Injeção Volume	0,100 µL	Amostra Número do Vial	P1-A7




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Nome	Área	Altura	Pico Ruído	Pico Sinal-Ruído
1,636	Cafeína	13,3976	2,186		
	Soma	**13,3976**			

Relatório de Injeção Única

Projeto Nome	QPack		
Instrumento	PLC.004-A		
Sequência Adquirido por	QPackSA		
Data de Aquisição	2023-08-30 11:45:28-03:00		
Nome do Arquivo	/QPack/Results/PLC.004-A-2023-08-30 11-45-25-03-00.rslt/Qualificação.sqx		
Última Alteração	QPackSA		
Amostra Nome	LIIN 02	Amostra Número De Injeções	1
Data da Modificação do Método de Aquisição	2023-08-30 11:39:57-03:00		
Injeção Adquirido por	QPackSA	Injeção Data de Aquisição	2023-08-30 13:10:10-03:00
Injeção Volume	5,000 µL	Amostra Número do Vial	P1-A7




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Nome	Área	Altura	Pico Ruído	Pico Sinal-Ruído
1,639	Cafeína	426,4379	70,820		
	Soma	**426,4379**			

Relatório de Injeção Única

Projeto Nome	QPack		
Instrumento	PLC.004-A		
Sequência Adquirido por	QPackSA		
Data de Aquisição	2023-08-30 11:45:28-03:00		
Nome do Arquivo	/QPack/Results/PLC.004-A-2023-08-30 11-45-25-03-00.rslt/Qualificação.sqx		
Última Alteração	QPackSA		
Amostra Nome	LIIN 03	Amostra Número De Injeções	1
Data da Modificação do Método de Aquisição	2023-08-30 11:39:57-03:00		
Injeção Adquirido por	QPackSA	Injeção Data de Aquisição	2023-08-30 13:14:14-03:00
Injeção Volume	10,000 µL	Amostra Número do Vial	P1-A7




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Nome	Área	Altura	Pico Ruído	Pico Sinal-Ruído
1,644	Cafeína	845,8007	141,205		
	Soma	**845,8007**			

Relatório de Injeção Única

Projeto Nome	QPack		
Instrumento	PLC.004-A		
Sequência Adquirido por	QPackSA		
Data de Aquisição	2023-08-30 11:45:28-03:00		
Nome do Arquivo	/QPack/Results/PLC.004-A-2023-08-30 11-45-25-03-00.rslt/Qualificação.sqx		
Última Alteração	QPackSA		
Amostra Nome	LIIN 04	Amostra Número De Injeções	1
Data da Modificação do Método de Aquisição	2023-08-30 11:39:57-03:00		
Injeção Adquirido por	QPackSA	Injeção Data de Aquisição	2023-08-30 13:18:20-03:00
Injeção Volume	15,000 µL	Amostra Número do Vial	P1-A7




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Nome	Área	Altura	Pico Ruído	Pico Sinal-Ruído
1,654	Cafeína	1265,7628	209,827		
	Soma	**1265,7628**			

Relatório de Injeção Única

Projeto Nome	QPack		
Instrumento	PLC.004-A		
Sequência Adquirido por	QPackSA		
Data de Aquisição	2023-08-30 11:45:28-03:00		
Nome do Arquivo	/QPack/Results/PLC.004-A-2023-08-30 11-45-25-03-00.rslt/Qualificação.sqx		
Última Alteração	QPackSA		
Amostra Nome	LIIN 05	Amostra Número De Injeções	1
Data da Modificação do Método de Aquisição	2023-08-30 11:39:57-03:00		
Injeção Adquirido por	QPackSA	Injeção Data de Aquisição	2023-08-30 13:22:33-03:00
Injeção Volume	20,000 µL	Amostra Número do Vial	P1-A7




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Nome	Área	Altura	Pico Ruído	Pico Sinal-Ruído
1,657	Cafeína	1686,5726	280,996		
	Soma	**1686,5726**			

Relatório de Injeção Única

Projeto Nome	QPack		
Instrumento	PLC.004-A		
Sequência Adquirido por	QPackSA		
Data de Aquisição	2023-08-30 15:30:04-03:00		
Nome do Arquivo			
Última Alteração	QPackSA		
Amostra Nome	Gradiente AB	Amostra Número De Injeções	1
Data da Modificação do Método de Aquisição	2023-08-30 15:28:51-03:00		
Injeção Adquirido por	QPackSA	Injeção Data de Aquisição	2023-08-30 15:31:31-03:00
Injeção Volume	0,000 µL	Amostra Número do Vial	P1-A1




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Nome	Área	Altura	Pico Ruído	Pico Sinal-Ruído
2,965	20%	8531,6018	51,955		
5,926	40%	17926,1046	104,205		
8,924	60%	27188,5255	156,509		
12,081	80%	37053,9108	208,710		
15,279	100%	50331,4204	262,671		
	Soma	**141031,5630**			

Relatório de Injeção Única

Projeto Nome	QPack		
Instrumento	PLC.004-A		
Sequência Adquirido por	QPackSA		
Data de Aquisição	2023-08-30 16:02:21-03:00		
Nome do Arquivo			
Última Alteração	QPackSA		
Amostra Nome	Gradiente CD	Amostra Número De Injeções	1
Data da Modificação do Método de Aquisição	2023-08-30 15:29:16-03:00		
Injeção Adquirido por	QPackSA	Injeção Data de Aquisição	2023-08-30 16:03:20-03:00
Injeção Volume	0,000 µL	Amostra Número do Vial	P1-A1



Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Nome	Área	Altura	Pico Ruído	Pico Sinal-Ruído
2,801	20%	8481,2420	52,228		
6,137	40%	17775,6804	104,438		
8,925	60%	27376,1989	156,761		
12,091	80%	36459,6938	208,943		
15,111	100%	51103,3394	262,625		
	Soma	**141196,1546**			