Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies


Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\CL-LABMAR-001\Qualificação 2025\EDUV001.sirslt\EDUV001.dx		
Nome da amostra:	EDUV001		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CL-LABMAR-001	**Localização:**	P2-A1
Data da Injeção:	2025-08-25 16:16:39-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	Integração Cafeína.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2025-08-25 16:13:43-03:00		

TR:

1,714

Nome do Composto:

Cafeína




Nome	RT [min]	Área	RF	Quantidade []	Concentração []
Cafeína	1,714	274,4637			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\CL-LABMAR-001\Qualificação 2025\RELB 003.sirslt\RELB 003.dx		
Nome da amostra:	RELB 003		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CL-LABMAR-001	**Localização:**	P1-A2
Data da Injeção:	2025-08-25 16:44:10-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	RELB.amx	**Volume de Injeção:**	20,000
Método de análise:	*Integração Cafeína.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2025-08-25 16:13:43-03:00		




Nome	RT [min]	Área	Pico Altura	Concentração []
Cafeína	1,467	781,1574	191,457	

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\CL-LABMAR-001\Qualificação 2025\RELB 003.sirslt\RELB 003.dx		
Nome da amostra:	RELB 003		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CL-LABMAR-001	**Localização:**	P1-A2
Data da Injeção:	2025-08-25 16:44:10-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	RELB.amx	**Volume de Injeção:**	20,000
Método de análise:	*Integração Cafeína.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2025-08-25 16:13:43-03:00		




Nome	RT [min]	Área	Pico Altura	Concentração []
Cafeína	1,467	781,1574	191,457	

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\CL-LABMAR-001\Qualificação 2025\RELB 003.sirslt\RELB 003.dx		
Nome da amostra:	RELB 003		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CL-LABMAR-001	**Localização:**	P1-A2
Data da Injeção:	2025-08-25 16:44:10-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	RELB.amx	**Volume de Injeção:**	20,000
Método de análise:	*Integração Cafeína.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2025-08-25 16:13:43-03:00		




Nome	RT [min]	Área	Pico Altura	Concentração []
Cafeína	1,467	781,1574	191,457	

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\CL-LABMAR-001\Qualificação 2025\RELB 003.sirslt\RELB 003.dx		
Nome da amostra:	RELB 003		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CL-LABMAR-001	**Localização:**	P1-A2
Data da Injeção:	2025-08-25 16:44:10-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	RELB.amx	**Volume de Injeção:**	20,000
Método de análise:	*Integração Cafeína.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2025-08-25 16:13:43-03:00		




Nome	RT [min]	Área	Pico Altura	Concentração []
Cafeína	1,467	781,1574	191,457	

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\CL-LABMAR-001\Qualificação 2025\PCIN 001.rslt\Branco PCIN 01.dx		
Nome da amostra:	Branco PCIN 01		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CL-LABMAR-001	**Localização:**	P1-A3
Data da Injeção:	2025-08-25 17:09:25-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*Integração Cafeína.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2025-08-26 09:17:05-03:00		




Nome	RT [min]	Área	Pico Altura	Concentração []
Cafeína	1,635	3,541	0,836	

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\CL-LABMAR-001\Qualificação 2025\PCIN 001.rslt\PCIN 01.dx		
Nome da amostra:	PCIN 01		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CL-LABMAR-001	**Localização:**	P1-A4
Data da Injeção:	2025-08-25 17:13:59-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*Integração Cafeína.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2025-08-26 09:17:05-03:00		




Nome	RT [min]	Área	Pico Altura	Concentração []
Cafeína	1,678	846,740	187,412	

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\CL-LABMAR-001\Qualificação 2025\PCIN 001.rslt\PCIN 02.dx		
Nome da amostra:	PCIN 02		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CL-LABMAR-001	**Localização:**	P1-A4
Data da Injeção:	2025-08-25 17:18:31-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*Integração Cafeína.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2025-08-26 09:17:05-03:00		




Nome	RT [min]	Área	Pico Altura	Concentração []
Cafeína	1,683	846,567	183,937	

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\CL-LABMAR-001\Qualificação 2025\PCIN 001.rslt\PCIN 03.dx		
Nome da amostra:	PCIN 03		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CL-LABMAR-001	**Localização:**	P1-A4
Data da Injeção:	2025-08-25 17:23:05-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*Integração Cafeína.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2025-08-26 09:17:05-03:00		




Nome	RT [min]	Área	Pico Altura	Concentração []
Cafeína	1,698	846,066	181,255	

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\CL-LABMAR-001\Qualificação 2025\PCIN 001.rslt\Branco PCIN 02.dx		
Nome da amostra:	Branco PCIN 02		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CL-LABMAR-001	**Localização:**	P1-A3
Data da Injeção:	2025-08-25 17:27:39-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*Integração Cafeína.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2025-08-26 09:17:05-03:00		




Nome	RT [min]	Área	Pico Altura	Concentração []
Cafeína	1,701	3,277	0,696	

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\CL-LABMAR-001\Qualificação 2025\PCIN 001.rslt\PCIN 04.dx		
Nome da amostra:	PCIN 04		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CL-LABMAR-001	**Localização:**	P1-A4
Data da Injeção:	2025-08-25 17:32:12-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*Integração Cafeína.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2025-08-26 09:17:05-03:00		




Nome	RT [min]	Área	Pico Altura	Concentração []
Cafeína	1,702	841,016	179,186	

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\CL-LABMAR-001\Qualificação 2025\PCIN 001.rslt\PCIN 05.dx		
Nome da amostra:	PCIN 05		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CL-LABMAR-001	**Localização:**	P1-A4
Data da Injeção:	2025-08-25 17:36:45-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*Integração Cafeína.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2025-08-26 09:17:05-03:00		




Nome	RT [min]	Área	Pico Altura	Concentração []
Cafeína	1,709	839,443	178,094	

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\CL-LABMAR-001\Qualificação 2025\PCIN 001.rslt\PCIN 06.dx		
Nome da amostra:	PCIN 06		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CL-LABMAR-001	**Localização:**	P1-A4
Data da Injeção:	2025-08-25 17:41:20-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*Integração Cafeína.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2025-08-26 09:17:05-03:00		




Nome	RT [min]	Área	Pico Altura	Concentração []
Cafeína	1,712	840,041	177,735	

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\CL-LABMAR-001\Qualificação 2025\PCIN 001.rslt\Branco PCIN 03.dx		
Nome da amostra:	Branco PCIN 03		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CL-LABMAR-001	**Localização:**	P1-A3
Data da Injeção:	2025-08-25 17:45:53-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*Integração Cafeína.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2025-08-26 09:17:05-03:00		




Nome	RT [min]	Área	Pico Altura	Concentração []
Cafeína	1,714	3,126	0,671	

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\CL-LABMAR-001\Qualificação 2025\LDUV 001.rslt\LDUV 01.dx		
Nome da amostra:	LDUV 01		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CL-LABMAR-001	**Localização:**	P1-A5
Data da Injeção:	2025-08-25 17:50:34-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*Integração Cafeína.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2025-08-26 09:33:21-03:00		




Nome	RT [min]	Área	Pico Altura	Concentração []

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\CL-LABMAR-001\Qualificação 2025\LDUV 001.rslt\LDUV 02.dx		
Nome da amostra:	LDUV 02		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CL-LABMAR-001	**Localização:**	P1-A6
Data da Injeção:	2025-08-25 17:55:08-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*Integração Cafeína.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2025-08-26 09:33:21-03:00		




Nome	RT [min]	Área	Pico Altura	Concentração []
Cafeína	1,713	272,167	58,137	

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\CL-LABMAR-001\Qualificação 2025\LDUV 001.rslt\LDUV 03.dx		
Nome da amostra:	LDUV 03		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CL-LABMAR-001	**Localização:**	P1-A7
Data da Injeção:	2025-08-25 17:59:40-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*Integração Cafeína.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2025-08-26 09:33:21-03:00		




Nome	RT [min]	Área	Pico Altura	Concentração []
Cafeína	1,710	540,208	114,070	

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\CL-LABMAR-001\Qualificação 2025\LDUV 001.rslt\LDUV 04.dx		
Nome da amostra:	LDUV 04		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CL-LABMAR-001	**Localização:**	P1-A8
Data da Injeção:	2025-08-25 18:04:12-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*Integração Cafeína.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2025-08-26 09:33:21-03:00		




Nome	RT [min]	Área	Pico Altura	Concentração []
Cafeína	1,707	815,290	172,487	

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\CL-LABMAR-001\Qualificação 2025\LDUV 001.rslt\LDUV 05.dx		
Nome da amostra:	LDUV 05		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CL-LABMAR-001	**Localização:**	P1-A9
Data da Injeção:	2025-08-25 18:08:45-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*Integração Cafeína.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2025-08-26 09:33:21-03:00		




Nome	RT [min]	Área	Pico Altura	Concentração []
Cafeína	1,709	1072,984	227,003	

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\CL-LABMAR-001\Qualificação 2025\LIIN 002.rslt\LIIN 01.dx		
Nome da amostra:	LIIN 01		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CL-LABMAR-001	**Localização:**	P1-A10
Data da Injeção:	2025-08-26 09:42:31-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	0,100
Método de análise:	*Integração Cafeína.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2025-08-26 10:06:02-03:00		




Nome	RT [min]	Área	Pico Altura	Concentração []

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\CL-LABMAR-001\Qualificação 2025\LIIN 002.rslt\LIIN 02.dx		
Nome da amostra:	LIIN 02		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CL-LABMAR-001	**Localização:**	P1-A10
Data da Injeção:	2025-08-26 09:46:59-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	5,000
Método de análise:	*Integração Cafeína.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2025-08-26 10:06:02-03:00		




Nome	RT [min]	Área	Pico Altura	Concentração []
Cafeína	1,839	392,116	78,597	

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\CL-LABMAR-001\Qualificação 2025\LIIN 002.rslt\LIIN 03.dx		
Nome da amostra:	LIIN 03		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CL-LABMAR-001	**Localização:**	P1-A10
Data da Injeção:	2025-08-26 09:51:33-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*Integração Cafeína.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2025-08-26 10:06:02-03:00		




Nome	RT [min]	Área	Pico Altura	Concentração []
Cafeína	1,720	780,447	160,392	

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\CL-LABMAR-001\Qualificação 2025\LIIN 002.rslt\LIIN 04.dx		
Nome da amostra:	LIIN 04		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CL-LABMAR-001	**Localização:**	P1-A10
Data da Injeção:	2025-08-26 09:56:09-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	15,000
Método de análise:	*Integração Cafeína.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2025-08-26 10:06:02-03:00		




Nome	RT [min]	Área	Pico Altura	Concentração []
Cafeína	1,731	1172,082	243,275	

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\CL-LABMAR-001\Qualificação 2025\LIIN 002.rslt\LIIN 05.dx		
Nome da amostra:	LIIN 05		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CL-LABMAR-001	**Localização:**	P1-A10
Data da Injeção:	2025-08-26 10:00:52-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	20,000
Método de análise:	*Integração Cafeína.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2025-08-26 10:06:02-03:00		




Nome	RT [min]	Área	Pico Altura	Concentração []
Cafeína	1,737	1567,096	325,743	

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\CL-LABMAR-001\Qualificação 2025\GRAD AB 002.sirslt\GRAD AB 002.dx		
Nome da amostra:	GRAD AB 002		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CL-LABMAR-001	**Localização:**	P1-A3
Data da Injeção:	2025-08-26 11:10:03-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	GRAD AB.amx	**Volume de Injeção:**	0,000
Método de análise:	Integração Gradiente.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2025-08-26 11:35:54-03:00		




Nome	RT [min]	Área	Pico Altura	Concentração []
20%	3,603	6968,243	49,962	
40%	6,388	16394,666	100,457	
60%	9,509	25779,188	150,726	
80%	12,857	36615,423	202,160	
100%	16,228	48897,815	248,730	

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\CL-LABMAR-001\Qualificação 2025\GRAD CD 002.sirslt\GRAD CD 002.dx		
Nome da amostra:	GRAD CD 002		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CL-LABMAR-001	**Localização:**	P1-A3
Data da Injeção:	2025-08-26 11:31:49-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	GRAD CD.amx	**Volume de Injeção:**	0,000
Método de análise:	*Integração Gradiente.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2025-08-26 11:57:10-03:00		



Nome	RT [min]	Área	Pico Altura	Concentração []
20%	4,271	618,185	49,476	
40%	7,124	16666,159	99,964	
60%	10,125	24950,080	150,291	
80%	13,204	36638,058	200,458	
100%	16,271	48447,337	248,491	