
Certificado Nº: 401/26 -RELB	Início da Qualificação: 03/09/2026	Página 1 de 3	

Resultado obtido na altura do pico

	ALTURA DO PICO (mAU)
Resultado:	150,0000




Integration Results

No.	Peakname	RetentionTime min	Area mAU*min	Height mAU	Relative Area %	Rel.Height %	Amount
1	Cafeína	4,223	11,4140	150,000	100,00	100,00	n.a.
Total:			11,414	150,000	100,000	100,000	

Certificado Nº: 401/26 -RELB	Início da Qualificação: 03/09/2026	Página 2 de 3

Resultado obtido no teste de sinal/ruído

Resultado:	Ruído (mAU)
VALOR MÁXIMO:	**-0,0700**
VALOR MÍNIMO:	**-0,1100**
	0,0400



Certificado Nº: 401/26 -RELB	Início da Qualificação: 03/09/2026	Página 3 de 3

Resultado obtido no teste estabilidade da linha de base

Estabilidade da Linha de Base	Diferença 20 min	Diferença 60 min
VALOR MÁXIMO:	0,0000	0,4200
VALOR MÍNIMO:	-0,1400	
Resultado:	0,1400	

