Resultado obtido na altura do pico

	ALTURA DO PICO (mAU)
Resultado:	**117,7000**


Empower 3 SOFTWARE

Untitled

SAMPLE INFORMATION

Sample Name:	Unk	Acquired By:	andreia_boita
Sample Type:	Unknown	Sample Set Name:	RELB__
Vial:	11	Acq. Method Set:	RELB__
Injection #:	1	Processing Methoc	Cafeína
Injection Volume:	20.00 ul	Channel Name:	W2489 ChA
Run Time:	20.0 Minutes	Proc. Chnl. Descr.:	W2489 ChA 250nm
Date Acquired:	9/3/2026 3:35:31 PM GMT+3		
Date Processed:	9/4/2026 8:50:00 AM GMT+3		

Auto-Scaled Chromatogram



Peak Results

	Name	RT	Area	Height	Amount	Units
1	Cafeina	0.836	586635	111852		


Reported by User: andreia_boita
Report Method: Untitled
Report Method ID: 125
Page: 1 of 1

Project Name: Waters
Date Printed:
9/4/2026
9:21:44 AM Etc/GMT+3

Certificado Nº: 402/26 - RELB	Início da Qualificação: 03/09/2026	Página 2 de 3

Resultado obtido no teste de sinal/ruído

Resultado:	Ruído (mAU)
VALOR MÁXIMO:	0,07010
VALOR MÍNIMO:	0,09500
	Ruído
	-0,02490




	Name	Retention Time (min)	Area (µV*sec)	% Area	Height (µV)	Int Type	Amount	Units	Peak Type	Peak Codes
1	Cafeína	0.836	586635	100.00	111852	BB			Found	Q20

Certificado Nº: 402/26 - RELB	Início da Qualificação: 03/09/2026	Página 3 de 3

Resultado obtido no teste estabilidade da linha de base

Estabilidade da Linha de Base	Diferença 20 min	Diferença 60 min
VALOR MÁXIMO:	0,0045	0,0390
VALOR MÍNIMO:	-0,0085	
Resultado:	0,0130	



	Name	Retention Time (min)	Area (µV*sec)	% Area	Height (µV)	Int Type	Amount	Units	Peak Type	Peak Codes
1	Cafeina	0.836	586635	100.00	111852	BB			Found	Q20