
Relatório de Área% e Altura%

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\QPack\Result\Qualificação 2024\LDUV 04.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\QPack\Method\Qualificação.met
Adquirido: 05/06/2024 16:47:12 (GMT -03:00)
Impresso: 29/08/2025 14:01:09 (GMT -03:00)




Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm Ref 360 nm/Lb:100 nm

Tempo de Retenção	Área	Altura
1,510	104634145	26192496

Totais	104634145	26192496

Relatório de Área% e Altura%

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\QPack\Result\Qualificação 2024\LDUV 05.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\QPack\Method\Qualificação.met
Adquirido: 05/06/2024 16:50:41 (GMT -03:00)
Impresso: 29/08/2025 14:00:19 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm Ref 360 nm/Lb:100 nm

Tempo de Retenção	Área	Altura
1,508	144529122	36125967


Totais	144529122	36125967

Spectral Scan - 1260 DAD HS [DEAEK07743]

UV Lamp On

Sample Scan from 190 to 300 step 1,0

Export Data



more... Print Result Back


Version 2.21.597 SR1 - Basic | Licenses 5/20

Pesquisar

POR PTB2 14:42 29/08/2025

Relatório de Área% e Altura%

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\QPack\Result\Qualificação 2024\LDUV 01.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\QPack\Method\Qualificação.met
Adquirido: 05/06/2024 16:36:39 (GMT -03:00)
Impresso: 29/08/2025 14:02:29 (GMT -03:00)




Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm Ref 360 nm/Lb:100 nm

Tempo de Retenção	Área	Altura
1,493	59791	16223

Totais	59791	16223

Relatório de Área% e Altura%

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\QPack\Result\Qualificação 2024\LDUV 02.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\QPack\Method\Qualificação.met
Adquirido: 05/06/2024 16:40:11 (GMT -03:00)
Impresso: 29/08/2025 14:02:05 (GMT -03:00)




Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm Ref 360 nm/Lb:100 nm

Tempo de Retenção	Área	Altura
1,512	33981818	8514598

Totais	33981818	8514598

Relatório de Área% e Altura%

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\QPack\Result\Qualificação 2024\LDUV 03.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\QPack\Method\Qualificação.met
Adquirido: 05/06/2024 16:43:41 (GMT -03:00)
Impresso: 29/08/2025 14:01:39 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm Ref 360 nm/Lb:100 nm


Tempo de Retenção	Área	Altura
1,510	70568288	17614342

Totais	70568288	17614342

Certificado Nº: 404/25 - RELB	Início da Qualificação: 29/08/2025	Página 1 de 3	

Resultado obtido na altura do pico


	ALTURA DO PICO (mAU)
Resultado:	**144,0000**



Certificado Nº: 404/25 - RELB	Início da Qualificação: 29/08/2025	Página 2 de 3

Resultado obtido no teste de sinal/ruído

Resultado:	Ruído (mAU)
VALOR MÁXIMO:	0,1010
VALOR MÍNIMO:	0,097
	Ruído
	0,004



Certificado Nº: 404/25 - RELB	Início da Qualificação: 29/08/2025	Página 3 de 3

Resultado obtido no teste estabilidade da linha de base

Estabilidade da Linha de Base	Diferença 20 min	Diferença 60 min
VALOR MÁXIMO:	0,1380	0,2940
VALOR MÍNIMO:	0,0400	
Resultado:	0,0980	

