
Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC RID-2023-10-04 15-34-28-03-00.rslt\Branco 012023-10-04 15-34-33-03-00.dx
Nome da amostra: Branco 01
Descrição:

Instrumento:	HPLC RID	**Localização:**	P1-F1
Data da injeção:	2023-10-04 15:35:33-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-04 16:45:19-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:




Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC RID-2023-10-04 15-34-28-03-00.rslt\PCIN 012023-10-04 15-38-41-03-00.dx
Nome da amostra: PCIN 01
Descrição:

Instrumento:	HPLC RID	**Localização:**	P1-F2
Data da injeção:	2023-10-04 15:39:41-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-04 16:45:19-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:



Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off


RT [min]	Tipo	Área	Altura	Nome
1,432	BV	831,5334	132,931	Cafeína
	Soma	**831,5334**		

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC RID-2023-10-04 15-34-28-03-00.rslt\PCIN 022023-10-04 15-42-49-03-00.dx
Nome da amostra: PCIN 02
Descrição:

Instrumento:	HPLC RID	**Localização:**	P1-F2
Data da injeção:	2023-10-04 15:43:49-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-04 16:45:19-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:



Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off


RT [min]	Tipo	Área	Altura	Nome
1,431	BV	828,5277	133,109	Cafeína
	Soma	**828,5277**		

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC RID-2023-10-04 15-34-28-03-00.rslt\PCIN 032023-10-04 15-46-57-03-00.dx
Nome da amostra: PCIN 03
Descrição:

Instrumento:	HPLC RID	**Localização:**	P1-F2
Data da injeção:	2023-10-04 15:47:57-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-04 16:45:19-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:



Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off


RT [min]	Tipo	Área	Altura	Nome
1,431	BB	824,8649	133,954	Cafeína
	Soma	**824,8649**		

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC RID-2023-10-04 15-34-28-03-00.rslt\Branco 022023-10-04 15-51-06-03-00.dx
Nome da amostra: Branco 02
Descrição:

Instrumento:	HPLC RID	**Localização:**	P1-F1
Data da injeção:	2023-10-04 15:52:04-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-04 16:45:19-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:




Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC RID-2023-10-04 15-34-28-03-00.rslt\PCIN 042023-10-04 15-55-13-03-00.dx
Nome da amostra: PCIN 04
Descrição:

Instrumento:	HPLC RID	**Localização:**	P1-F2
Data da injeção:	2023-10-04 15:56:12-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-04 16:45:19-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:



Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off


RT [min]	Tipo	Área	Altura	Nome
1,431	BV	831,9491	136,285	Cafeína
	Soma	**831,9491**		

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC RID-2023-10-04 15-34-28-03-00.rslt\PCIN 052023-10-04 15-59-21-03-00.dx
Nome da amostra: PCIN 05
Descrição:

Instrumento:	HPLC RID	**Localização:**	P1-F2
Data da injeção:	2023-10-04 16:00:21-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-04 16:45:19-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:



Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off


RT [min]	Tipo	Área	Altura	Nome
1,431	BV	838,4033	136,329	Cafeína
	Soma	**838,4033**		

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC RID-2023-10-04 15-34-28-03-00.rslt\PCIN 062023-10-04 16-03-29-03-00.dx
Nome da amostra: PCIN 06
Descrição:

Instrumento:	HPLC RID	**Localização:**	P1-F2
Data da injeção:	2023-10-04 16:04:28-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-04 16:45:19-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:



Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off


RT [min]	Tipo	Área	Altura	Nome
1,432	BB	830,0266	136,700	Cafeína
	Soma	**830,0266**		

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC RID-2023-10-04 15-34-28-03-00.rslt\Branco 032023-10-04 16-07-37-03-00.dx
Nome da amostra: Branco 03
Descrição:

Instrumento:	HPLC RID	**Localização:**	P1-F1
Data da injeção:	2023-10-04 16:08:36-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-04 16:45:19-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:




Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC RID-2023-10-04 15-34-28-03-00.rslt\LIIN 012023-10-04 16-11-45-03-00.dx
Nome da amostra: LIIN 01
Descrição:

Instrumento:	HPLC RID	**Localização:**	P1-F2
Data da injeção:	2023-10-04 16:12:42-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	0,100 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-04 16:45:19-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:



Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off


RT [min]	Tipo	Área	Altura	Nome
1,420	MM m	8,6384	1,467	Cafeína
	Soma	**8,6384**		

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC RID-2023-10-04 15-34-28-03-00.rslt\LIIN 022023-10-04 16-15-50-03-00.dx
Nome da amostra: LIIN 02
Descrição:

Instrumento:	HPLC RID	**Localização:**	P1-F2
Data da injeção:	2023-10-04 16:16:46-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	5,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-04 16:45:19-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:



Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off


RT [min]	Tipo	Área	Altura	Nome
1,426	BV	415,8139	71,341	Cafeína
	Soma	**415,8139**		

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC RID-2023-10-04 15-34-28-03-00.rslt\LIIN 032023-10-04 16-19-54-03-00.dx
Nome da amostra: LIIN 03
Descrição:

Instrumento:	HPLC RID	**Localização:**	P1-F2
Data da injeção:	2023-10-04 16:20:52-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-04 16:45:19-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:



Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off


RT [min]	Tipo	Área	Altura	Nome
1,432	BB	831,7556	140,376	Cafeína
	Soma	**831,7556**		

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC RID-2023-10-04 15-34-28-03-00.rslt\LIIN 042023-10-04 16-24-01-03-00.dx
Nome da amostra: LIIN 04
Descrição:

Instrumento:	HPLC RID	**Localização:**	P1-F2
Data da injeção:	2023-10-04 16:25:02-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	15,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-04 16:45:19-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:



Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off


RT [min]	Tipo	Área	Altura	Nome
1,439	BV	1252,8627	207,314	Cafeína
	Soma	**1252,8627**		

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC RID-2023-10-04 15-34-28-03-00.rslt\LIIN 052023-10-04 16-28-10-03-00.dx
Nome da amostra: LIIN 05
Descrição:

Instrumento:	HPLC RID	**Localização:**	P1-F2
Data da injeção:	2023-10-04 16:29:15-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	20,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-04 16:45:19-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:



Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Tipo	Área	Altura	Nome
1,447	BV	1677,0420	271,748	Cafeína
	Soma	**1677,0420**		


Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC RID-2023-10-05 10-08-21-03-00.rslt\LDIR 012023-10-05 10-08-26-03-00.dx
Nome da amostra: LDIR 01
Descrição:

Instrumento:	HPLC RID	**Localização:**	P1-F1
Data da injeção:	2023-10-05 10:09:09-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	0,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-05 10:23:46-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:




Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC RID-2023-10-05 10-08-21-03-00.rslt\LDIR 022023-10-05 10-10-48-03-00.dx
Nome da amostra: LDIR 02
Descrição:

Instrumento:	HPLC RID	**Localização:**	P1-F1
Data da injeção:	2023-10-05 10:11:30-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-05 10:23:46-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:



Sinal: RID1A,Refractive Index Signal


RT [min]	Tipo	Área	Altura	Nome
0,150	BV	179774,9318	37063,274	PDRI
	Soma	**179774,9318**		

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC RID-2023-10-05 10-08-21-03-00.rslt\LDIR 032023-10-05 10-13-08-03-00.dx
Nome da amostra: LDIR 03
Descrição:

Instrumento:	HPLC RID	**Localização:**	P1-F1
Data da injeção:	2023-10-05 10:13:51-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	2,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-05 10:23:46-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:



Sinal: RID1A,Refractive Index Signal

RT [min]	Tipo	Área	Altura	Nome
0,150	BV	367647,9154	75184,753	PDRI
	Soma	**367647,9154**		


Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC RID-2023-10-05 10-08-21-03-00.rslt\LDIR 042023-10-05 10-15-29-03-00.dx
Nome da amostra:	LDIR 04
Descrição:	

Instrumento:	HPLC RID	**Localização:**	P1-F1
Data da injeção:	2023-10-05 10:16:14-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	3,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-05 10:23:46-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:



Sinal: RID1A,Refractive Index Signal


RT [min]	Tipo	Área	Altura	Nome
0,151	BV	555148,2325	112469,405	PDRI
	Soma	**555148,2325**		

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC RID-2023-10-05 10-08-21-03-00.rslt\LDIR 052023-10-05 10-17-52-03-00.dx
Nome da amostra: LDIR 05
Descrição:

Instrumento:	HPLC RID	**Localização:**	P1-F1
Data da injeção:	2023-10-05 10:18:36-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	4,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-05 10:23:46-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:



Sinal: RID1A,Refractive Index Signal

RT [min]	Tipo	Área	Altura	Nome
0,152	BV	737926,7247	148156,590	PDRI
	Soma	**737926,7247**		