
Certificado Nº:435/24 -RELB	Início da Qualificação:26/09/2024	Página 1 de 3

Resultado obtido na altura do pico

	ALTURA DO PICO (mAU)
Resultado:	**134,6000**




Certificado Nº: 435/24	Início da Qualificação: 26/09/2024	Página 2 de 3

Resultado obtido no teste de sinal/ruído

Resultado:	Ruído (mAU)
VALOR MÁXIMO:	**0,2925**
VALOR MÍNIMO:	**0,2729**
	Ruído
	0,0196

RUÍDO



Certificado Nº: 435/24	Início da Qualificação: 26/09/2024	Página 3 de 3

Resultado obtido no teste estabilidade da linha de base

Estabilidade da Linha de Base	Diferença 20 min	Diferença 60 min
VALOR MÁXIMO:	**0,4230**	**1,2045**
VALOR MÍNIMO:	**0,0215**	
Resultado:	**0,4015**	

ESTABILIDADE DA LINHA DE BASE

