

Certificado Nº:435/24 -RELB	Início da Qualificação:26/09/2024	Página 1 de 3

Resultado obtido na altura do pico

	ALTURA DO PICO (mAU)
Resultado:	**127,5000**

ALTURA DO PICO






Certificado Nº: 435/24	Início da Qualificação: 26/09/2024	Página 2 de 3

Resultado obtido no teste de sinal/ruído

Resultado:	Ruído (mAU)
VALOR MÁXIMO:	**-0,0468**
VALOR MÍNIMO:	**-0,0834**
	Ruído
	0,0367

RUÍDO



Certificado Nº: 435/24	Início da Qualificação: 26/09/2024	Página 3 de 3

Resultado obtido no teste estabilidade da linha de base

Estabilidade da Linha de Base	Diferença 20 min	Diferença 60 min
VALOR MÁXIMO:	**0,0420**	**0,2760**
VALOR MÍNIMO:	**-0,0500**	
Resultado:	**0,0920**	

ESTABILIDADE DA LINHA DE BASE

