
Relatório de Injeção Única


Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC DAD 01-2023-10-03 16-08-45-03-00.rslt\EDUV2023-10-03 16-08-50-03-00.dx
Nome da amostra:	EDUV
Descrição:	

Instrumento:	HPLC DAD 01	**Localização:**	P1-A2
Data da injeção:	2023-10-03 16:09:49-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*3D.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-04 08:50:32-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:





RELB | DAD1A,Sig=250,4 Ref=off
x10 1
Integração
Cafeína
Integração
Integração
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
-1,2
-1,4
-1,6
-1,8
-2,0
-2,2
Resposta [mAU]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tempo de retenção [min]

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC DAD 01-2023-10-03 16-08-45-03-00.rslt\EDUV2023-10-03 16-08-50-03-00.dx
Nome da amostra: EDUV
Descrição:

Instrumento:	HPLC DAD 01	**Localização:**	P1-A2
Data da injeção:	2023-10-03 16:09:49-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*3D.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-04 08:57:24-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:



Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off


RT [min]	Tipo	Área	Altura	Sinal-Ruído	Ruído	Nome
1,323	VV	230,2945	39,296			Cafeína
	Soma	**230,2945**				

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC DAD 01-2023-10-03 16-08-45-03-00.rslt\RELB2023-10-03 16-12-50-03-00.dx
Nome da amostra: RELB
Descrição:

Instrumento:	HPLC DAD 01	**Localização:**	P1-A5
Data da injeção:	2023-10-03 16:13:51-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	RELB.amx	**Volume de injeção:**	20,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-04 08:57:24-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:



Sinal: DAD1A,Sig=250,4 Ref=off


RT [min]	Tipo	Área	Altura	Sinal-Ruído	Ruído	Nome
1,337	VBA	672,0140	113,759	13252,86306	0,0086	Cafeína
	Soma	**672,0140**				

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC DAD 01-2023-10-03 16-08-45-03-00.rslt\Branco 012023-10-03 16-33-54-03-00.dx
Nome da amostra: Branco 01
Descrição:

Instrumento:	HPLC DAD 01	**Localização:**	P1-B1
Data da injeção:	2023-10-03 16:34:58-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-04 08:57:24-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:




Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC DAD 01-2023-10-03 16-08-45-03-00.rslt\PCIN 012023-10-03 16-38-00-03-00.dx
Nome da amostra: PCIN 01
Descrição:

Instrumento:	HPLC DAD 01	**Localização:**	P1-B2
Data da injeção:	2023-10-03 16:38:58-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-04 08:57:24-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:



Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off


RT [min]	Tipo	Área	Altura	Sinal-Ruído	Ruído	Nome
1,320	BV	826,4935	140,708			Cafeína
	Soma	**826,4935**				

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC DAD 01-2023-10-03 16-08-45-03-00.rslt\PCIN 022023-10-03 16-42-00-03-00.dx
Nome da amostra: PCIN 02
Descrição:

Instrumento:	HPLC DAD 01	**Localização:**	P1-B2
Data da injeção:	2023-10-03 16:42:58-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-04 08:57:24-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:



Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off


RT [min]	Tipo	Área	Altura	Sinal-Ruído	Ruído	Nome
1,320	BV	830,1914	138,994			Cafeína
	Soma	**830,1914**				

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC DAD 01-2023-10-03 16-08-45-03-00.rslt\PCIN 032023-10-03 16-46-01-03-00.dx
Nome da amostra: PCIN 03
Descrição:

Instrumento:	HPLC DAD 01	**Localização:**	P1-B2
Data da injeção:	2023-10-03 16:46:59-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-04 08:57:24-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:



Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off


RT [min]	Tipo	Área	Altura	Sinal-Ruído	Ruído	Nome
1,319	BV	830,6417	138,778			Cafeína
	Soma	**830,6417**				

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC DAD 01-2023-10-03 16-08-45-03-00.rslt\Branco 022023-10-03 16-50-01-03-00.dx
Nome da amostra: Branco 02
Descrição:

Instrumento:	HPLC DAD 01	**Localização:**	P1-B1
Data da injeção:	2023-10-03 16:51:01-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-04 08:57:24-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:




Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC DAD 01-2023-10-03 16-08-45-03-00.rslt\PCIN 042023-10-03 16-54-03-03-00.dx
Nome da amostra: PCIN 04
Descrição:

Instrumento:	HPLC DAD 01	**Localização:**	P1-B2
Data da injeção:	2023-10-03 16:55:01-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-04 08:57:24-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:



Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off


RT [min]	Tipo	Área	Altura	Sinal-Ruído	Ruído	Nome
1,321	BV	829,0548	140,688			Cafeína
	Soma	**829,0548**				

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC DAD 01-2023-10-03 16-08-45-03-00.rslt\PCIN 052023-10-03 16-58-04-03-00.dx
Nome da amostra: PCIN 05
Descrição:

Instrumento:	HPLC DAD 01	**Localização:**	P1-B2
Data da injeção:	2023-10-03 16:59:02-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-04 08:57:24-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:



Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off


RT [min]	Tipo	Área	Altura	Sinal-Ruído	Ruído	Nome
1,322	BV	828,9984	140,726			Cafeína
	Soma	**828,9984**				

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC DAD 01-2023-10-03 16-08-45-03-00.rslt\PCIN 062023-10-03 17-02-05-03-00.dx
Nome da amostra: PCIN 06
Descrição:

Instrumento:	HPLC DAD 01	**Localização:**	P1-B2
Data da injeção:	2023-10-03 17:03:03-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-04 08:57:24-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:



Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off


RT [min]	Tipo	Área	Altura	Sinal-Ruído	Ruído	Nome
1,323	BB	829,3043	140,116			Cafeína
	Soma	**829,3043**				

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC DAD 01-2023-10-03 16-08-45-03-00.rslt\Branco 032023-10-03 17-06-05-03-00.dx
Nome da amostra: Branco 03
Descrição:

Instrumento:	HPLC DAD 01	**Localização:**	P1-B1
Data da injeção:	2023-10-03 17:07:04-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-04 08:57:24-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:




Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC DAD 01-2023-10-03 16-08-45-03-00.rslt\LDUV 012023-10-03 17-10-07-03-00.dx
Nome da amostra: LDUV 01
Descrição:

Instrumento:	HPLC DAD 01	**Localização:**	P1-A1
Data da injeção:	2023-10-03 17:11:07-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-04 08:57:24-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:




Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC DAD 01-2023-10-03 16-08-45-03-00.rslt\LDUV 022023-10-03 17-14-10-03-00.dx
Nome da amostra: LDUV 02
Descrição:

Instrumento:	HPLC DAD 01	**Localização:**	P1-A2
Data da injeção:	2023-10-03 17:15:09-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-04 08:57:24-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:



Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off


RT [min]	Tipo	Área	Altura	Sinal-Ruído	Ruído	Nome
1,330	BV	229,4966	39,957			Cafeína
	Soma	**229,4966**				

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC DAD 01-2023-10-03 16-08-45-03-00.rslt\LDUV 032023-10-03 17-18-10-03-00.dx
Nome da amostra: LDUV 03
Descrição:

Instrumento:	HPLC DAD 01	**Localização:**	P1-A3
Data da injeção:	2023-10-03 17:19:09-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-04 08:57:24-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:



Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off


RT [min]	Tipo	Área	Altura	Sinal-Ruído	Ruído	Nome
1,330	BV	514,3827	90,136			Cafeína
	Soma	**514,3827**				

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC DAD 01-2023-10-03 16-08-45-03-00.rslt\LDUV 042023-10-03 17-22-11-03-00.dx
Nome da amostra: LDUV 04
Descrição:

Instrumento:	HPLC DAD 01	**Localização:**	P1-A4
Data da injeção:	2023-10-03 17:23:08-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-04 08:57:24-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:



Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off


RT [min]	Tipo	Área	Altura	Sinal-Ruído	Ruído	Nome
1,329	BV	741,9005	130,524			Cafeína
	Soma	**741,9005**				

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC DAD 01-2023-10-03 16-08-45-03-00.rslt\LDUV 052023-10-03 17-26-11-03-00.dx
Nome da amostra: LDUV 05
Descrição:

Instrumento:	HPLC DAD 01	**Localização:**	P1-A5
Data da injeção:	2023-10-03 17:27:07-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-04 08:57:24-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:



Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off


RT [min]	Tipo	Área	Altura	Sinal-Ruído	Ruído	Nome
1,328	BV	1013,5204	178,823			Cafeína
	Soma	**1013,5204**				

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC DAD 01-2023-10-03 16-08-45-03-00.rslt\LIIN 012023-10-03 17-30-09-03-00.dx
Nome da amostra: LIIN 01
Descrição:

Instrumento:	HPLC DAD 01	**Localização:**	P1-B2
Data da injeção:	2023-10-03 17:31:05-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	0,100 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-04 08:57:24-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:



Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off


RT [min]	Tipo	Área	Altura	Sinal-Ruído	Ruído	Nome
1,318	MM m	8,2026	1,406			Cafeína
	Soma	**8,2026**				

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC DAD 01-2023-10-03 16-08-45-03-00.rslt\LIIN 022023-10-03 17-34-06-03-00.dx
Nome da amostra: LIIN 02
Descrição:

Instrumento:	HPLC DAD 01	**Localização:**	P1-B2
Data da injeção:	2023-10-03 17:35:00-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	5,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-04 08:57:24-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:



Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off


RT [min]	Tipo	Área	Altura	Sinal-Ruído	Ruído	Nome
1,323	BV	416,7807	72,935			Cafeína
	Soma	**416,7807**				

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC DAD 01-2023-10-03 16-08-45-03-00.rslt\LIIN 032023-10-03 17-38-02-03-00.dx
Nome da amostra: LIIN 03
Descrição:

Instrumento:	HPLC DAD 01	**Localização:**	P1-B2
Data da injeção:	2023-10-03 17:38:59-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-04 08:57:24-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:



Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off


RT [min]	Tipo	Área	Altura	Sinal-Ruído	Ruído	Nome
1,328	BB	827,2759	143,257			Cafeína
	Soma	**827,2759**				

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC DAD 01-2023-10-03 16-08-45-03-00.rslt\LIIN 042023-10-03 17-42-01-03-00.dx
Nome da amostra: LIIN 04
Descrição:

Instrumento:	HPLC DAD 01	**Localização:**	P1-B2
Data da injeção:	2023-10-03 17:43:00-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	15,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-04 08:57:24-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:



Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off


RT [min]	Tipo	Área	Altura	Sinal-Ruído	Ruído	Nome
1,333	BV	1243,8915	208,630			Cafeína
	Soma	**1243,8915**				

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC DAD 01-2023-10-03 16-08-45-03-00.rslt\LIIN 052023-10-03 17-46-03-03-00.dx
Nome da amostra: LIIN 05
Descrição:

Instrumento:	HPLC DAD 01	**Localização:**	P1-B2
Data da injeção:	2023-10-03 17:47:06-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	20,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-04 08:57:24-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:



Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Tipo	Área	Altura	Sinal-Ruído	Ruído	Nome
1,337	BBA	1656,5298	259,873			Cafeína
	Soma	**1656,5298**				


Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Qualificação\Results\Gradiente AB2023-10-04 11-24-21-03-00.sirslt\Gradiente AB2023-10-04 11-24-21-03-00.dx
Nome da amostra: Gradiente AB
Descrição:

Instrumento:	HPLC DAD 01	**Localização:**	P1-A1
Data da injeção:	2023-10-04 11:41:48-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Gradiente AB.amx	**Volume de injeção:**	0,000 µL
Método de análise:	GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-04 13:10:31-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:



Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off


RT [min]	Tipo	Área	Altura	Sinal-Ruído	Ruído	Nome
3,326	MM m	14478,6146	90,271			20%
6,187	MM m	30108,1405	182,130			40%
9,237	MM m	47191,8550	273,765			60%
11,671	MM m	63724,7523	365,182			80%
14,307	MM m	90922,0967	460,629			100%
	Soma	**246425,4591**				

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Qualificação\Results\Gradiente CD2023-10-04 11-39-26-03-00.sirslt\Gradiente CD2023-10-04 11-39-26-03-00.dx
Nome da amostra: Gradiente CD
Descrição:

Instrumento:	HPLC DAD 01	**Localização:**	P1-A1
Data da injeção:	2023-10-04 12:02:48-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Gradiente CD.amx	**Volume de injeção:**	0,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-04 13:10:31-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:



Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Tipo	Área	Altura	Sinal-Ruído	Ruído	Nome
3,278	MM m	14536,7324	91,825			20%
6,190	MM m	31846,7231	183,936			40%
9,274	MM m	46557,1693	274,880			60%
12,171	MM m	63043,0895	366,286			80%
15,336	MM m	91616,2597	459,396			100%
	Soma	**247599,9740**				